

**Veřejná zakázka malého rozsahu
„Dodávka kyslíkové a aerosolové terapie“
P/012/SKL/2023**

Motto nemocnice: Člověk je zrozen k vzájemné pomoci. L. A. Seneca

Zadávací dokumentace

k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky
s využitím elektronického nástroje E-ZAK

Název veřejné zakázky:	„Dodávka kyslíkové a aerosolové terapie“
Pořadové číslo:	P/012/SKL/2023
Druh použitého zadávacího řízení:	Zakázka malého rozsahu na dodávku zboží

1. Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:	Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.
Adresa zadavatele:	El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
IČ zadavatele	00 534 188
Oprávněná osoba zadavatele:	Ing. Tomáš Stejskal, MBA, LL.M., ředitel
Kontaktní osoba zadavatele:	Ing. Iva Kajfoszová, MBA, Martina Macková
Telefon:	558 415 061, 558 415 120
Fax:	558 415 152
E-mail:	kajfoszova@nemfm.cz , mackova@nemfm.cz
URL adresa:	www.nemfm.cz
Profil zadavatele:	https://msk.ezak.cz/profile_display_7.html

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka kyslíkové a aerosolové terapie (CPV 33140000-3, 33157110-9, 33157200-7, 33157300-8) dle aktuální potřeby zadavatele a jeho jednotlivých objednávek pro Nemocnici ve Frýdku – Místku, p. o. s dodacím místem:

Centrální sklad Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace
El. Krásnohorské 321, Frýdek
738 01 Frýdek – Místek

Základní technické požadavky na předmět zakázky pro medicínské použití

1.část - Filtr bakteriální a virový pro umělou ventilaci pro dospělé

- sterilní
- pro umělou ventilaci dospělých pacientů
- CO₂ port
- univerzální konektory 22F/15M a 22F/15M pro snadné vřazení do ventilačního okruhu
- elektrostatická filtrace s účinností bakteriální 99,999% a virovou 99,999%
- přívodní objem vzduchu 300-1500ml

2.část – Filtr bakteriální a virový se zvlhčovačem pro umělou ventilaci pro dospělé

- sterilní
- pro umělou ventilaci dospělých pacientů
- CO₂ port
- univerzální konektory 22F/15M a 22F/15M pro snadné vřazení do ventilačního okruhu
- zvlhčující vrstvy, které zajišťují optimální tracheobronchiální klima
- elektrostatická filtrace s účinností bakteriální 99,999% a virovou 99,999%
- přívodní objem vzduchu 300-1500ml

3.část – Cévká kyslíková (kyslíkové brýle)

- jednorázové, transparentní, bez latexu
- fixace přes uši
- délka přívodní hadice 210cm
- hadice ukončena s flexibilní koncovkou
- hadice s vnitřním profilem proti zalomení
- nosní vývody z měkčeného materiálu

4.část – Kyslíková maska pro dospělé s hadičkou

- jednorázové, maska s hadičkou transparentní
- bez latexu
- tvarovací nosní klip
- fixační gumový pásek
- délka přívodní hadice 200 – 210cm
- hadice s vnitřním profilem proti zalomení
- hadice ukončena s flexibilní koncovkou

5.část – Kyslíková maska s nebulizací pro dospělé

- jednorázové, transparentní materiál
- bez latexu
- tvarovací nosní klip
- fixační gumový pásek
- délka přívodní hadice 200 – 210cm
- nebulizátor
- hadice ukončena s flexibilní koncovkou

6.část – Endotracheální rourky s manžetou

- sterilní
- velikost č.6 – č.9,5
- s nízkotlakovou velkoobjemovou manžetou
- přehledné měřítko na stěně rourky, standardní balónek
- průhledný materiál s hladkým povrchem
- pro krátkodobou i střednědobou intubaci

7.část – Lžíce laryngoskopická s vláknovou optikou

- jednorázová, zelené označení, v provedení Macintosh
- velikosti č.1 – č.4
- kovová

8.část – Maska obličejová silikonová

- anesteziologická maska silikonová
- těsnost masky
- barevné rozlišení velikosti masek
- velikosti č.3 – č.6

9.část – Masky obličejové PVC

- anesteziologická maska silikonová
- těsnost masky
- barevné rozlišení velikosti masek
- velikosti č.3 – č.5

10.část – Hadice vrapovaná – aerosolová v návíně

- hadice aerosolová pr. 22mm v návíně
- nesterilní, transparentní
- dělitelná cca po 37cm a končením 22mm
- použití pro kyslíkovou terapii

11.část – Vrapovaná spojka 15F/22M-15M, rovná

- sterilní, bez latexu
- roztažitelná
- měkká ohebná rourka dovoluje naploštění bez nebezpečí zalomení

12.část – Vrapovaná spojka 15F/22M-15M s otočným konektorem (portem)

- sterilní, bez latexu
- délka 20cm
- pevná, bez proměnlivé délky, s hladkým průsvitem

13.část – Okruh dýchací pro dospělé

- konektor s Luer-Lork portem
- 22mm/15mm
- pro anestézii
- vrapované hadice spojené Y-spojku, průměr hadice 15mm, koncovkou 22mm
- pravouhly konektor cca 15mm s Luer-Lork portem

Předpokládaný roční objem kyslíkové a aerosolové terapie:

dílčí plnění	popis	předpokládaný roční obrát v ks
1.část	Filtr bakteriální a virový pro umělou ventilaci pro dospělé	1 600
2.část	Filtr bakteriální a virový se zvlhčovačem pro umělou ventilaci pro dospělé	7 300
3.část	Cévka kyslíková (kyslíkové brýle)	5 300
4.část	Kyslíková maska pro dospělé s hadičkou	2 600
5.část	Kyslíková maska s nebulizací pro dospělé	3 600
6.část	Endotracheální rourky s manžetou vel. č 4 - 9 (4;4,5;5;5,5;6;6,5;7;7,5;8;8,5;9)	3 000
7.část	Lžice Mcintosh s vláknovou optikou vel. č. 0 – 4 (0;00;1;2;3;4)	1 900
8.část	Maska obličejová silikonová vel. č. 3 – 6 (3;4;5;6)	400
9.část	Maska obličejová PVC vel. č. 3 – 5 (3;4;5)	5 500
10.část	Hadice vrapovaná (50m)	20

11.část	Vrapovaná spojka 15F/22M-15M, rovná	5 400
12.část	Vrapovaná spojka 15F/22M-15M, s otočným konektorem	750
13.část	Okruh dýchací	700

Rozměry a velikosti jednotlivých materiálů v uvedené tabulce, jsou rozměry doporučené, a jsou plně vyhovující stávajícím potřebám zadavatele.

Výše uvedeného množství je předpokládáno a bylo stanoveno na základě spotřeby za předcházející období jednoho roku. Zadavatel si vyhrazuje právo neodebírat či překročit toto předpokládané množství s ohledem na požadovanou spotřebu.

Otevírání jednotlivých obalů umožňuje systém „peel-back“.

Obaly jsou z papíru a průhledné fólie.

Na obalech musí být uveden symbol certifikace vč. čísla „CE...“, obchodní název, symbol sterility, expirace, šarže, REF, **popis výrobku vč. rozměru v českém jazyce**. Pokud nebudou uvedené všechny požadované piktogramy a popisy v českém jazyce, vzorky budou vyloučeny!

Spotřební zdravotnický materiál musí splňovat všechny příslušné předepsané normy z pohledu kvality a musí být v souladu s platnou legislativou v této oblasti, zejména se zákonem č.375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, v platném znění.

3. Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek

Doba plnění na dobu určitou 12 měsíců, a to s účinností od podepsání smlouvy.

Splatnost faktury 30 dnů od data doručení zboží zadavateli.

Spolu se zbožím budou kupujícímu předány dodací list, daňový doklad - faktura.

4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Účastník stanoví nabídkovou cenu v krycím listu (Příloha č.1). Nabídková cena bude stanovena v české měně v členění: jednotková nabídková cena bez DPH, výše DPH a cena celkem bez DPH a cena celkem vč.DPH jako součin jednotkových nabídkových cen za jednotlivé položky a předpokládaného množství dle specifikace uvedené v čl.2 této zadávací dokumentace. Tyto ceny budou předmětem hodnocení nabídek.

Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací a dalšími dokumenty obsahujícími vymezení předmětu veřejné zakázky.

Cena bude konečná a nepřekročitelná, musí obsahovat veškeré náklady účastníka nezbytné k realizaci předmětu plnění veřejné zakázky v místě plnění, navýšení je možné pouze o míru inflace.

5. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídka účastníka bude podána prostřednictvím elektronického nástroje dostupného na internetové adrese https://msk.ezak.cz/profile_display_7.html .

Jiná forma podání nabídky, než elektronická, je zakázána. Pokud bude nabídka doručena v listinné podobě, nebude tato nabídka hodnocena. Zadavatel bezodkladně vyrozumí účastníka o tom, že jeho nabídka nebyla podána v souladu se zadávací dokumentací.

Lhůta pro podání nabídky v elektronické podobě v elektronickém nástroji E-ZAK: **31.10.2023 do 9:30 hodin.**

Bližší podrobnosti a podmínky nezbytné k užití elektronického nástroje jsou součástí výzvy k podání nabídky.

Účastník prostřednictvím tohoto elektronického nástroje předloží zadavateli údaje a dokumenty specifikované následovně:

1. Nabídka bude vložena účastníkem v elektronické formě v Krycím listu (příloha č.1), který vloží do elektronického nástroje E-ZAK. Uchazeč přitom postupuje podle dispozic zadavatele, uvedených v dokumentaci elektronicky vedeného zadávacího řízení. **Účastník vloží do elektronického nástroje ve lhůtě pro podání nabídek své ceny k jednotlivým částem. Účastník může svou cenovou nabídku vložit ke všem částem veřejné zakázky, nebo pouze k vybrané části veřejné zakázky.**
2. Účastník do elektronického nástroje připojí návrh Rámcové kupní smlouvy, jež bude zpracován v souladu s požadavky zadavatele na obchodní podmínky této zadávací dokumentace. **Návrh Rámcové kupní smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka.**
3. Účastník vloží návrh Rámcové kupní smlouvy do elektronického nástroje ve formátu *pdf (podepsaná smlouva statutárním zástupcem účastníka) a rovněž ve formátu *doc.
4. Účastník do elektronického nástroje připojí doklady (katalogové listy, technický list-popis, parametry,... v ČJ), jimiž účastník splňuje požadovanou kvalifikaci a vyplněné přílohy.
5. Účastník do elektronického nástroje připojí ostatní dokumenty, které ve vztahu k veřejné zakázce považuje za důležité.
6. Veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníky, poskytované dokumenty a informace budou v jazyce českém. Vzhledem k tomu, že je veřejná zakázka realizována s využitím elektronického nástroje E-ZAK, je v prostředí tohoto elektronického nástroje vytvořen prostředek pro podávání žádosti o dodatečné informace i jejich vypořádání zadavatelem. Tato forma komunikace umožní nejrychlejší a nejjednodušší zpracování případných dotazů i jejich doručení k účastníkům. Zadavatel zároveň upozorňuje, že v rámci realizace této veřejné zakázky má v úmyslu adresovat korespondenci zájemcům, resp. účastníkům na kontaktní emailovou adresu uvedenou v rámci registrace do elektronického nástroje E-ZAK. Přístup do elektronického nástroje E-ZAK bude po celou dobu realizace veřejné zakázky.
7. Zadavatel si vyhrazuje právo, že rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uveřejní na profilu zadavatele; v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení účastníka i rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

6. Požadavky na varianty

Zadavatel vybere nejvhodnější nabídku podanou na jednotlivé části veřejné zakázky.

Zadavatel připouští dílčí plnění.

Zadavatel nepožaduje zpracování variant.

7. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Zadavatel požaduje předložit:

- Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a to v kopii. Doklady nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.
- Účastník předloží doklady prokazující shodu veškerého nabízeného materiálu tj. Prohlášení o shodě (pro CE) vydaný příslušným orgánem s překladem do českého jazyka a ve vztahu k CE certifikátu. Doklad musí obsahovat číslo certifikátu vystaveného notifikovanou osobou a číslo notifikované osoby, která vystavila certifikát, a to ke každé položce předmětu plnění. Spotřební zdravotnický materiál musí být označen značkou shody dle § 13 zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o znění a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče.
- Návodů na použití **v českém jazyce** k jednotlivým položkám, které jsou předmětem veřejné zakázky.
- Zadavatel požaduje předložit současně s nabídkou předložení vzorků účastníkem nabízeného materiálu dle přílohy č.3, k posouzení nabízených vzorků a hodnocení nabídek, v rámci ekonomické výhodnosti nabídek. Vzorky budou zřetelně a čitelně označeny názvem dle jednotlivých položek tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, který vzorek dodavatel předloží. Vzorky budou v krabici vč. Vyplněného seznamu poskytovaných vzorků příloha č.3. Krabice bude označena účastníkem, názvem veřejné zakázky a nápisem

„NEOTVÍRAT Dodávka kyslíkové a aerosolové terapie – VZORKY“.

- ◆ **Lhůta pro dodání vzorků v rámci jedné dodávky nejpozději do 30.10.2023 do 13:00 hodin, na centrální sklady zásobování p. Martině Mackové nebo p. Petře Horákové**

8. Jiné požadavky pro plnění veřejné zakázky

Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky účastníka. V případě rozporů je rozhodující písemný návrh smlouvy.

9. Způsob hodnocení nabídek

Hodnoceny budou pouze nabídky, které splňují požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky.

Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek je ekonomická výhodnost nabídky.

Celkové hodnocení bude provedeno na základě součtu výsledných hodnot dílčích kritérií u jednotlivých nabídek.

Hodnotící kritérium pro jednotlivé části:

Kritérium č.1	Celková nabídková cena dané položky vč.DPH	Váha kritéria 70%
Kritérium č.2	Technické, jakostní a funkční vlastnosti	Váha kritéria 30%

Hodnocení dílčího kritéria č.1:

Předmětem hodnocení bude celková nabídková cena za splnění příslušné části veřejné zakázky.

Každá nabídka získá body v poměru k nejnižší nabídce, jak je uvedeno v následujícím vzorci. Při hodnocení nabídkové ceny bude rozhodná její výše vč. DPH.

Po přepočtu může účastník za dané kritérium získat max. 70% váhy.

$$\text{Bodové hodnocení ceny (kritérium č.1)} = \frac{\text{nejnižší nabídková cena}}{\text{hodnocená nabídka}} \times 100$$

Hodnocení dílčího kritéria č.2:

Účastník předloží vzorky nabízených jednotlivých položek. Bodové hodnoty získané od účastníka za hodnocené parametry se následně přepočítá dle uvedeného vzorce. Tímto se získá výsledná hodnota přidělená jednotlivým položkám v tomto dílčím kritériu. Po přepočtu může účastník za dané kritérium získat max. 30% váhy.

$$\text{Bodové hodnocení (kritérium č.2)} = \frac{\text{počet bodů hodnoceného uchazeče}}{\text{maximální počet získaných bodů}} \times 100$$

Zadavatel bude v rámci dílčích kritérií pro jednotlivé části hodnotit parametry - subkritéria:

Hodnotící subkritéria kvality	body	Bližší popis
Splnění základních technických parametrů, funkční vlastnosti nabízeného materiálu	max. 20 bodů	Materiál, zda splňuje nastavené technické požadavky dle odst.č.2, úspěšné indikace

10. Ostatní ujednání

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku malého rozsahu kdykoliv zrušit bez udání důvodu.

Zadavatel nehradí účastníkům náklady vzniklé z účasti v řízení.

Vzorky budou vráceny pouze v případě, že nebudou testovány v rámci hodnocení nabídek. V opačném případě zadavatel po ukončení zadávacího řízení (uzavření smlouvy) uhradí jednotlivým účastníkům jejich hodnotu poskytnutých vzorků, avšak v maximální výši nabídnuté ceny stanovené v příloze č.1 krycím listu.

Nesplnění podmínek zadání či neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení a vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení.

Ukončením výběrového řízení a oznámením výsledku nevznikne automaticky smluvní vztah. Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech předložených nabídek.

Podrobné instrukce elektronického nástroje naleznete v uživatelské příručce pod odkazem: <https://msk.ezak.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf>

Ve Frýdku-Místku 6.10.2023



Ing. Tomáš Stejskal, MBA, LL.M.
ředitel Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.

Příloha:

1. Krycí list nabídky
2. Návrh Rámcové kupní smlouvy
- 2.1 Příloha ke Smlouvě
3. Seznam vzorků
4. Elektronický nástroj EZAK – Uživatelská příručka pro dodavatele