

Váš dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje/linka Frýdek-Místek
Macková/5120 17.10.2023

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k zadávacím podmínkám

„Dodávka kyslíkové a aerosolové terapie“
P/012/SKL/23

Vážení uchazeči,

Dne 16.10.2023 jsme obdrželi písemnou žádost k vysvětlení k zadávacím podmínkám, tímto Vám sdělujeme stanovisko zadavatele:

Dotaz č. 1:

dobrý den,
máme dotazy k technické specifikaci výrobků, viz.níže:

- 3. část - bude zadavatel akceptovat délku hadice 200 cm / případně 300 cm?
- 4. a 5. část - jakou velikost bude zadavatel požadovat jako vzorek, L nebo XL- případně můžeme zaslat obojí (v jakém počtu)?
- 8. část - maska obličejová silikonová - silikonová má být manžeta masky nebo celá maska?
- 9. část - maska obličejová PVC - prosím o upřesnění, jelikož v názvu je PVC a v popisku je "anesteziologická maska silikonová"

Odpověď č. 1:


- 3.část - Dle čl.2 zadávací dokumentace „Rozměry a velikosti jednotlivých materiálů uvedené v tabulce, jsou rozměry doporučené a jsou plně vyhovující stávajícím potřebám zadavatelé“
Zadavatel bude akceptovat.

- 4. a 5.část - Zadavatel nezná vaše velikosti, maska je určená pro dospělého člověka. Můžete zaslat vzorky obou velikostí.

- 8.část - Silikonová má být manžeta masky.

- 9.část - V této části se jedná o překlep, jedná se o anesteziologickou masku PVC.

S pozdravem



Martina Macková
Nemocnice ve Frýdku – Místku, p.o.