

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/linka
Macková/5120

Frýdek-Místek
23.10.2023

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 k zadávacím podmínkám

**„Dodávka injekčních stříkaček a jehel“
P/010/SKL/23**

Vážení uchazeči,

Dne 19.10.2023 jsme obdrželi písemnou žádost k vysvětlení k zadávacím podmínkám, tímto Vám sdělujeme stanovisko zadavatele:

Dotaz č. 1:

Žádáme zadavatele o vysvětlení zadávací dokumentace pro část 4 stříkačka insulin. 0,5ml a 1ml. V zadávací dokumentaci zadavatel požaduje stříkačku insulinovou 0,5ml a 1ml U-100 30G. V příloze č.2.1. Příloha ke smlouvě a v příloze č.3 Seznam vzorků požaduje stříkačku insulinovou 0,5 ml U-100 29G.

Povolí zadavatel nabídnout do veřejné zakázky stříkačku insulinovou 0,5ml a 1ml s jehlou 29G?

Odpověď č. 1:

Zadavatel bude akceptovat stříkačku insulinovou s jehlou 29G i 30G.

S pozdravem



Martina Macková
Nemocnice ve Frýdku – Místku, p.o.