



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Přístrojové vybavení pro oddělení léčebné rehabilitace
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	dodávky
Adresa profilu zadavatele:	https://msk.ezak.cz/profile_display_8html

Název zadavatele:	Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec
Zastoupen:	Ing. Jiří Veverka, ředitel
IČO:	00534242
DIČ:	CZ00534242

V souladu s ustanovením čl. 15 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentace ke shora označené veřejné zakázce.

Dne 21. 11. 2023 byla zadavateli v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena prostřednictvím elektronického nástroje žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz:

Obracím se na Vás s žádostí o dodatečné informace k části č. 1 - Transfuzní a dialyzační křeslo. Bude zadavatel akceptovat TR 12° a ANTR 10°, které jsou dostačující?

Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat nabízené hodnoty TR náklonů.

Nabídky je nutné podat nejpozději do **29. 11. 2023, 7:00 hodin.**

Ing. Jiří Veverka
ředitel