

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

„**Dodávka nemocničních lůžek pro SNO**“

Číslo spisu: **OPA/Hal/2023/38/lůžka-SNO**

Číslo zakázky: **P23V00000318**

podlimitní veřejná zakázka na dodávky
zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 ZZVZ

Zadavatel:

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava
IČ 47813750

Tato zadávací dokumentace je zpracována v souladu s ust. § 28 odst. 1 písm. b) zákona a je souborem veškerých písemných dokumentů obsahujících zadávací podmínky. Tato textová část zadávací dokumentace (tedy zadávací dokumentace v užším smyslu, dále také jen „zadávací dokumentace“) je zpracována v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení a zároveň vymezuje požadované kvalifikační předpoklady (způsobilost) a způsob jejich prokázání. Práva a povinnosti zadavatele a dodavatelů v rámci zadávacího řízení, která nejsou výslovně uvedena v této zadávací dokumentaci, se řídí příslušnými ustanoveními zákona.

OBSAH

1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE A ÚDAJE O PROFILU ZADAVATELE.....	3
1.1	Zadavatel.....	3
2	DRUH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, ZPŮSOB ZAHÁJENÍ, PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	3
2.1	Druh veřejné zakázky	3
2.2	Způsob a datum zahájení	3
2.3	Předmět plnění veřejné zakázky	3
2.4	Předpokládaná hodnota veřejné zakázky	3
2.5	Technická specifikace	3
3	DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, JAZYK NABÍDKY, CPV KÓDY	6
3.1	Předpokládaná doba plnění.....	6
3.2	Místo plnění.....	6
3.3	Jazyk nabídky	6
3.4	Klasifikace předmětu veřejné zakázky – CPV Kódy	7
4	KVALIFIKACE DODAVATELŮ.....	7
4.1	Základní způsobilost dle ust. § 74 ZZVZ	7
4.2	Profesní způsobilost dle ust. § 77 ZZVZ	7
4.3	Technická kvalifikace dle ust. § 79 ZZVZ	7
5	SPOLEČNÁ USTANOVENÍ KE KVALIFIKACI	8
5.1	Pravost a jazyk dokladů prokazujících splnění kvalifikace ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace	8
5.2	Doklady předkládané vybraným dodavatelem	8
5.3	Prokázání kvalifikace získané v zahraničí	8
5.4	Prokázání části kvalifikace prostřednictvím jiných osob	8
5.6	Společné prokazování kvalifikace	9
5.7	Důsledek nesplnění kvalifikace	9
6	OBCHODNÍ PODMÍNKY.....	9
7	PODDODAVATELÉ.....	9
8	POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY.....	10
9	POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY	10
10	KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK	10
10.1	Kritéria hodnocení	10
10.2	Způsob hodnocení nabídek	11
10.3	Posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny	11
11	VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, ZMĚNY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE	11
12	LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK	11
13	OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK	12
14	ZADÁVACÍ LHŮTA DLE § 40 ZÁKONA	12
15	PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY S VYBRANÝM DODAVATELEM.....	12
16	DALŠÍ PRÁVA A PODMÍNKY VYHRAZENÉ ZADAVATELEM.....	12
17	KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A ÚČASTNÍKY ZŘ	13
18	SEZNAM PŘÍLOH	13

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE A ÚDAJE O PROFILU ZADAVATELE

1.1 Zadavatel

Název zadavatele	Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
Sídlo	Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava
IČO	47813750
Zastoupen	Ing. Karlem Siebertem, MBA, ředitelem
Kontaktní osoba zadavatele	Věra Halfarová, referent majetkové správy
Telefon	553 766 187
E-mail	vera.halfarova@sopava.cz

1.2 Profil zadavatele

Profil zadavatele	https://msk.ezak.cz/profile_display_5.html
Provozovatel el. nástroje E-ZAK	Centrála společnosti QCM, s.r.o.
IČO	26262525
Telefon	+420 538 702 719
E-mail	podpora@ezak.cz

2 DRUH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, ZPŮSOB ZAHÁJENÍ, PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

2.1 Druh veřejné zakázky

Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 Zákona.

2.2 Způsob a datum zahájení

Zadavatel zahájil řízení způsobem dle § 53 odst. 1 zákona uveřejněním výzvy k podání nabídek na svém profilu.

2.3 Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových 11 ks standardních lůžek s laterálním náklonem, 15 ks a 28 ks standardních nemocničních lůžek a 28 pasivních matrací.

2.4 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je **3.400.000,00 Kč bez DPH**.

V případě překročení takto stanovené hodnoty má zadavatel právo účastníka zadávacího řízení, který nabídku podal, vyloučit ze zadávacího řízení.

2.5 Technická specifikace

Lůžko Standardní s laterálním náklonem – 11 ks

- lůžko musí být v souladu s platnou normou ČSN EN 60601-2-52

- vnější rozměr lůžka maximálně 220 x 100 cm
- rozměr ložné plochy minimálně 200 x 90 cm
- možnost prodloužení ložné plochy minimálně o 25 cm
- zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 40-75 cm
- funkce TR/ATR min. 10°
- laterální náklon min. 15°
- Ergonomické polohování ložné plochy - schopnost minimalizovat zvýšení tlaku a střížných sil na tělo a vnitřní orgány pacienta při polohování ložné plochy
- Čtyřdílná ložná plocha z odnímatelných plastových dílů pro snadnou údržbu
- možnost mechanického rychlospuštění zádového dílu (CPR)
- odnímatelná čela, celoplastová se zámky
- integrované dělené plastové postranice s ergonomickým ovládáním a tlumeným spouštěním
- v postranicích oboustranně integrované pacientské ovládání výšky lůžka a polohování zádového a nožního dílu
- sesterský ovládací panel s možností blokace jednotlivých funkcí a s před programovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha,...)
- pacientský ovladač podsvětlený pro nastavení zádového a nožního dílu, pro výškové nastavení lůžka s integrovanou svítivou
- nožní ovladače integrované do podvozku pro nastavení laterálního náklonu a výškové nastavení lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování
- kolečka s centrálním ovládáním brzd od nožního čela, průměr min. 125 mm
- držáky na infuzní stojan, hrazdu
- ochranná kolečka v rozích lůžka
- sklopné mobilizační madlo v nožní části lůžka
- bezpečná pracovní zátěž min. 270 kg
- alarm nezabrzděného lůžka
- zálohová baterie
- noční pod světlení lůžka
- světelná signalizace nejnižší polohy lůžka
- lišta na příslušenství s držáky na močové sáčky
- polička na lůžkoviny

Lůžko Standardní – 15 ks

- lůžko musí být v souladu s platnou normou ČSN EN 60601-2-52
- vnější rozměr lůžka maximálně 220 x 100 cm
- rozměr ložné plochy minimálně 200 x 90 cm
- možnost prodloužení ložné plochy minimálně o 15 cm
- zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 40-75 cm
- funkce TR/ATR min. 10°
- ergonomické polohování ložné plochy - schopnost eliminovat zvýšení tlaku a střížných sil na tělo a vnitřní orgány pacienta při polohování ložné
- čtyřdílná ložná plocha z odnímatelných plastových dílů pro snadnou údržbu
- možnost mechanického rychlospuštění zádového dílu (CPR)
- odnímatelná čela, celoplastová se zámky a barevnou výplní v různých dekorech
- integrované dělené plastové postranice s ergonomickým ovládáním pokrývající $\frac{3}{4}$ ložné plochy (střední postranice zabezpečující pacienta i v případě spuštěné hlavové postranice)
- v postranicích oboustranně integrované pacientské ovládání výšky lůžka a polohování zádového a nožního dílu
- sesterský ovládací panel s možností blokace jednotlivých funkcí a s před programovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha,...)

- pacientský ovladač podsvětlený pro nastavení zádového a nožního dílu, pro výškové nastavení lůžka s integrovanou svítelnou
- kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr min. 150 mm
- držáky na infuzní stojan, hrazdu
- ochranná kolečka v rozích lůžka
- vertikální ochranná kolečka u hlavového čela
- bezpečná pracovní zátěž min. 250 kg
- ochrana elektromotorů proti přetížení
- zálohová baterie
- lišta na příslušenství s držáky na močové sáčky

Lůžko Standardní – 28 ks

- lůžko musí být v souladu s platnou normou ČSN EN 60601-2-52
- vnější rozměr lůžka maximálně 220 x 100 cm
- rozměr ložné plochy minimálně 200 x 90 cm
- možnost prodloužení ložné plochy min. o 15 cm
- zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 40-75 cm
- funkce TR/ATR min. 10°
- ergonomické polohování ložné plochy - schopnost eliminovat zvýšení tlaku a střížných sil na tělo a vnitřní orgány pacienta při polohování ložné plochy
- čtyřdílná ložná plocha z odnímatelných plastových dílů pro snadnou údržbu
- možnost mechanického rychlospuštění zádového dílu (CPR)
- odnímatelná čela, celoplastová se zámky a barevnou výplní v různých dekorech
- integrované dělené plastové postranice s ergonomickým ovládáním pokryvající $\frac{3}{4}$ ložné plochy (střední postranice zabezpečující pacienta i v případě spuštěné hlavové postranice)
- v postranicích oboustranně integrované pacientské ovládání výšky lůžka a polohování zádového a nožního dílu
- sesterský ovládací panel s možností blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha,...)
- pacientský ovladač podsvětlený pro nastavení zádového a nožního dílu, pro výškové nastavení lůžka s integrovanou svítelnou
- kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 150 mm
- držáky na infuzní stojan, hrazdu
- ochranná kolečka v rozích lůžka
- vertikální ochranná kolečka u hlavového čela
- bezpečná pracovní zátěž minimálně 250 kg
- ochrana elektromotorů proti přetížení
- zálohová baterie
- lišta na příslušenství s držáky na močové sáčky
- **příslušenství:**
 - 28 ks hrazda + madlo
 - 9 ks infuzní stojan

Matrace pasivní – 28 ks

- preventivní matrace určená pro použití ve zdravotnictví
- matrace musí být vhodná pro pacienty do třetího stupně rizika vzniku dekubitů
- matrace musí být vyrobena min. ze dvou typů pěn o různých vlastnostech
- horní vrstva musí být vyrobena ze studené polyuretanové pěny hustoty min. 50 kg/m³ tloušťky minimálně 5 cm
- spodní vrstva musí být vyrobena z polyuretanové pěny hustoty min. 40 kg/m³ tloušťky minimálně 9 cm
- nehořlavost pěn min. CRIB 5

- s pratelným, voděodolným potahem (výška vodního sloupce min. 200 cm)
- potah ze svařovaných spojů, použitá textilie je čtyřsměrně pružná (vrchní potah a boky), paropropustná a obsahuje antibakteriální přísadu
- nehořlavost potahu min. CRIB 5
- zip je umístěn minimálně na dvou sousedních stranách matrace
- výška matrace minimálně 14 cm

další požadavky:

- veškeré zboží musí být nové, nepoužité,
- součástí dodávky je doprava na místo plnění,
- součástí dodávky zařízení je předání návodu k obsluze v českém jazyce (na elektronickém nosiči dat) a dodání veškerých dokladů přípustnosti použití zařízení při poskytování zdravotnické péče (dle zákona č. 268/2014 Sb. a č. 375/2022 Sb. o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, popř. zákona č. 89/2021 Sb. o zdravotnických prostředcích),
- součástí dodávky je zaškolení obsluhy, seznámení pracovníků zadavatele s obsluhou zařízení, technickými a provozními podmínkami, všeobecnými bezpečnostními pokyny ochrany zdraví při práci se zařízením a veškerými dalšími náležitostmi řádného provozu zařízení vyplývajícími z příslušných právních předpisů,
- **po dobu záruky požadujeme provádět bezplatně:**
 - veškeré kontroly předepsané výrobcem a příslušnou legislativou, v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb. a č. 375/2022 Sb. o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, popř. zákonem č. 89/2021 Sb. o zdravotnických prostředcích, v případě, že výrobce neuvede jinak, pak jednou za dva roky provedení kontroly v rozsahu PBTK dle zákona č. 268/2014 Sb. a č. 375/2022 Sb., popř. č. 89/2021 Sb., (tzn., že součástí nabídkové ceny bude i provádění PBTK a pravidelných technických prohlídek nařízených výrobcem vč. předepsaných náhr. dílů);
 - údržbu a servis vč. dodávky náhradních dílů, které nepodléhají běžnému opotřebení a exspiraci,
- **po dobu životnosti požadujeme bezplatné** pravidelné školení technika (zaměstnance kupujícího) k provádění PBTK na dodaný typ lůžek.

3 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, JAZYK NABÍDKY, CPV KÓDY

3.1 Předpokládaná doba plnění

Předpokládaný termín plnění: **do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti kupní smlouvy.**

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení a podepsáním smlouvy s vybraným dodavatelem.

3.2 Místo plnění

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava:

11 ks standardních lůžek s laterálním náklonem a 15 ks standardních lůžek na geriatrické oddělení – pavilon L3,

28 ks standardních lůžek 28 pasivních matrací na kožní a oční oddělení – pavilon V9.

3.3 Jazyk nabídky

Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů musí být zpracována výhradně v českém jazyce. Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Bude-li mít zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, vyhrazuje si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu

dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením. Katalogové informace, popisy, produktové listy není nutné předkládat v úředním překladu, připouští se jazyk anglický.

3.4 Klasifikace předmětu veřejné zakázky – CPV Kódy

Kód **CPV 33192120-9** Nemocniční lůžka

4 KVALIFIKACE DODAVATELŮ

Kvalifikovaným pro plnění VZ je v souladu s ust. § 73 a násł. ZZVZ dodavatel, který prokáže splnění požadavků:

4.1 Základní způsobilost dle ust. § 74 ZZVZ

Způsobilým není dodavatel, který

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlasseným odsouzením se nepřihlíží,
- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Prokázání základní způsobilosti může dodavatel prokázat předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu s ust. § 228 ZZVZ či certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů dle § 234 ZZVZ nebo **Čestným prohlášením** (Příloha č. 3).

4.2 Profesní způsobilost dle ust. § 77 ZZVZ

Dle § 77 odst. 1 ZZVZ prokáže dodavatel splnění profesní způsobilosti ve vztahu k ČR předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán.

Zadavatel dále dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ požaduje doložení výpisu z registru SÚKL.

Splnění požadavku profesní způsobilosti může dodavatel prokázat předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu s ust. § 228 ZZVZ či certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů dle § 234 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikátu prokazují splnění požadavků na profesní způsobilost nebo **Čestným prohlášením** (Příloha č. 3).

4.3 Technická kvalifikace dle ust. § 79 ZZVZ

- a) Zadavatel dle § 79 odst. 2 písm. b) požaduje seznam minimálně 3 významných dodávek shodného či obdobného charakteru, realizovaných v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení.

Způsob prokázání – vyplněním Přílohy č. 4 ZD.

Zadavatel si vyhrazuje právo kontroly a posouzení toho, zda je seznam významných dodávek předložený dodavatelem pravdivý a zda jsou splněny všechny podmínky týkající se referenčních zakázek. V případě, že údaje uvedené dodavatelem budou v rozporu s výsledky kontroly zadavatele, vyhrazuje si zadavatel právo dodavatele ze zadávacího řízení vyloučit.

- b) Zadavatel dále dle § 79 odst. 2 písm. k) popisy nebo fotografie výrobků určených k dodání Zadavatel požaduje dodat popis, technické listy, fotografie, vč. popisu technických parametrů, ze kterého bude vyplývat splnění minimálních technických podmínek stanovených ZD 2.5 Technická specifikace.
- c) Zadavatel dále dle § 79 odst. 2 písm. l) požaduje doklad prokazující shodu požadovaného výrobku s požadovanou technickou normou nebo technickým dokumentem a doklad o zaškolení od výrobce.

5 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ KE KVALIFIKACI

5.1 Pravost a jazyk dokladů prokazujících splnění kvalifikace ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace

Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve všech případech doklady/čestnými prohlášeními předloženými v prostých kopíech (např. v naskenované podobě).

Dodavatel také může nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky ve smyslu § 87 ZZVZ.

V případě cizojazyčných dokumentů připojí účastník k dokumentům (prostý) překlad do českého jazyka. Bude-li mít zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, je oprávněn si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. Doklady o vzdělání (např. vysokoškolské diplomy) lze předkládat rovněž v latinském jazyce.

5.2 Doklady předkládané vybraným dodavatelem

Zadavatel si od dodavatele, kterého identifikoval jako vybraného dodavatele, vyžádá předložení doklady o kvalifikaci, pokud již nebyly v této podobě v zadávacím řízení předloženy, a to v elektronické podobě.

V případě potvrzení vydávaných orgánem státní správy se může jednat například o potvrzení, které bude elektronicky podepsáno a zasláno tímto orgánem do datové schránky dodavatele (v takovém případě postačí předložení pouze tohoto elektronicky podepsaného souboru) či se může jednat o původní listinný originál dokladu, který byl prostřednictvím autorizované konverze převeden do elektronické podoby (například na některém z pracovišť Czech POINT).

5.3 Prokázání kvalifikace získané v zahraničí

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem a ZZVZ.

5.4 Prokázání části kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace požadované zadavatelem v této zadávací dokumentaci prostřednictvím jiných osob, a to ve smyslu § 83 zákona.

Za jinou osobu se považuje osoba s jiným IČO, a to i tehdy, je-li například součástí stejného koncernu jako účastník.

Účastník je v takovém případě povinen zadavateli předložit

- a) doklady prokazující splnění **základní způsobilosti** podle odst. 5.1 zadávací dokumentace (ust. § 74 a § 75 ZZVZ) jinou osobou,

- b) doklad prokazující splnění **profesní způsobilosti** podle odst. 5.2 písm. a) zadávací dokumentace (ust. § 77 odst. 1 ZZVZ) jinou osobou,
- c) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, a
- d) písemný závazek jiné osoby (případně i ve formě smlouvy s dodavatelem) k poskytnutí konkrétního plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Dále viz ust. § 83 odst. 2 ZZVZ.

5.5 Společné prokazování kvalifikace

V případě společné účasti více dodavatelů prokazuje základní způsobilost (odst. 5.1 zadávací dokumentace) a profesní způsobilost (odst. 5.2 písm. a) zadávací dokumentace) každý z těchto dodavatelů samostatně v plném rozsahu.

Společné prokazování kvalifikace musí dále splňovat následující předpoklady:

- a) Jeden z dodavatelů bude výslově identifikován jako vedoucí účastník určený pro komunikaci se zadavatelem v rámci zadávacího řízení;
- b) Součástí dokladů prokazujících splnění kvalifikace musí být i doklad (např. smlouva), z něhož bude zřejmý závazek všech dodavatelů nést společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění veřejné zakázky.

5.6 Důsledek nesplnění kvalifikace

Účastník, který neprokáže splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném ZZVZ a zadávací dokumentací, může být zadavatelem z účasti v zadávacím řízení vyloučen. Pokud se jedná o vybraného dodavatele, tento musí být ve smyslu § 48 odst. 8 ZZVZ z těchto důvodů ze zadávacího řízení vyloučen.

6 OBCHODNÍ PODMÍNKY

Zadavatel stanovil obchodní a platební podmínky formou textu návrhu kupní smlouvy, který je přílohou zadávací dokumentace (Příloha č. 1) a který je pro účastníka závazný. Účastník není oprávněn činit jakékoli změny či doplnění s výjimkou údajů, které jsou výslově označeny pro doplnění ze strany účastníka.

Účastník podáním nabídky na veřejnou zakázku akceptuje zadavatelem zpracovaný návrh smlouvy. Předložený návrh smlouvy bude doplněn na místech určených zadavatelem. Zjištěné nejasnosti v návrhu smlouvy má účastník ZŘ možnost si upřesnit v průběhu lhůty pro podávání nabídek. Připomínky po lhůtě pro podávání nabídek nebudou akceptovány. Účastník podáním nabídky vyjadřuje svůj souhlas se zněním obchodních podmínek, a to včetně technické specifikace dodávaného plnění, které jsou specifikovány v zadávací dokumentaci. Přesná specifikace nabízeného plnění pak bude tvořit přílohu podepsané kupní smlouvy s vybraným dodavatelem.

Zadavatel požaduje po dobu záruční doby bezplatně provádět veškeré kontroly předepsané výrobcem a příslušnou legislativou, v souladu se zákonem č. 375/2022 Sb. o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, popř. zákonem č. 89/2021 Sb. o zdravotnických prostředcích, v případě, že výrobce neuvede jinak, pak jednou za dva roky provedení kontroly v rozsahu PBTK dle zákona č. 268/2014 Sb., popř. č. 89/2021 Sb., (tzn., že součástí nabídkové ceny bude i provádění validace a PBTK a pravidelných technických prohlídek nařízených výrobcem vč. předepsaných náhradních dílů).

7 PODDODAVATELÉ

Zadavatel nevyuluje možnost plnit část zakázky prostřednictvím poddodavatele. Dodavatel v takovém případě musí v souladu s § 105 zákona ve své nabídce předložit seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi, a uvést, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. K tomu dodavatel využije Přílohu č. 5 – Seznam poddodavatelů.

V případě, že účastník ve své nabídce nepředloží seznam poddodavatelů, znamená to, že nemá v úmyslu zadat určitou část VZ poddodavateli.

8 POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Celková nabídková cena veřejné zakázky zpracovaná v souladu s požadavky zadavatele bude uvedena na Krycím listu nabídky a bude uvedena:

- cena v Kč bez DPH
- sazba DPH (v % i v Kč)
- cena v Kč včetně DPH

K ceně bez DPH připočte účastník DPH podle právních předpisů účinných ke dni podání nabídky.

Nabídková cena uvedená v nabídce

- a) musí zahrnovat veškeré náklady s realizací VZ spojené (doprava do místa plnění, instruktáž dle zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích) a předání všech dokladů k předmětu veřejné zakázky, není-li zadávacími podmínkami výslovně stanoveno jinak, a
- b) může být měněna pouze za podmínek vyplývajících ze zadávací dokumentace, jsou-li takové podmínky dány.

9 POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY

Účastník ZŘ podá pouze jednu nabídku v elektronické podobě, a to s využitím el. nástroje E-ZAK.

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. Výjimku tvoří odborné názvy, které mohou být kromě českého jazyka předloženy v anglickém jazyce; v anglickém jazyce pouze tehdy, pokud jsou v anglickém jazyce běžně používány i v českém prostředí nebo nemají vhodný český ekvivalent.

Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky byly dále požadované informace, doklad a vyplněné dokumenty, které účastník ZŘ vloží do elektronického nástroje E-ZAK:

- návrh kupní smlouvy (Příloha č. 1);
- krycí list s uvedením nabídkové ceny (Příloha č. 2);
- čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů, popř. doklady prokazující splnění kvalifikace, a ke střetu zájmů (Příloha č. 3);
- seznam poddodavatelů, je-li to relevantní (Příloha č. 5);
- seznam významných dodávek (Příloha č. 4)
- oznámení o splnění ohlašovací povinnosti (SÚKL);
- doklad o oprávnění k provádění servisu;
- ostatní doklady, dokumenty, které se dle účastníka ZŘ vztahují k předmětu plnění veřejné zakázky.

10 KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

10.1 Kritéria hodnocení

Předložené nabídky budou ve smyslu ust. § 114 a násl. ZZVZ hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit podle výše **celkové nabídkové ceny v Kč vč. DPH (100 %) za předmět VZ**, včetně veškerých nákladů s tím spojených (doprava apod.)

10.2 Způsob hodnocení nabídek

Zadavatel seřadí nabídky podle výše jejich nabídkové ceny v Kč vč. DPH, od nejnižší po nejvyšší. Pokud je v zadávacím řízení jediný účastník zadávacího řízení, může být zadavatelem vybrán bez provedení hodnocení.

Vítězná bude nabídka s nejnižší cenou v Kč vč. DPH.

10.3 Posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny

Před odesláním oznámení o výběru o dodavatele posoudí zadavatel nabídkovou cenu vybraného dodavatele z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny. Zadavatel provede posouzení v souladu s ustanovením § 113 zákona.

11 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, ZMĚNY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Přestože tato zadávací dokumentace vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, mohou dodavatelé požadovat vysvětlení zadávacích podmínek.

Žádost musí být zadavateli doručena ve lhůtě dle ust. § 98 odst. 3 ZZVZ (7 pracovních dnů před koncem lhůty pro podání nabídek).

Zadavatel upozorňuje, že **veškerá komunikace se zadavatelem v rámci zadávacího řízení této veřejné zakázky musí být vedena pouze elektronicky, a to zejména prostřednictvím elektronického nástroje** dle článku 17 zadávací dokumentace, případně i prostřednictvím datové schránky či na emailovou adresu kontaktní osoby zadavatele dle bodu 1.1 zadávací dokumentace.

Zadavatel v zákonné lhůtě 3 pracovních dní uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti, na profilu zadavatele, https://msk.ezak.cz/profile_display_5.html.

Zadavatel je oprávněn uveřejnit na profilu zadavatele za podmínek ust. § 98 odst. 1 ZZVZ vysvětlení zadávací dokumentace i z vlastního podnětu. Dle ust. § 99 ZZVZ může takto rovněž uveřejnit změnu nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel doporučuje účastníkům, aby pravidelně sledovali výše uvedený odkaz a před podáním nabídky si zkontovali, zda zapracovali do nabídky všechny dodatečné informace.

12 LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Účastník je povinen podat nabídku výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje dle článku 2, a to do konce lhůty pro podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek: do 21. 12. 2023, 9:00 hod.

Místo podání nabídek: profil zadavatele na internetové adrese:
https://msk.ezak.cz/profile_display_5.html

Nabídka bude vložena účastníkem ZŘ v elektronické formě do elektronického nabídkového listu, vytvořeného v el. nástroji E-ZAK, zaručujícím splnění všech podmínek bezpečnosti a důvěrnosti vkládaných dat, vč. absolutní nepřístupnosti nabídekků na straně zadavatele před uplynutím stanovené lhůty pro jejich zpřístupnění. Nabídky budou v elektronickém nástroji chráněny šifrováním jejich obsahu v souladu s požadavky stanovenými Vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 260/2016 Sb., v platném znění.

13 OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

Otevřáním nabídek v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění nabídek v prostředí el. nástroje E-ZAK. Jelikož zadavatel připouští podávání nabídek pouze elektronickou formou prostřednictvím el. nástroje E-ZAK, **bude otevřání nabídek probíhat bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení** formou zpřístupnění jejich obsahu oprávněným osobám zadavatele.

Ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 zákona kontroluje zadavatel, zda nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě a zda s ní nebylo před jejím otevřením manipulováno.

Doručené nabídky budou otevřeny elektronicky najednou.

14 ZADÁVACÍ LHŮTA DLE § 40 ZÁKONA

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu dle § 40 zákona. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta činí **120 dnů**.

15 PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY S VYBRANÝM DODAVATELEM

U vybraného dodavatele, který je českou právnickou osobou, zadavatel v souladu s § 122 odst. 4 zákona zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů z evidence skutečných majitelů podle téhož zákona.

Vybraného dodavatele, je-li zahraniční právnickou osobou, zadavatel vyzve v souladu s § 122 odst. 5 zákona, aby jako podmínu pro uzavření smlouvy předložil výpis ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů nebo, není-li takové evidence,

- a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
- b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména
 1. výpis ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku,
 2. seznam akcionářů,
 3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
 4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Zadavatel vyloučí vybraného dodavatele,

- a) je-li českou právnickou osobou, která má skutečného majitele, pokud nebylo podle odstavce 4 možné zjistit údaje o jeho skutečném majiteli z evidence skutečných majitelů; k zápisu zpřístupněnému v evidenci skutečných majitelů po odeslání oznámení o vyloučení dodavatele se nepřihlíží;
- b) je-li zahraniční právnickou osobou, která nepředložila údaje vyžadované zadavatele v souladu s §122 odst. 5 zákona.

16 DALŠÍ PRÁVA A PODMÍNKY VYHRAZENÉ ZADAVATELEM

Náklady spojení se svou účastí v ZŘ nese účastník.

Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky či zrušit ZŘ v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření kupní smlouvy s vybraným účastníkem, se kterým má být uzavřena kupní smlouva, je příslušný účastník povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka i u třetích osob a účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

Zadavatel si vyhrazuje právo, dle ustanovení § 48 odst. 5, písm. f) Zákona, vyloučit účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost, pokud zadavatel prokáže, že se účastník zadávacího řízení v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení nebo po zahájení zadávacího řízení dopustil závažného profesního pochybení, které zpochybňuje jeho důvěryhodnost.

Zadavatel nepřipouští možnost podání variantních nabídek.

Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty § 41 zákona.

Zadavatel si v souladu s § 242 odst. 5 ZZVZ vyhrazuje právo na stanovení lhůty pro podání námitek. Námítky lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůty pro podání nabídek.

Veškeré podmínky zadávacího řízení, které nejsou výslovně upraveny v této zadávací dokumentaci, se řídí příslušnými ustanoveními zákona.

Jednotliví dodavatelé jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi dodavateli v rámci zadání veřejné zakázky.

Veškeré informace a údaje uvedené v této Výzvě a ostatních dokumentech, souvisejících s touto veřejnou zakázkou, vymezují závazné požadavky zadavatele na obsah nabídky na veřejnou zakázku a na plnění veřejné zakázky. Tyto uvedené požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky k VZ. Neakceptování požadavků zadavatele může být považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučením dodavatele ze zadávacího řízení.

Dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

17 KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A ÚČASTNÍKY ZŘ

Veřejná zakázka je zadávána v plném rozsahu elektronicky prostřednictvím certifikovaného el. nástroje E ZAK (dále jen „elektronický nástroj“), dostupného na <https://msk.ezak.cz/>

Veškeré úkony v rámci tohoto zadávacího řízení a rovněž veškerá komunikace mezi zadavatelem (nebo jeho zástupcem) a dodavatelem probíhá elektronicky, a to zejména prostřednictvím elektronického nástroje. Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje se považují za rádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta v elektronickém nástroji. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj adresátovi odeslal na kontaktní emailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji byla doručena nová zpráva, či nikoliv.

Podrobné instrukce k el. nástroji E-ZAK naleznete v uživatelské příručce pro dodavatele pod odkazem: <https://msk.ezak.cz/manual.html>

Pro odpovědi na případné otázky týkající se uživatelského ovládání elektronického nástroje je možné využít uživatelskou podporu (tel.: +420 538 702 719).

Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce včetně všech příloh je zveřejněna na profilu zadavatele https://msk.ezak.cz/profile_display_5.html.

Zadávací dokumentace je poskytována bezplatně.

18 SEZNAM PŘÍLOH

Zadávací dokumentace obsahuje přílohy:

Příloha č. 1 – Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 2 – Krycí list

Příloha č. 3 – ČP o splnění kvalifikačních předpokladů a ke střetu zájmů

Příloha č. 4 – Seznam významných dodávek

Příloha č. 5 – Seznam poddodavatelů

V Opavě

Ing. Karel Siebert, MBA, ředitel