



## ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Název veřejné zakázky:	<b>Přístrojové vybavení pro oddělení léčebné rehabilitace Část 3. – Rehabilitační lehátka</b>
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	dodávky
Adresa profilu zadavatele:	<a href="https://msk.ezak.cz/profile_display_8html">https://msk.ezak.cz/profile_display_8html</a>
E-ZAK:	P23V00000310

Název zadavatele:	Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Kaštanová 268, Dolní Lištná, 739 61 Třinec
Zastoupen:	Ing. Jiří Veverka, ředitel
IČO:	00534242
DIČ:	CZ00534242

Ve věci zadávacího řízení ke shora označené veřejné zakázce zadavatel v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ

### **rozhodl o vyloučení účastníka zadávacího řízení**

společnosti AUDY s.r.o., sídlem Živného 1a, 635 00 Brno, IČO: 00544426 (dále jako „účastník“)

### **Odůvodnění:**

I.

Dne 10. 11. 2023 bylo uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele podle § 214 ZZVZ zahájeno zjednodušené podlimitní řízení k výše uvedené veřejné zakázce.

Nabídky měly být podány prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nejpozději do 4. 12. 2023 do 8:00 hodin.

Osoby pověřené otevíráním nabídek konstatovaly, že v rámci stanovené lhůty zadavatel obdržel ve třech částech veřejné zakázky 13 dílčích nabídek, a to:

- Pro část 1. veřejné zakázky obdržel 6 nabídek
- Pro část 2. veřejné zakázky obdržel 2 nabídky
- Pro část 3. veřejné zakázky obdržel 5 nabídek.

Zadavatel ustanovil pro účely posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek hodnotící komisi (dále jen „komise“), která na svém jednání provedla posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek.

## II.

Na základě provedeného posouzení nabídky účastníka se komise jednomyslně usnesla na tom, že nabídka účastníka nesplnila zadávací podmínky v plném rozsahu.

Zadavatel v rámci technických parametrů požadoval mimo jiné:

- „*Hlavový díl nastavitelný pomocí plynové vzpěry min. +/- 55°/70°*“  
Účastník nabídl 0° - 55° a nevyhovuje tak požadovanému parametru.

Na základě výše uvedeného se komise jednomyslně usnesla na tom, že nabídka účastníka nesplnila zadávací podmínky v plném rozsahu. Komise doporučila zadavateli vyloučit účastníka zadávacího řízení v souladu § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ.

## III.

Zadavatel se ztotožnil se závěry a doporučením komise a na základě výše uvedeného zadavatel v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ rozhodl o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

## IV.

Zadavatel si v Čl. 16 odst. 1 zadávací dokumentace vyhradil právo uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení.

V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.

## Poučení

Proti rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 2 ZZVZ. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

V Třinci 15. 12. 2023

Ing. Jiří Veverka  
ředitel