



ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Název veřejné zakázky:	Přístrojové vybavení pro oddělení léčebné rehabilitace Část 3. – Rehabilitační lehátka
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	dodávky
Adresa profilu zadavatele:	https://msk.ezak.cz/profile_display_8html
E-ZAK:	P23V00000310

Název zadavatele:	Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Kaštanová 268, Dolní Lištná, 739 61 Třinec
Zastoupen:	Ing. Jiří Veverka, ředitel
IČO:	00534242
DIČ:	CZ00534242

Ve věci zadávacího řízení ke shora označené veřejné zakázce zadavatel v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ

rozhodl o vyloučení účastníka zadávacího řízení

společnosti JUVENTAS CZECH s.r.o., sídlem Rybářská 1222/7, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 08810532 (dále jako „účastník“)

Odůvodnění:

I.

Dne 10. 11. 2023 bylo uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele podle § 214 ZZVZ zahájeno zjednodušené podlimitní řízení k výše uvedené veřejné zakázce.

Nabídky měly být podány prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nejpozději do 4. 12. 2023 do 8:00 hodin.

Osoby pověřené otevíráním nabídek konstatovaly, že v rámci stanovené lhůty zadavatel obdržel ve třech částech veřejné zakázky 13 dílčích nabídek, a to:

- Pro část 1. veřejné zakázky obdržel 6 nabídek
- Pro část 2. veřejné zakázky obdržel 2 nabídky
- Pro část 3. veřejné zakázky obdržel 5 nabídek.

Zadavatel ustanovil pro účely posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek hodnotící komisi (dále jen „komise“), která na svém jednání provedla posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek.

II.

Na základě provedeného posouzení nabídky účastníka se komise jednomyslně usnesla na tom, že nabídka účastníka nesplnila zadávací podmínky v plném rozsahu.

Zadavatel v rámci technických parametrů požadoval mimo jiné:

- „*El. nastavitelná výška lehátka min. 50 – 100 cm*“
Dle technické specifikace zadavatel zjistil, že nastavitelná výška je 50 – 92 cm a nevyhovuje tak požadovanému parametru.
- „*Hlavový díl nastavitelný pomocí plynové vzpěry min. +/- 55°/70°*“
Účastník nabídl -60° / 45° a nevyhovuje tak požadovanému parametru.
- „*Nožní konstrukční ovladač elektromotoru*“
Účastník nabídl ruční ovladač pro nastavení výšky a nevyhovuje tak požadavku.

Na základě výše uvedeného se komise jednomyslně usnesla na tom, že nabídka účastníka nesplnila zadávací podmínky v plném rozsahu. Komise doporučila zadavateli vyloučit účastníka zadávacího řízení v souladu § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ.

III.

Zadavatel se ztotožnil se závěry a doporučením komise a na základě výše uvedeného zadavatel v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ rozhodl o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

IV.

Zadavatel si v Čl. 16 odst. 1 zadávací dokumentace vyhradil právo uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení.

V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.



Poučení

Proti rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 2 ZZVZ. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

V Třinci 15. 12. 2023

Ing. Jiří Veverka
ředitel