



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Transfuzní a dialyzační křesla
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	dodávky
Adresa profilu zadavatele:	https://msk.ezak.cz/profile_display_8html

Název zadavatele:	Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec
Zastoupen:	Ing. Jiří Veverka, ředitel
IČO:	00534242
DIČ:	CZ00534242

V souladu s ustanovením čl. 15 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentace ke shora označené veřejné zakázce.

Dne 4. 1. 2024 byla zadavateli v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena prostřednictvím elektronického nástroje žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz:

Je nutný požadavek ze specifikace: elektricky nastavitelná poloha opěrky a nohou? Zvažujete také hydraulicky nastavitelnou polohu opěrky a nohou?

Odpověď:

Zadavatel trvá na požadavku uvedeném v technické specifikaci, a to:
Elektricky stavitelná výška křesla, polohy nohou a opěradla.
Hydraulické nastavení poloh zadavatel nezvažuje.

Nabídky je nutné podat nejpozději do **19. 1. 2024, 7:00 hodin.**

Ing. Jiří Veverka
ředitel