



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Název veřejné zakázky:	Transfuzní a dialyzační křesla
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	dodávky
Adresa profilu zadavatele:	https://msk.ezak.cz/profile_display_8html

Název zadavatele:	Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Kaštanová 268, Dolní Lištná, 739 61 Třinec
Zastoupen:	Ing. Jiří Veverka, ředitel
IČO:	00534242
DIČ:	CZ00534242

V souladu s ustanovením čl. 15 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentace ke shora označené veřejné zakázce.

Dne 10. 1. 2024 byla zadavateli v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena prostřednictvím elektronického nástroje žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz:

Prosím o ujasnění požadavku „Výškově stavitelná opěrka pro chodidla“ v technické specifikaci. Naše křeslo má nastavitelnou opěrku nohou. Jde Vám o tuto část nebo máte na mysli ještě něco jiného?

Odpověď:

Zadavatel má na mysli mimo nastavitelné opěrky nohou i výškově stavitelnou opěrku chodidel (umístěnou ve spodní části opěrky nohou), která zvyšuje komfort především u starších pacientů a zabraňuje náhodnému sklouznutí pacienta z křesla.

Nabídky je nutné podat nejpozději do **19. 1. 2024, 7:00 hodin.**


Ing. Jiří Veverka
ředitel