



ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Název veřejné zakázky:	Transfuzní a dialyzační křesla
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	dodávky
Adresa profilu zadavatele:	https://msk.ezak.cz/profile_display_8html
E-ZAK:	P24V00000001

Název zadavatele:	Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec
Zastoupen:	Ing. Jiří Veverka, ředitel
IČO:	00534242
DIČ:	CZ00534242

Ve věci zadávacího řízení ke shora označené veřejné zakázce zadavatel v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ

rozhodl o vyloučení účastníka zadávacího řízení

společnosti LUNGO MEDICAL s.r.o., Pražská 1696/35, 350 02 Cheb, IČO: 08678081 (dále jako „účastník“).

Odůvodnění:

I.

Dne 3. 1. 2024 bylo uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele podle § 214 ZZVZ zahájeno zjednodušené podlimitní řízení k výše uvedené veřejné zakázce.

Nabídky měly být podány prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nejpozději do 19. 1. 2024 do 7:00 hodin.

Osoby pověřené otevíráním nabídek konstatovaly, že v rámci stanovené lhůty zadavatel obdržel celkem 5 nabídek.

Zadavatel ustanovil pro účely posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek hodnotící komisi (dále jen „komise“), která na svém jednání provedla posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek.

II.

Na základě provedeného posouzení nabídky účastníka se komise jednomyslně usnesla na tom, že nabídka účastníka nespĺnila zadávací podmínky v plném rozsahu.

Zadavatel v rámci technických parametrů požadoval mimo jiné „*Nastavení TR/ATR min. +12° / -10°*“ Vzhledem ke skutečnosti, že z nabídky nebylo zřejmé, zda předmět plnění tento parametr splňuje, komise vyzvala účastníka k doložení prokazatelného splnění technické specifikace náklonu TR/ATR. Účastník v odpovědi na výzvu odkázal na stranu 8 technického listu, odstavec Trendelenburg. Ze zmínky na straně 8 nevyplývá požadovaný náklon TR/ATR. Účastník tedy prokazatelně nedoložil, že nastavení TR/ATR min. +12° / -10° splňuje.

Na základě výše uvedeného se komise jednomyslně usnesla na tom, že nabídka účastníka nespĺnila zadávací podmínky v plném rozsahu. Komise doporučila zadavateli vyloučit účastníka zadávacího řízení v souladu § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ.

III.

Zadavatel se ztotožnil se závěry a doporučením komise a na základě výše uvedeného zadavatel v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ rozhodl o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

IV.

Zadavatel si v Čl. 16 odst. 1 zadávací dokumentace vyhradil právo uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení.

V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.

Poučení

Proti rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 2 ZZVZ. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

V Třinci 30. 1. 2024

Ing. Jiří Veverka
ředitel