



Třinec, 31. 1. 2024

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 2

Název VZ: Dodávka nerezových regálů pro operační sály

Číslo VZ: TRI/Buj/2024/03/regály pro COS
(v systému EZAK číslo P24V00000014)

Druh VZ: veřejná zakázka malého rozsahu

Zadavatel obdržel žádost o **vysvětlení zadávacích podmínek** následujícího znění:

Dotaz:

Jakou nosnost mají mít jednotlivé vyjímatelné ližiny, respektive jakou váhou hodlá zadavatel zatěžovat jednotlivé fochy regálů? Především regály R1, R2, R4, R5.

Odpověď:

Nosnost:

- *vyjímatelné ližiny - 30 kg*
- *jednotlivé fochy regálů - 60 kg*
- *celý regál – 300 kg*

Termín pro podání nabídek zůstává do **7. 2. 2024, 7:00 h.**

Ing. Lucie Bujáková
referent veřejných zakázek