



Třinec, 5. 2. 2024

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 3

Název VZ: Dodávka nerezových regálů pro operační sály

Číslo VZ: TRI/Buj/2024/03/regály pro COS
(v systému EZAK číslo P24V00000014)

Druh VZ: veřejná zakázka malého rozsahu

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek následujícího znění:

Dotaz č. 1:

Žádáme zadavatele o upřesnění materiálu kol. Musí být kola z nerezové oceli nebo stačí klasická plastová kola?

Odpověď:

Materiál otočného zátěžového kolečka $\varnothing = 125$ má být kovové, nerezové nebo žárově zinkované. Plastová kolečka nejsou přípustná.

Dotaz č. 2:

Žádáme zadavatele o objasnění barvy běhounu – bílá guma nelze, je dostačující splnění podmínky bezestopého běhounu?

Odpověď:

Materiál běhounu otočného zátěžového kolečka $\varnothing = 125$ může být bílá nebo šedá guma, za podmínky bezestopého běhounu.



Dotaz č. 3:

Budou regály dezinfikovány v myčce? Pokud ano, prosíme o max. teplotu, vůči které musí být kola regálů odolná.

Odpověď:

Ne, regály nebudou dezinfikovány v myčce.

Dotaz č. 4:

Prosíme o objasnění požadované celkové nosnosti regálů / nebo případně nosnosti jednotlivých ližin.

Odpověď:

V regálech budou skladovány sterilizační kontejnery o různé hmotnosti. Celková nosnost regálů má být 300 kg, jednotlivé fochy regálů 60 kg, jednotlivé vyjímatelné ližiny 30 kg.

Termín pro podání nabídek zůstává do **7. 2. 2024, 7:00 h.**

Ing. Lucie Bujáková
referent veřejných zakázek