

Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce

„Laboratorní vyšetření dárců krve - NAT testování virových infekcí“

Číslo spisu: **OPA/Hal/2024/08/vyšetření dárců krve**

Číslo zakázky: **P24V00000030**

(dále jen „VZ“)

Na základě požadavku účastníka ZŘ z 22. 2. 2024 poskytuje zadavatel k výše uvedené VZ tyto informace.

Dotaz č. 1:

k 2. bodu Technické požadavky 4.odstavec

Zde je uvedeno: „Součástí systému musí být automatický rozpipetovač...“ - naše laboratoř disponuje technologií Grifols, která má zařízení pro poolování odděleně od NAT testování. Všechny činnosti jsou plně automatizované a automaticky probíhá zaznamenání všech údajů.

Ráda bych se zeptala, zda je tato podoba přípustná či musí být pooler fyzickou součástí analyzátoru pro NAT testování?

Odpověď č. 1:

Automatický rozpipetovač (pooler) nemusí být fyzickou součástí analyzátoru pro NAT testování. Zadavatel požaduje automatizované poolování vzorků a automatické zaznamenávání všech údajů.

V Opavě

Ing. Karel Siebert, MBA, ředitel