

Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 5 k veřejné zakázce

„Laboratorní vyšetření dárců krve - NAT testování virových infekcí“

Číslo spisu: **OPA/Hal/2024/08/vyšetření dárců krve**

Číslo zakázky: **P24V00000030**

(dále jen „VZ“)

Na základě požadavku účastníka ZŘ z 26. 2. 2024 poskytuje zadavatel k výše uvedené VZ tyto informace.

Dotaz č. 1:

U Cenové nabídky - bod 1. Vyšetření inf. markerů metodou NAT - pro výrobu TP. V případě prodeje plasmy zpracovateli z výroby TP je nutné došetření HAV DNA a v některých případech i PV B19 RNA. Tuto cenu chcete zohlednit či doplnit v 1.bodě či tato dovyšetření nebudete požadovat?

Odpověď č. 1:

Tato dovyšetření (HAV DNA a PV B19 RNA) budeme požadovat jen u odběrů pro výrobu suroviny pro další zpracování.

Tzn. není třeba dodělat u odběrů z plné krve viz bod 1 a cenu chceme zohlednit a doplnit jen v 2. bodě.

V Opavě

Ing. Karel Siebert, MBA, ředitel