

## **Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek**

**VZ „Výpůjčka hematologických analyzátorů včetně dodávky specifického spotřebního materiálu“**

# **ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

## **1. Zadavatel**

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace  
Kaštanová 268, Dolní Lištná, 739 61 Třinec  
IČ 00534242  
zastoupena Ing. Jiřím Veverkou, ředitelem  
profil zadavatele: [https://msk.ezak.cz/profile\\_display\\_8.html](https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html)

## **2. Kontaktní osoba zadavatele**

Kontaktní osobou zadavatele v rámci tohoto zadávacího řízení je JUDr. Rita Kubicová, advokátka, se sídlem Veleslavínova 1022/4, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 71332529, která je zadavatelem zmocněna ke všem úkonům souvisejícím s tímto zadávacím řízením v souladu s ust. § 43 ZZVZ.

Kontaktní údaje:

e-mail: [vzakazky@advokatkakubicova.eu](mailto:vzakazky@advokatkakubicova.eu)

telefon: [+420 608 831 124](tel:+420608831124)

## **3. Rozsah zakázky a požadavky zadavatele na předmět plnění, technické podmínky**

Předmětem veřejné zakázky jsou:

- Pravidelné dílčí dodávky spotřebního materiálu, tj. reagensů, kalibrátorů, kontrolních materiálů, provozních chemikálií a veškerého spotřebního materiálu (dále také jako „diagnostika“) potřebného k materiálnímu zajištění vyšetření v oblasti níže definovaného spektra vyšetření na dobu neurčitou, včetně zajištění bezplatné přepravy tohoto materiálu do místa určení – Laboratoř KL, Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Lištná, 739 61 Třinec,
  - bezplatná výpůjčka a instalace nových (nikoli repasovaných) 2 hematologických analyzátorů (referenční + záložní) specifikovaných níže pro laboratoř KL (dále také jen „analyzátoři“) včetně příslušenství a SW se zajištěním školení (níže podrobněji upřesněno) v souladu se zákonem č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, jejich plného servisu vč. bezpečnostně technických kontrol dle návodu výrobce ev. validací a případné modernizace, a to vše po celou dobu plnění předmětu veřejné zakázky,
  - bezplatná výpůjčka a instalace záložních zdrojů (UPS) s dostačující kapacitou pro chod všech systémů při výpadku elektrické energie na dobu minimálně 30 minut,
- » včetně níže uvedených požadavků na náklady dodavatele:
- zajištění dopravy do místa plnění, instalace, montáž a uvedení zařízení do provozu,
  - napojení na LIS (Envis LIMS fy DS Soft Olomouc) – napojení samotného analyzátoru + napojení automatického počítadla buněk UPD-H, oboustranná komunikace s LIS v reálném čase.
  - provedení zabezpečení přejímací zkoušky dle platné právní úpravy,
  - provádění instruktáže (v souladu s § 41 zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro) personálu zadavatele v potřebném rozsahu, a to v českém jazyce v sídle zadavatele včetně vyhotovení dokumentace o provedené instruktáži (maximálně 5x v průběhu jednoho kalendářního roku v rozsahu cca 20 hodin za jeden kalendářní rok). Vybraný dodavatel provede instruktáž do 10 pracovních dnů od doručení písemné (emilem) výzvy k jejímu provedení ze strany zadavatele, pokud se strany nedohodnou jinak,

- dodání podkladů potřebných pro provoz zařízení, zejména uživatelských manuálů (návod k obsluze) v českém jazyce, a to v tištěné, případně elektronické podobě, a technických manuálů v češtině nebo v angličtině,
- dodání dokladů osvědčujících způsobilost dodávky k účelu užívání v České republice,
- dodání dokladů vydaných v souladu se zákonem č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, v platném znění (dále taktéž jako zákon o zdravotnických prostředcích), v návaznosti na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017, o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (dále jen „MDR“), prokazující shodu požadovaných výrobků (pro všechny nabízené přístroje vztahující se k předmětu veřejné zakázky). Neobsahuje-li prohlášení o shodě zařazení do klasifikační třídy, doloží účastník současně i prohlášení o zařazení do příslušné klasifikační třídy, popř. doloží kopii rovnocenných dokladů vydaných v členském státě EU včetně překladu do českého jazyka). Dodavatelé mohou předložit příslušné doklady v prostých kopiích, a to i v rámci součinnosti vybraného dodavatele před uzavřením smlouvy.
- provádění odborné údržby v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích a plně servisní zabezpečení, a to po celou dobu trvání výpůjčky,
- dostupnost servisu (servisního technika) do 24 hodin od nahlášení poruchy, odstranění závady do 48 hodin od nahlášení závady nebo bezplatné zapůjčení náhradního přístroje, a to až do úplného odstranění závady. Servisní podpora bezplatná Hotline linka 24hodin/7 dní v týdnu v českém jazyce,
- realizované věcné plnění musí vyhovět kvalitativním požadavkům potřebným pro akreditaci klinických laboratorních pracovišť,
- dodávaná zařízení, přístroje a výrobky musí mít označení CE IVD.

Zadavatelem požadované pokrytí stávajících vyšetření – seznam vyšetření, počet/rok, je uvedené v příloze č. 2 Výzvy k podání nabídek – Krycí list nabídky a v příloze č. 6 Výzvy k podání nabídek – Tabulka splnění technických podmínek.

V případě potřeby dodávek či služeb neuvedených v zadávací dokumentaci, avšak dle názoru dodavatele nutných k řádnému splnění předmětu této veřejné zakázky, doporučuje zadavatel účastníkům kontaktovat zadavatele, a to formou písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, která bude řešena v souladu s ust. § 98 a násl. ZZVZ.

Předpokládá-li účastník zadávacího řízení, že bude při realizaci plnění ze smlouvy nutná spolupráce s oddělením informačních technologií zadavatele, požaduje zadavatel, aby byl v nabídce účastníka specifikován budoucí rozsah této spolupráce tak, aby bylo možné v dostatečném předstihu alokovat zdroje na straně zadavatele.

Pokud se v zadávacích podmínkách vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci. Zadavatel si v případě potřeby vyhrazuje právo požádat účastníka o dodání prohlášení výrobce, že nabízené zařízení splňuje definované vlastnosti.

### **Vyzkoušení funkcí přístroje:**

Účastník je povinen na vyžádání zajistit zapůjčení přístroje vybranému odborníkovi na určené pracoviště, kde bude přístroj předveden za současného umožnění vyzkoušení funkcí zařízení. Přístroj bude zapůjčen nejpozději do 1 týdne ode dne obdržení žádosti ze strany zadavatele.

## Technické podmínky:

### Referenční analyzátor

- a) Vyšetření KO (WBC, RBC, HGB, HTK, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW, PDW, PCT, MPV, NRBC), KO+diff, KO+RET, KO+diff+RET
- b) Vyšetření samostatného KO (bez diff a retikulocytů)
- c) Vyšetření KO + diferenciál 5-populační (absolutní počet a %), měření nezralých granulocytů
- d) Vyšetření erytoblastů (NRBC - absolutní počet a %) již v základní analýze KO, automatická korekce počtu WBC v případě nálezu NRBC v základním vyšetření KO
- e) Vyšetření retikulocytů (absolutní počet a %) bez předředení vzorku, rozlišení retikulocytů dle stupně vyzrálosti (IRF)
- f) Možnost měření kapilárních odběrů (KO+diff+Ret)
- g) Možnost manuální aspirace vzorku z mikrozkušavek v režimu s nízkým mrtvým objemem
- h) Možnost přesného vyšetření leukopenických vzorků
- i) Rychlost analýzy alespoň 100 testů /hodinu v režimu KO+dif
- j) Sampler (podavač krevních vzorků) minimálně na 50 zkumavek - obousměrný provoz – možnost automatického opakování analýzy z důvodu abnormality vzorku či v případě technických problémů)
- k) Možnost vložení různých typů zkumavek

### Záložní analyzátor

- a) Vyšetření KO (WBC, RBC, HGB, HTK, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW, PDW, PCT, MPV, NRBC)
- b) Vyšetření KO + diferenciál 5-populační (absolutní počet a %), měření nezralých granulocytů
- c) Vyšetření erytoblastů (NRBC - absolutní počet a %) již v základní analýze KO, automatická korekce počtu WBC v případě nálezu NRBC v základním vyšetření KO
- d) Vyšetření tělních tekutin (likvory, punktáty, kostní dřev) - měření parametrů min. WBC, RBC, PMN (absolutní počet a %), MN (absolutní počet a %), TC
- e) Možnost manuální aspirace vzorku z mikrozkušavek v režimu s nízkým mrtvým objemem
- f) Rychlost analýzy alespoň 80 testů/hodinu u v režimu KO+dif
- g) Sampler (podavač krevních vzorků) minimálně na 20 zkumavek - obousměrný provoz – možnost automatického opakování analýzy z důvodu abnormality vzorku či v případě technických problémů)
- h) Možnost vložení různých typů zkumavek
- i) Možnost měření kapilárních odběru (KO+diff+Ret)

### Parametry totožné pro oba analyzátory:

- a) Manuální čtečka + integrovaná čtečka čárových kódů - dvojí kontrola identifikačního čísla aspirovaného vzorku (čtečka v podavači i před samotným náběrem vzorku) - vyloučení záměny vzorku
- b) PC s kompletním softwarovým vybavením + tiskárna (tiskárna může být společná pro oba analyzátory)
- c) Jednoduchá obsluha a údržba, denní údržba maximálně 30 minut
- d) Kontrola hladiny reagentů, odpadu, signalizace expirace reagentů. kompatibilita co největšího množství reagentů pro oba analyzátory.
- e) Jedna aspirační cesta pro manuální a automatické měření vzorku
- f) Aspirační objem vzorku do 100 ul z otevřených (statimové vzorky) i uzavřených odběrových systémů (vzorky z podavače) bez předředení vzorku (přímé měření)
- g) Přednostní zpracování vzorků statim, možnost kontinuálního doplňování vzorků

- h) Kontrola kvality ve třech hladinách (low, normal, high) pro všechny odesílané parametry včetně vyšetření parametrů v tělních tekutinách – kontroly totožné pro referenční i záložní analyzátor
- i) Software pro interní kontrolu kvality (záznam v L-J grafech, sledování klouzavého průměru, dohledatelnost úkonů, identifikace a dohledatelnost použitých reagensů pro měření jednotlivých vzorků, kalibrace, archivace histogramů...)
- j) Hematologický analyzátor minimálně již v ČR zavedený (úspěšné cykly EHK, tj. dostatečný počet účastníků ve všech kontrolních cyklech za rok)
- k) Automatizované provedení kontroly preciznosti (opakovatelnosti) měření v sérii včetně zpracování statistických dat
- l) Nahrávání nové šarže kontrol online z PC či z USB, nikoliv ruční zápis
- m) On-line vzdálená správa analyzátoru pro servisní a analytické konzultace
- n) Archivace dat, elektronická záloha dat na běžně užívaných médiích (USB)
- o) Záložní zdroj UPS s odpovídajícím výkonem a kapacitou k nabízenému analyzátoru
- p) Uživatelská příručka v českém jazyce – tištěná i v elektronické podobě
- q) Pojízdňé stoly pod analyzátoři

#### **4. Termín a místo plnění**

##### **4.1. Termín plnění**

Požadovaný termín dodání zboží je 2 měsíce od nabytí účinnosti smlouvy o výpůjčce a rámcové kupní smlouvy.

##### **4.2. Místo plnění**

Sídlo zadavatele na adrese Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec.

#### **5. Požadavky na kvalifikaci dodavatele:**

##### **Kvalifikace**

Doklady o prokázání kvalifikačních předpokladů musí být součástí nabídky. Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který prokáže:

- a) základní způsobilost podle § 74 ZZVZ
- b) profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ
- c) technickou kvalifikaci podle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ

Zadavatel bude akceptovat prokázání splnění základní a profesní kvalifikace čestným prohlášením (§ 86 odst. 2 ZZVZ).

Zadavatel bude v rámci nabídky akceptovat doklady k prokázání kvalifikace, které budou doloženy v prosté kopii.

V souladu s ust. § 122 odst. 4 ZZVZ ve výzvě k předložení dokladů může zadavatel stanovit, že vybraný dodavatel musí předložit:

- a) originály nebo úředně ověřené kopie dokladů podle § 122 odst. 3 ZZVZ,
- b) doklady o základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ prokazující splnění požadovaného kritéria způsobilosti po doručení výzvy podle § 122 odst. 3 ZZVZ, nebo
- c) písemné čestné prohlášení o tom, že se nezměnily údaje rozhodné pro posouzení splnění kvalifikace obsažené v dokladech podle § 122 odst. 3 ZZVZ, které má zadavatel k dispozici, nebo nové doklady, pokud se rozhodné údaje v těchto dokladech změnily.

Pokud ZZVZ nebo Zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může

Dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li Zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočnickem zapsaným do seznamu znalců a tlumočnicků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.

Povinnost předložit doklad (ke kvalifikaci, či jiný zadavatelem požadovaný) může účastník v souladu s § 45 odst. 4 ZZVZ splnit odkazem na odpovídající informace, vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému, vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

### **Základní způsobilost podle § 74 ZZVZ:**

Podle § 74 odst. 1 ZZVZ způsobilým není dodavatel, který:

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zaházeným odsouzením se nepřihlíží (§ 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ); jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí výše uvedené podmínky splňovat jak tato právnická osoba, tak každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a také osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Podá-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu.

Podá-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu české právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat vedle výše uvedených osob rovněž vedoucí pobočky.

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek (§ 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ),

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění (§ 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ),

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (§ 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ),

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu, nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele (§ 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ).

Účastník je oprávněn pro prokázání splnění kvalifikace předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 228 ZZVZ, pokud je v něm zapsán. Účastník je rovněž oprávněn prokázat kvalifikaci platným certifikátem dle § 234 ZZVZ.

### **Prokázání splnění základní způsobilosti**

Dodavatel podle § 75 odst. 1 ZZVZ prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,

b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,

c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,

d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,

- e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ,
- f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

### **Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ**

Účastník prokáže profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ předložením prosté kopie:

- a) výpisu z obchodního rejstříku (postačí předložit výpis z obchodního rejstříku jedenkrát a bude považován za prokázání základní i profesní způsobilosti),
- b) dokladu prokazujícího odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost prokazuje – konkrétně doklad prokazující ohlášení účastníka jakožto osoby provádějící servis specifikovaných přístrojů u Státního ústavu pro kontrolu léčiv podle zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, v platném znění.

Účastník je oprávněn pro prokázání splnění kvalifikace předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 228 ZZVZ, pokud je v něm zapsán. Účastník je rovněž oprávněn prokázat kvalifikaci platným certifikátem dle § 234 ZZVZ.

### **Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ**

Účastník prokáže technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ předložením seznamu významných dodávek obdobného charakteru ve srovnání s poptávaným přístrojem provedených dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení. Zadavatel požaduje doložení 2 významných zakázek, přičemž součet dílčích dodávek zakázky včetně dodávek diagnostik je v minimální hodnotě 300.000,- Kč bez DPH/rok/zakázka.

Účastník vyplní přílohu č. 4 této Výzvy k podání nabídek – Seznam významných dodávek a vyplněný formulář doloží v editovatelném formátu excel a podepsaný ve formátu \*.pdf.

Zadavatel stanovuje dle ust. § 95 ZZVZ technickou podmínku:

- Účastník předloží doklady vydané v souladu se zákonem č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, v platném znění, (dále taktéž jako zákon o zdravotnických prostředcích), v návaznosti na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017, o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (dále jen „MDR“), prokazující shodu požadovaných výrobků (pro všechny nabízené přístroje vztahující se k předmětu veřejné zakázky). Účastník, rovněž doloží, že jím nabízený zdravotnický prostředek je opatřen označením CE. Dodavatelé mohou předložit příslušné doklady v prostých kopiích, a to i v rámci součinnosti vybraného dodavatele před uzavřením smlouvy.

Zadavatel dále stanovuje dle ust. § 89 ZZVZ technickou podmínku:

- Účastník předloží popis a fotografie zboží určeného k dodání, návodu k použití či jiného obdobného dokladu, ze kterého bude vyplývat splnění minimálních technických parametrů přístrojů požadovaných zadavatelem.

### **Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení (§ 88 ZZVZ)**

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že

- a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
- b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a
- c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v odstavci 1, zadavatel jej bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.

**Kontrolu prokázání kvalifikace a hodnocení nabídek provede hodnotící komise ustanovená zadavatelem.**

## **6. Forma a obsah nabídky**

### **6.1. Nabídka**

Nabídkou se rozumí údaje nebo doklady, které dodavatel podá písemně zadavateli na základě zadávacích podmínek. Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyce, (technické listy, katalogové listy, prospekty apod. mohou být předloženy v anglickém jazyce). Náklady dodavatelů spojené s účastí v tomto zadávacím řízení zadavatel nehradí.

Pokud nebude nabídka zadavateli doručena ve stanovené lhůtě nebo způsobem stanoveným v zadávacích podmínkách, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nebude přihlížet. Za řádné a včasné podání nabídky je odpovědný dodavatel. Dodavatel může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

### **6.2. Forma nabídky**

Nabídky se podávají písemně v elektronické formě. Podrobnosti a odkaz na elektronický nástroj jsou stanovené ve Výzvě k podání nabídek.

### **6.3. Krycí list nabídky**

Vyplněný formulář "Krycí list nabídky", obsahující identifikační údaje dodavatele s uvedením nabídkové ceny podle vzoru formuláře (příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek). Krycí list bude opatřen podpisem oprávněné osoby dodavatele nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů, tento podpis stvrzuje celý obsah nabídky.

### **6.4. Návrh smlouvy o výpůjčce a rámcové kupní smlouvy (obchodní podmínky)**

Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za účastníka. Tento návrh musí být v souladu se vzorem předloženým zadavatelem v zadávací dokumentaci (příloha č. 3 Výzvy). Nedílnou součástí návrhu smlouvy musí být **dodavatelem vypracované a doložené přílohy:**

**Příloha č. 1** - Technická specifikace

**Příloha č. 2** – Ceník specifického spotřebního materiálu

**Příloha č. 3** - Požadavky na zabezpečení modalit (zdravotnické techniky) v oblasti kybernetické bezpečnosti (*součást zadávacích podmínek*)

**Příloha č. 4** – Smlouva o vzdáleném přístupu (*součást zadávacích podmínek*)

**Příloha č. 5** - Technické požadavky na připojení modalit (zdravotnické techniky) (*součást zadávacích podmínek*)

Dodavatel je povinen obchodní podmínky akceptovat. **Zadavatel změnu obchodních podmínek, vyjma částí určených k doplnění dodavatelem (v textu zřetelně označeno), neumožňuje.** Jakákoli nepovolená změna bude automaticky znamenat vyřazení nabídky dodavatele a jeho vyloučení z další účasti v zadávacím řízení.

## **6.5. Doklady prokazující kvalifikaci dodavatele**

Doklady prokazující splnění kvalifikace dodavatele dle čl. 5 této Zadávací dokumentace musí být součástí nabídky.

## **6.6. Obsah nabídky podané společně více dodavateli**

V případě, že nabídku podává společně více dodavatelů, pak nabídka musí být členěna shodně s předchozími požadavky s tím, že za krycím listem nabídky bude předložena smlouva mezi účastníky společné nabídky, z níž musí vyplývat podmínka, aby odpovědnost nesli všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně. Doklady prokazující kvalifikaci dodavatele pak budou řazeny vždy tak, aby byla prokázána základní způsobilost prvního až posledního dodavatele, poté profesní způsobilost ve stejném řazení atd.

## **7. Nabídková cena**

### **7.1. Stanovení nabídkové ceny:**

- účastník stanoví nabídkovou cenu v krycím listu nabídky (Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek),
- nabídková cena bude stanovena v české měně v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně DPH a nabídková ceny s DPH,
- nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací a dalšími dokumenty obsahujícími vymezení předmětu zakázky
- podrobná cenová nabídka předmětu plnění bude přílohou č. 2 návrhu smlouvy o výpůjčce a rámcové kupní smlouvy.

**7.2.** Uvedené ceny včetně DPH jsou závazné a obsahující veškeré náklady účastníka nutné pro plnění předmětu veřejné zakázky ke dni zahájení plnění této zakázky po celou dobu plnění veřejné zakázky, a to i při změně výše DPH. Celková nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele na splnění celého předmětu plnění specifikovaného zadávací dokumentací, zejména veškeré náklady spojené s jeho dodáním, uvedením do provozu a jeho řádnou funkčností, včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních), provedení požadovaných zkoušek, daně, cla a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění, o kterých dodavatel věděl nebo vědět měl či mohl včetně nákladů na přepravu plnění veřejné zakázky do místa plnění – Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec.

Odpovědnost za správnost stanovení sazby DPH nese dodavatel. DPH bude v nabídce uvedeno ve výši platné ke dni podání nabídky.

V případě, že nabídka nebude obsahovat všechny náležitosti požadované touto zadávací dokumentací (včetně příloh Obchodních podmínek), jedná se o nesplnění požadavku zadavatele uvedeného v zadávacích podmínkách.



Variantní řešení se nepřipouští.

## **8. Platební podmínky**

Zadavatel nebude poskytovat dodavateli zálohy.

Daňový doklad je splatný do 30 dnů od jeho prokazatelného doručení zadavateli.

Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět vybranému dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Důvody vrácení sdělí zadavatel dodavateli písemně zároveň s vráceným daňovým dokladem. V závislosti na povaze závady je poskytovatel povinen daňový doklad včetně jeho příloh opravit nebo vyhotovit nový. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

## **9. Mimořádně nízká nabídková cena**

Před odesláním oznámení o výběru dodavatele posoudí zadavatel nabídkovou cenu vybraného dodavatele z hlediska nízké nabídkové ceny. Zadavatel provede posouzení v souladu s ustanovením § 113 ZZVZ.

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace  
Ing. Jiří Veverka, ředitel

i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka