

Odpověď č. 1 na dotaz uchazeče

Název veřejné zakázky:

Mycí a dezinfekční automat pro centrální sterilizaci

Dotaz:

Bude obstarávateľ akceptovať ponuku na zariadenie s maximálnymi rozmermi V 1985 x Š 662 x H 712 mm a maximálnym príkonom 13 kW?

1

Zadavateľ trvá na technickej špecifikácii, maximálny vnější rozměr přístroje je dán pozicí myčky v místnosti. Zadavateľ neakceptuje maximální příkon 13 kW, trvá na technickej špecifikácii max. 8,3 kW z dôvodu úspory provozních nákladů.

V Havířově dne 20.3.2024

Zpracoval:

Ing. Pavel Švarc