

Veřejná zakázka
VZ „Výpůjčka hematologických analyzátorů včetně dodávky specifického spotřebního materiálu“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:	„Výpůjčka hematologických analyzátorů včetně dodávky specifického spotřebního materiálu“
Název zadavatele:	Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Kaštanová 268, Dolní Lištná, 73961 Třinec
IČO zadavatele:	00534242
URL adresa:	www.nemtr.cz
Oprávněná osoba zadavatele:	Ing. Jiří Veverka, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele:	JUDr. Rita Kubicová, advokátka
Telefon:	+420 608 831 124
E-mail:	vzakazky@advokatkakubicova.eu
Profil zadavatele:	https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 ZZVZ poskytuje na základě níže uvedeného dotazu dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

„Zadavatel v příloze č. 6 Výzvy – Tabulka splnění technických podmínek v případě požadavků na záložní analyzátor uvádí požadavek na rychlost analýzy aspoň 80 testů za hodinu v režimu KO + diff. V dalším požadavku se uvádí, že na záložním analyzátoru se bude provádět vyšetření i jiných tělních tekutin, ale bez údajů o propustnosti systému v počtu vzorků. Vzhledem ke kombinaci zpracování různých typů vzorků není z našeho pohledu relevantní pouze jeden údaj o průchodnosti vzorků analytickým systémem. Bude zadavatel akceptovat případnou kombinaci propustnosti vzorků pro KO + diff 60 vzorků/hodinu a analýzu tělních tekutin při rychlosti 40 vzorků/hodinu?“

Odpověď zadavatele:

Ano. Jelikož se jedná o záložní analyzátor, kde bude nižší frekvence vyšetření než na analyzátoru referenčním, zadavatel bude akceptovat kombinaci propustnosti vzorků pro KO+diff 60 vzorků/hodinu a pro analýzu tělních tekutin rychlost 40 vzorků/hodinu.

V Třinci, dne 21.3.2024

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Ing. Jiří Veverka, ředitel
zast. JUDr. Rita Kubicová, advokátka