

Veřejná zakázka
VZ „Výpůjčka hematologických analyzátorů včetně dodávky specifického spotřebního materiálu“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:	„Výpůjčka hematologických analyzátorů včetně dodávky specifického spotřebního materiálu“
Název zadavatele:	Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Kaštanová 268, Dolní Lištná, 73961 Třinec
IČO zadavatele:	00534242
URL adresa:	www.nemtr.cz
Oprávněná osoba zadavatele:	Ing. Jiří Veverka, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele:	JUDr. Rita Kubicová, advokátka
Telefon:	+420 608 831 124
E-mail:	vzakazky@advokatkakubicova.eu
Profil zadavatele:	https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html

Vážený dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 ZZVZ poskytuje na základě níže uvedeného dotazu dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

„Zadavatel u záložního analyzátoru požaduje vyšetření erytroblastů (NRBC - absolutní počet a %) již v základní analýze KO, automatická korekce počtu WBC v případě nálezu NRBC v základním vyšetření KO. Bude zadavatel akceptovat u záložního analyzátoru v případě přítomnosti erytroblastů ve vzorku upozornění v podobě flagového hlášení, kdy absolutní počet a % NRBC jsou výzkumné parametry?“

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na parametru tak, jak je uvedený v zadávací dokumentaci.

V Třinci, dne 27.3.2024

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Ing. Jiří Veverka, ředitel
zast. JUDr. Rita Kubicová, advokátka