

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 10.5.2021

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 28823/2021/BR/EPID

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 28823/2021/BR/EPID

VYŘIZUJE: Bc. Jitka Táborská

TEL.: 554 774 171

E-MAIL: jitka.taborska@khsova.cz

DATUM: 4.6.2021

Ing. Miroslav Geryk
Dvořákův okruh 2149/13
Krnov
794 01

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258 /2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), posoudila žádost investora stavby Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o., I.P.Pavlova 552/9, 794 01 Krnov, IČ: 00844641 zastoupeného na základě plné moci Ing. Miroslavem Gerykem, Dvořákův okruh 2149/13, 79401 Krnov, IČ:63015820 ze dne 10.5.2021, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení stavby „Město Albrechtice – rozvod medicínálních plynů a vzduchu“.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení stavby „Město Albrechtice – rozvod medicínálních plynů a vzduchu“.

s o u h l a s í .

Odůvodnění:

Na základě žádosti investora stavby Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o., I.P.Pavlova 552/9, 794 01 Krnov, IČ: 00844641 zastoupeného na základě plné moci Ing. Miroslavem Gerykem, Dvořákův okruh 2149/13, 79401 Krnov, IČ:63015820 ze dne 10.5.2021, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení stavby „Město Albrechtice – rozvod medicínálních plynů a vzduchu“, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

V objektu OOP č. p. 184 dojde za účelem rozvodů medicínálních plynů v 1.PP a 1.NP a zřízení úpravny kyslíku v 1.PP v místnosti č. 010 ke stavebním úpravám v interiéru. Napojení objektu OOP z objektu na par. č. 1369 bude provedeno zemním domovním rozvodem kyslíku. Úprava objektu par. č. 1369 bude za účelem zřízení Odpařovací stanice s instalací zásobníku na kapalný O₂, dvou odpařovačů a záložního zdroje kyslíku včetně souvisejících stavební úprav dotčené části objektu. Před objektem dojde k opravě zpevněných ploch v návaznosti na vjezd do areálu z ulice Nemocniční. Dojde k opravě střechy nad střední částí objektu. Budou osazeny nové vstupní

IČ: 71009167
ID datové schránky: w8pai4f
web: www.khsova.cz

Úřední hodiny:
pondělí, středa 8:00 – 17:00

hliníkové dveře a vnitřní požární hliníkové dveře a uzávěry, opraveny vnitřní omítky. Pod zásobník na O₂ a odpařovače budou provedeny nové železobetonové základové desky.

Hlavním zdrojem kyslíku bude odpařovací stanice kapalného kyslíku o velikosti 3 000 l vnitřního objemu s dvěma odpařovači. Kyslíková stanice bude umístěna v budově SO₂. Stanice se bude skládat ze zásobníku kapalného O₂ o objemu 3000 l – T18V30, 2 odpařovačů SG25HF a záložního zdroje kyslíku pro případ výpadku. Záložním zdrojem kyslíku bude automatická lahvová stanice o kapacitě 4+4 tlakové láhve à 50 l vnitřního objemu. Při výpadku hlavního zdroje automaticky sepne zdroj záložní, aby byla zajištěna kontinuální dodávka medicínálního kyslíku. Zdroje budou osazeny snímači tlaku, vyhodnocení alarmových hlášek bude v budově OOP v 1.NP vedle uzávěrů podlaží. Zdrojem stlačeného vzduchu bude kompresorová jednotka 2,5kW na tlakové nádobě 110 l. Dále bude vybavena membránovou sušičkou a filtrací s regulátorem. Kompresor bude umístěn v 1.PP budovy OOP, v místnosti č. 010.

MUDr. Petr Kopřivík v.r.
vedoucí oddělení protiepidemického
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě
územní pracoviště Bruntál

Rozdělovník:

1x adresát, počet listů 2 DS

1x KHS, oddělení, počet listů 1