

Věřejná zakázka

VZ „Provádění laboratorního vyšetření – NAT testování vzorků dárců krve a krevních složek“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Centrální zadavatel:

Název centrálního zadavatele:	Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace
Sídlo centrálního zadavatele:	Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
IČO centrálního zadavatele:	00844853
URL adresa:	www.nspka.cz
Osoba oprávněná jednat jménem či za centrálního zadavatele:	Ing. Ivo Žolnerčík, ředitel
Identifikátor datové schránky:	2bqk6mu
Profil zadavatele:	https://msk.ezak.cz/profile_display_3.html
Osoba zastupující centrálního zadavatele dle § 43 ZZVZ	JUDr. Rita Kubicová, advokátka Veleslavínova 1022/4, Ostrava, 702 00 IČO: 71332529
Telefon:	+420 608 831 124
E-mail:	vzakazky@advokatkakubicova.eu

Zadavatel:

Název zadavatele:	Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Kaštanová 268, Dolní Lištná, 739 61 Třinec
IČO zadavatele:	00534242
URL adresa:	www.nemtr.cz
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele:	Ing. Jiří Veverka, ředitel
Identifikátor datové schránky:	n3ek6pv
Profil zadavatele:	https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html

Vážení dodavatelé,

centrální zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 ZZVZ poskytuje na základě níže uvedených dotazů dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

„V technických požadavcích je uvedeno: „Vyšetření musí být provedeno na plně automatickém systému pro přímou detekci virových nukleových kyselin. Součástí systému musí být automatický rozpipetovač (s funkcí automatického poolování „ - Naše laboratoř disponuje technologií Grifols, která má zařízení pro poolování odděleně od NAT testování. Všechny činnosti jsou plně automatizované a automaticky probíhá zaznamenávání všech údajů. Prosím o upřesnění, zda je tato podoba přípustná či musí být automatický rozpipetovač

fyzickou součástí analyzátoru pro NAT testování?“

Odpověď zadavatele:

Automatický rozpipetovač nemusí být fyzickou součástí analyzátoru, systém Grifols je plně vyhovující.

Dotaz č. 2:

„Dále v bodě 2.5.7. Další požadavky:

"Centrální zadavatel a zadavatel požadují přenos výsledků vyšetření do laboratorního informačního systému žadatele do 24 hod. od předání vzorků..."

Prosím o vyjádření pokud vzorky budou svezeny v pátek, zda výsledky požadujete 2.den v sobotu anebo postačí následující pracovní den v pondělí?“

Odpověď zadavatele:

Výsledky požadujeme 2. den v sobotu, pokud budou vzorky svezeny v pátek.

V Karviné, dne 17.4.2024

Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace

i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka