

Zadavatel: **Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.**
Sídlem: El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
Zastoupena: Ing. Tomášem Stejskalem, MBA, LL.M. – ředitelem
IČ: 00534188

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 1

k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku

„Dodávka tkáňového automatu“

Pořadové číslo zakázky: P/014/INV/24

Číslo spisu na profilu zadavatele: P24V00000107

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele

Zadavatel obdržel dne 10. 5. 2024 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a sděluje následující:

Dotaz č. 1 k zadávací dokumentaci

Zásobníky na reagentie označené RFID identifikátory neplní svoji funkci bez přístroje opatřeným RFID čtečkou. RFID značení přístroje a nádob na reagentie slouží k ověřování správně zvolené reagentie, aby nedošlo k záměně. K tomu je třeba vždy kupovat reagentie s tímto označením, aby byla tato funkce využita. Prosím o vyjádření, zda žádáte přístroj s RFID čtečkou s plánem kupování RFID označených nádob na reagentie, aby byla tato funkce zůžitkována nebo nepožadujete přístroj s RFID čtečkou (a tedy ani nádoby označené RFID identifikátorem) a reagentie do nádob dodávané s přístrojem budou plněny chemikáliemi libovolného výrobce bez ohledu na RFID označení.

Odpověď č. 1

Zadavatel trvá na RFID označení zásobníků. Žádné další příslušenství k RFID nepožaduje. Podle provozu si zadavatel rozhodne, jakým způsobem bude zásobníky využívat.


Dotaz č. 2 k zadávací dokumentaci

Existuje více typů senzorů pro sledování hladiny. Mimo ultrazvukových dále například optické nebo elektrické. Typ senzoru ovšem v tomto případě nemá vliv na danou funkci a žádný z typů senzorů neposkytuje kvalitativní výhodu, a tedy si jsou ekvivalentní. Bude zadavatel trvat na upřednostňování jednoho typu senzoru?

Odpověď č. 2

Zadavatel trvá na ultrazvukových senzorech. Tyto senzory jsou běžné v automatickém řízení. Poskytují spolehlivou detekci nezávisle na složení detekovaného roztoku.

Ve Frýdku-Místku, dne 13. 5. 2024



Ing. Tomáš Stejskal, MBA, LL.M.
ředitel Nemocnice ve Frýdku – Místku, p. o.