



NEMOCNICE TŘINEC, příspěvková organizace

Kaštanová 268, Dolní Lištná, 739 61 Třinec

AKREDITOVANÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Třinec, 13. 5. 2024

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 1

Název VZ: Výpůjčka 2 ks analyzátorů acidobazické rovnováhy včetně dodávky reagensů

Číslo VZ: TRI/Buj/2024/18/analyzátor-acidob.
(v systému EZAK číslo P24V00000100)

Druh VZ: veřejná zakázka malého rozsahu

Zadavatel obdržel žádost o **vysvětlení zadávacích podmínek** následujícího znění:

Dotaz:

Žádost o změnu technické specifikace v bodě:

Objem vzorku – maximální objem vzorku pro všechny parametry včetně oxymetrie 120 ul (kapilára, stříkačka).

Námi nabízený přístroj Premier GEM 5000 umožňuje z 65 ul změřit všechny parametry kromě COOX, ze 100 ul parametry COOX nebo ze 150 ul celý panel testů. Snížený objem vzorku se týká všeobecně pouze kapilárních odběrů, jelikož odběrové soupravy stříkačky musí být nabrány objemem vzorku, který stříkačka udává, aby byl vzorek promíchán ve správném poměru s přítomným antikoagulans, tj. většinou se jedná o objem až 2 ml. Akceptoval by zadavatel změnu technické specifikace ve znění: Objem vzorku – maximální objem vzorku pro všechny parametry včetně oxymetrie 150 ul (kapilára, stříkačka).

Odpověď:

Vzhledem k spektru pacientů a odběrovému materiálu zadavatel požaduje pro všechny parametry včetně oxymetrie objem do 120 ul.

Ing. Lucie Bujáková
referent veřejných zakázek