

Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 3 k veřejné zakázce

„Operační sety a pláště pro SNO“

Číslo spisu: **OPA/Hal/2024/20/operační sety**

Číslo zakázky: **P24V00000102**

(dále jen „VZ“)

Na základě požadavku účastníka ZŘ z 17. 05. 2024 poskytuje zadavatel k výše uvedené VZ tyto informace.

Dotaz č. 1:

Prosím zadavatele o specifikaci balení setu. Ze složení setů není zřejmé v jakém obalovém materiálu má být set zabalen a o jaký rozměr obalové roušky se jedná.

Odpověď č. 1:

Set má být zabalen v obalu s PEEL efektem, aby se dodržela sterilita setu. Obalovou rouškou se rozumí Rouška na instr. stůl 150x190 cm (2 vrst.), do které je zabalen.

Dotaz č. 2:

Umožní zadavatel toleranci ve specifikaci velikosti roušek $\pm 15\%$? Větší tolerance v rozměrech roušek rozšíří okruh možných uchazečů.

Odpověď č. 2:

Rozměry, které jsou dány ve specifikaci jsou minimální rozměry. Zadavatel akceptuje větší rozměr, ale musí plnit účel.

Dotaz č. 3:

Zadavatel v základních technických specifikacích zadává u Setu pro ošetření novorozence - Pupečnickovou vazačku 15cm. Bude zadavatel akceptovat: pupečnickovou svorku 53mm ?

Odpověď č. 3:

Zadavatel trvá na pupečnickové vazačce.

Dotaz č. 4:

Zadavatel v základních technických specifikacích zadává u Setu ramenní - Návlek na končetinu 30x60cm. Bude zadavatel akceptovat: návlek na končetinu 35 x 55 cm?

Odpověď č. 4:

Zadavatel bude akceptovat navrhovaný rozměr návleku.

Dotaz č. 5:

Zadavatel v základních technických specifikacích zadává u Setu porodnický - Savou podložku pod

rodičku 60x90cm. Bude zadavatel akceptovat: Savou podložku 50x80cm ?

Odpověď č. 5:

Zadavatel bude akceptovat navrhovaný rozměr.

Dotaz č. 6:

Zadavatel v základních technických specifikacích zadává u Setu varixy - U – rouška 3 vrst, 200 x 260cm. Prosím zadavatele o specifikaci velikosti výstřihu U roušky.

Odpověď č. 6:

Zadavatel uvádí velikost výseku U roušky 80 x 8 cm.

Dotaz č. 7:

Zadavatel v základních technických specifikacích zadává u Setu oční (souprava oční s noži) - Rouška oční 160 x 240cm se 2 kapsami a prořízlou incizní fólií. Bude zadavatel akceptovat- Rouška oční 170 x 260cm se 2 kapsami a neperforovanou incizní fólií?

Odpověď č. 7:

Zadavatel trvá na původním požadavku, navrhovanou roušku nebude akceptovat.

V Opavě

Ing. Karel Siebert, MBA, ředitel