

Odpovědi na dotazy uchazečů č. 2

Název zakázky:

Mycí a dezinfekční automaty podložních mís

Systémové číslo zakázky:

P24V00000124

Dotaz uchazeče č. 1

bude zadavatel akceptovat rozměry zařízení:

Výška: 1280 mm

Šířka: 500 mm

Hloubka: 610 mm

Odpověď zadavatele

Zadavatel trvá na technické specifikaci bod 22. Rozměry dezinfektoru: max. 1800*500*600 mm (v*š*h), vzhledem k instalaci do stávajících prostor, půdorysu a rozmístění stávajícího mobiliáře.

V Havířově dne 11.6.2024

Zpracoval Ing. Pavel Švarc