

Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce

„Dodávky reagensů a zapůjčení analyzátoru na průkaz přítomnosti patogenů v biologickém materiálu metodou PCR“

Číslo spisu: **OPA/Hal/2024/24/reagencie a výpůjčka-CL**

Číslo zakázky: **P24V00000127**

(dále jen „VZ“)

Na základě požadavku účastníka ZŘ z 20. 06. 2024 poskytuje zadavatel k výše uvedené VZ tyto informace.

Dotaz č. 1:

Zadavatel v návrhu Kupní smlouvy v bodě III.7 Předmět smlouvy požaduje „stabilita reagensů onboard musí být minimálně 2 týdny“. Dodavatel se dotazuje vzhledem ke skutečnosti, že v rámci Veřejné zakázky jsou poptávány reagenty a analyzátor pro provedení PCR metody, u které právě onboard stabilita reagensů v rámci dnů není běžná. Bude Zadavatel akceptovat reagenty, které on-board stabilitu garantují po dobu průběhu testu?

Dotaz č. 2:

Zadavatel v návrhu Kupní smlouvy v bodě IV.1 Doba a místo plnění požaduje přijímání objednávek adresou, e-mailem nebo faxem. Dodavatel se dotazuje, zda zadavatel přistoupí na změnu v návrhu kupní smlouvy v bodě IV.1, kdy prodávající se zavazuje k dodávání zboží na základě písemné objednávky jednou z následujících forem: adresa, email.

Odpověď:

Zadavatel akceptuje navrhované změny v dotazu č. 1. a 2.

Zároveň zveřejňuje opravenou Přílohu č. 6 - Návrh Kupní smlouvy.

V Opavě

Ing. Karel Siebert, MBA, ředitel