



Třinec, 25. 6. 2024

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 1

Název VZ: Centrální monitorovací systém
Číslo VZ: TRI/Buj/2024/23/centrální monitorovací systém
(v systému EZAK číslo P24V00000137)
Druh VZ: veřejná zakázka malého rozsahu

Zadavatel obdržel žádost o **vysvětlení zadávacích podmínek** následujícího znění:

Dotaz:

V „Příloze č. 1a - technická specifikace“ požadujete v rámci položky „Centrální monitor pro min. 6 monitorů – 1 ks“ tento parametr: „plochý barevný displej min. 27“ - 2 ks“.

Standardně dodáváme napříč různými odděleními u zákazníků velikost displeje centrální stanice 22“. Bude prosím Zadavatel akceptovat nabídku velikost displeje centrální stanice 22“?

Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat velikost plochého barevného displeje 22“ v počtu 2 ks.

Termín pro podání nabídek se prodlužuje do **11. 7. 2024, 7:00 h.**

Ing. Lucie Bujáková
referent veřejných zakázek