



Třinec, 2. 7. 2024

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 2

Název VZ: Centrální monitorovací systém

Číslo VZ: TRI/Buj/2024/23/centrální monitorovací systém
(v systému EZAK číslo P24V00000137)

Druh VZ: veřejná zakázka malého rozsahu

Zadavatel obdržel žádost o **vysvětlení zadávacích podmínek** následujícího znění:

Dotaz:

V „Příloze č. 1a - technická specifikace“ požadujete v rámci položky „Lůžkový monitor – 6 ks, také tento parametr: „trendy – grafické i numerické, min. posledních 168 hod.“.

Standardně dodáváme lůžkové monitory napříč nemocničními zařízeními, na oddělení s různými stupni intenzivní péče, včetně ARO, které zobrazují grafické i tabulkové trendy měřených parametrů za dobu posledních 96 hodin. Na základě našich dlouholetých zkušeností a také zpětné vazby z mnohých desítek nemocničních pracovišť, využívajících naše lůžkové monitory, je parametr „96 hodin grafických a numerických trendů“ pro uživatele zajišťujícího intenzivní péči, plně dostačující. Zpětnou, detailnější analýzu patientských dat si navíc lze případně prohlédnout na Centrální stanici, kterou k lůžkovým monitorům dodavatelé dodávají. V našem případě k monitorům dodáváme Centrální stanici s parametrem – „uchování dat (trendů) pacienta i po jeho odpojení s možností prohlédnutí dat za posledních 168 hod.“

Bude prosím Zadavatel akceptovat nabídku lůžkových monitorů, s možností grafických i tabulkových trendů měřených parametrů za dobu posledních 96 hodin?

Odpověď:

Ano, Zadavatel bude akceptovat nabídku lůžkových monitorů s možností grafických i tabulkových trendů měřených parametrů za dobu posledních 96 hodin, za splnění podmínky možnosti prohlédnutí dat (trendů) pacienta i po jeho odpojení na centrální stanici za posledních 168 hodin.



NEMOCNICE TŘINEC, příspěvková organizace

Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec

AKREDITOVANÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Termín pro podání nabídek se prodlužuje do **16. 7. 2024, 7:00 h.**

Ing. Lucie Bujáková
referent veřejných zakázek