



Třinec, 18. 7. 2024

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 1

Název VZ: Dodávka automatického chemodezinfektoru včetně zajištění pozáručního servisu

Číslo VZ: TRI/Buj/2024/28/chemodezinfektor
(v systému EZAK číslo P24V00000160)

Druh VZ: veřejná zakázka malého rozsahu

Zadavatel obdržel žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek následujícího znění:

Dotaz č. 1:

*V zadávací dokumentaci odstavec 4. Technická specifikace, zadavatel uvádí: **Rozměry max (š/h/v) 950/750/1960***

Námi nabízený mycí a dezinfekční automat flexibilních endoskopů má rozměry 1240/790/1570mm (včetně monitoru).

Bude zadavatel akceptovat toto obdobné technické řešení?

Odpověď:

Z hlediska dispozičního uspořádání pracoviště pro očistu a skladování endoskopů zadavatel nebude akceptovat nabídku dezinfekčního automatu nabízených rozměrů.

Dotaz č. 2:

*V zadávací dokumentaci odstavec 4. Technická specifikace, zadavatel uvádí: **Jedna komora pro dva endoskopy***

Námi nabízený dezinfektor flexibilních endoskopů disponuje asynchronními komorami, kde se mohou dezinfikovat jednotlivé endoskopy nezávisle na sobě, toto technické řešení usnadňuje práci uživatele, zkracuje dobu dezinfekce jednotlivých endoskopů tím, že obsluha může provést dezinfekci jednotlivých endoskopů a nemusí čekat na druhý použitý endoskop.

Námi nabízené řešení nijak nesnižuje kvalitativní nároky na automatický dezinfektor flexibilních endoskopů, naopak u dezinfektoru je kladen důraz na vysoký stupeň dezinfekce a sterilizace flexibilních endoskopů, uživatelsky nenáročné ovládání, minimalizaci času cyklu mytí a vysoký stupeň dezinfekce (reprocesu) endoskopů.



NEMOCNICE TŘINEC, příspěvková organizace

Kaštanová 268, Dolní Lištná, 739 61 Třinec

AKREDITOVANÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Bude zadavatel akceptovat toto obdobné technické řešení splňující medicínální účel?

Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat toto technické řešení – asynchronní komory s možností dezinfekce jednotlivých endoskopů nezávisle na sobě.

Dotaz č. 3:

*V zadávací dokumentaci odstavec 4. Technická specifikace, zadavatel uvádí: **Přední plnění (možnost využití horní plochy jako odkladové v případě vhodné výšky)***

Námi nabízený dezinfektor flexibilních endoskopů disponuje asynchronními komorami, s vrchním plněním, kde se mohou dezinfikovat endoskopy nezávisle na sobě, toto technické řešení usnadňuje uživateli práci při vkládání a vyndávání flexibilního endoskopu.

Bude zadavatel akceptovat toto obdobné technické řešení splňující plně medicínální účel?

Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat toto technické řešení – asynchronní komory s vrchním plněním.

Dotaz č. 4

Zadavatel uvádí v technické specifikaci ZD požadavek na jednokomorový automatický chemodezinfektor pro dva endoskopy. Námi nabízená myčka pro dva endoskopy disponuje dvěma nezávislými komorami, každá samostatná komora má vlastní řídicí jednotku pro bezproblémový chod oddělení. Výhoda automatického chemodezinfektoru se dvěma asynchronními komorami spočívá zejména v tom, že umožňuje používání jedné komory, při odstraňování případných potíží komory druhé.

Umožní zadavatel nabídnout automatický chemodezinfektor pro dva endoskopy s dvěma nezávislými komorami, při splnění všech dalších požadovaných parametrů?

Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat toto technické řešení – dvě nezávislé komory pro dva endoskopy při splnění všech dalších požadovaných parametrů.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje **do 31. 7. 2024, 7:00 h.**

Ing. Lucie Bujáková
referent veřejných zakázek