



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:	Endoskopická věž
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	dodávky
Adresa profilu zadavatele:	https://msk.ezak.cz/profile_display_8html
Systémové číslo EZAK:	P24V00000144

Název zadavatele:	Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec
Zastoupen:	Ing. Jiří Veverka, ředitel
IČO:	00534242
DIČ:	CZ00534242

V souladu s ustanovením čl. 15 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentace ke shora označené veřejné zakázce.

Dne 19. 7. 2024 byla zadavateli v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena prostřednictvím elektronického nástroje žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz:

V zadávací dokumentaci odstavec 4. Technická specifikace, zadavatel uvádí: 2K vstup – min. 11x 3G-SDI, 1x DVI-D. Námí nabízený Medicínský LCD monitor disponuje 2K vstupy: 2 x HDMI, 2 x SDI (3G), Display port. Bude zadavatel akceptovat toto obdobné technické řešení splňující plně medicínální účel?

Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat navrhované technické řešení.

Termín pro podání nabídek se prodlužuje do **7. 8. 2024, 7:00 hodin.**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'J. Veverka', is positioned above the printed name and title.

Ing. Jiří Veverka
ředitel