

Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce:

„Chirurgický šicí materiál“

Číslo spisu: **OPA/Hal/2024/22/šicí materiál**

Číslo zakázky: **P24V000000125**

(dále také „VZ“)

Na základě požadavku účastníka ZŘ z 22. 7. 2024 poskytuje zadavatel k výše uvedené VZ tyto informace.

Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci jsem nikde nenašla toleranci jehly. Může zadavatel upřesnit?

Odpověď č. 1:

Tolerance velikosti jehly je +/- 10% a je uvedena pod tabulkou v Příloze č. 6.

V Opavě

Ing. Karel Siebert, MBA, ředitel