

Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

## Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce:

### **„Laparoskopická věž pro COS SNO“**

Číslo spisu: **OPA/Hal/2024/28/laparoskopická věž-COS**

Číslo zakázky: **P24V00000146**

(dále jen „VZ“)

Na základě požadavku účastníka ZŘ z 25. 7. 2024 poskytuje zadavatel k výše uvedené VZ tyto informace.

#### **Dotaz č. 1:**

Zadavatel v technické specifikaci požaduje „kompatibilita se stávajícím vybavením - Image1 Karl Storz a LED světelnými zdroji pro automatické řízení jasu“. Tento technický parametr splní pouze výrobce společnost Storz, která je výhradně zastoupena společností Radix cz s.r.o. Účastník nabízí splnění požadovaných technický parametrů a navíc dodání světelného zdroje nad rámec VZ. Tímto by Zadavatel rozšířil potencionální okruh uchazečů a velmi pravděpodobně by dosáhl nižší nákupní ceny.

Bude Zadavatel akceptovat nabídku věže s dodáním zdroje světla, tedy plnohodnotné funkční sestavy, která nemá a nevyžaduje kompatibilitu se stávajícím vybavením?

#### **Odpověď č. 1:**

**Zadavatel trvá na kompatibilitě se stávajícím vybavením.**

V Opavě

Ing. Karel Siebert, MBA, ředitel