



Třinec, 26. 7. 2024

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 2

Název VZ: Dodávka automatického chemodezinfektoru včetně zajištění pozáručního servisu

Číslo VZ: TRI/Buj/2024/28/chemodezinfektor
(v systému EZAK číslo P24V00000160)

Druh VZ: veřejná zakázka malého rozsahu

Zadavatel obdržel žádosti o **vysvětlení zadávacích podmínek** následujícího znění:

Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci Technická specifikace zadavatel požaduje dodání adaptérů pro připojení všech videoendoskopů používaných na pracovišti, pokud jsou pro mytí potřeba – videoendoskopy Olympus.

Konektory jsou specifické u jednotlivých typů endoskopů. Upřesní zadavatel, které konkrétní typy endoskopů Olympus jsou používány na pracovišti?

Odpověď:

Na pracovišti gastroenterologického centra jsou používány tyto typy endoskopů Olympus:
gastroskopy – GIF-190H, GIF-190N, GIF-190, GIFH-185
kolonoskopy – CF-185L, CFQ-165
bronchoskopy – BF-H190, BF-1TH190.

Dotaz č. 2:

V bodě 6 odstavec 6.4. zadávací dokumentace požaduje zadavatel po účastnících, aby ve své nabídce uvedli cenu za 1 KIT vč. výměny a četnost výměny KIT dle doporučení výrobce. Může zadavatel upřesnit a blíže specifikovat pojem KIT, případně co má tento KIT obsahovat?

Odpověď:

KIT – periodická výměna dílů (těsnění, hadičky apod.) pro bezpečný provoz chemodezinfektoru dle doporučení výrobce.



NEMOCNICE TŘINEC, příspěvková organizace
Kaštanová 268, Dolní Lištná, 739 61 Třinec

AKREDITOVANÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Lhůta pro podání nabídek se nemění - **31. 7. 2024, 7:00 h.**

Ing. Lucie Bujáková
referent veřejných zakázek