

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce:

Zadavatel: Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
Se sídlem: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava
IČO: 47813750
Zastoupena: Ing. Karlem Siebertem, MBA, ředitelem

Veřejná zakázka:

„Pacientské překládací zařízení“

Číslo spisu: **OPA/Hal/2024/23/překládací zařízení**

Číslo zakázky: **P24V00000126**

(dále také „VZ“)

Na základě požadavku účastníka ZŘ z 2. 8. 2024 poskytuje zadavatel k výše uvedené VZ tyto informace.

DOTAZ č. 1

Požadavek: automatický režim překladu pacienta

Dotaz: Domníváme se, že bez pomoci obsluhy pacienta nelze přeložit. Je-li nutná spolupráce obsluhy nelze hodnotit jako automaticky.

Bude zadavatel akceptovat, že námi nabízené zařízení bude plně pod kontrolou personálu při překládání pacienta? Popřípadě prosíme o vysvětlení automatiky překladu.

DOTAZ č. 2:

Požadavek: výsuv překládací desky minimálně 75 cm na každou stranu

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat výsuv 72 cm na každou stranu?

DOTAZ č. 3

Požadavek: ovládání zařízení ručním otočným panelem s displejem přístupné z obou stran a bezdrátovým ovladačem

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat dva kabelové ovladače s intuitivním ovládáním? Domníváme se, že bezdrátový ovladač je zařízením, které vyžaduje dobíjení nebo odložení na vzdálené místo se stává málo dostupným.?

DOTAZ č. 4

Bude zadavatel akceptovat ovládání zařízení displejem na panelu zařízení a bezdrátovým ovladačem z obou stran, která splňuje stejný požadovaný medicínský účel?

ODPOVĚDI NA DOTAZY č. 1 - 4

Zadavatel neakceptuje navrhované změny a trvá na požadavcích uvedených v zadávací dokumentaci.

V Opavě

Ing. Karel Siebert, MBA, ředitel