

Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce:

„Dodávky reagensů, vč. výpůjčky 2 ks ELISA analyzátorů pro úsek lékařské mikrobiologie CL“

Číslo spisu: **OPA/Hal/2024/36/reagencie a ELISA analyzátory**

Číslo zakázky: **P24V00000166**

(dále jen „VZ“)

Na základě požadavku účastníka ZŘ z 28. 10. 2024 poskytuje zadavatel k výše uvedené VZ tyto informace.

Dotaz:

Nabízíme analyzátor založený na principu ELISA, který je plně otevřený, tudíž je na něm možné testovat téměř všechny dostupné testy na trhu. Analyzátor splňuje mírně odlišná kritéria, která jsou uvedena v příloze, je ale schopen ředit, měřit a vyhodnotit většinu testů všech dodavatelů. Součástí naší nabídky jsou také testy, které zákazník požaduje a pokrývají většinu požadovaného portfolia. Trvá zadavatel na dodání kompletního portfolia, tedy 2 ks analyzátorů a všech testů?

Odpověď:

Zadavatel trvá na dodání kompletního portfolia dle zadávací dokumentace. Otevřenost systému není výhodou. Směrnice IVD-R hovoří jasně o nutnosti analytický systém uzavřít nebo nést náklady na validaci a verifikaci analýz.

V Opavě

Ing. Karel Siebert, MBA, ředitel