

**Veřejná zakázka
VZ „Pořízení 2 ks sítnicových laserů“**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dle §§ 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:	„Pořízení 2 ks sítnicových laserů“
Název zadavatele: Sídlo zadavatele: IČO zadavatele: URL adresa: Oprávněná osoba zadavatele:	Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace VydmuchoV 399/5, Ráj, 734 01 Karviná 00844853 www.nspka.cz Ing. Ivo Žolnerčík, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele: Telefon: E-mail: Profil zadavatele:	JUDr. Rita Kubicová, advokátka +420 608 831 124 vzakazky@advokatkakubicova.eu https://msk.ezak.cz/profile_display_3.html

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s ust. §§ 98 a 99 ZZVZ na základě dotazu dodavatele sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1 (pro část 2 VZ):

„1. Zadavatel v Požadovaných technických parametrech přístroje požaduje:

„Minimální výstupní výkon 30 mW“

Uchazeč nabídne:

„Minimální výstupní výkon 50 mW, přičemž nižší výstupní výkon (řádově 10x nižší) lze dosáhnout použitím mikrosekundového pulsního módu.“

Což je funkčně, technicky a klinicky obdobné a obvyklé řešení. Bude zadavatel akceptovat řešení a nevyřadí uchazeče z výběrového řízení?“

Odpověď zadavatele:

Zadavatel bude akceptovat nabízené řešení.

V Karviné, dne 6.11.2024

Nemocnice Karviná – Ráj, příspěvková organizace
Ing. Ivo Žolnerčík, ředitel
i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka