

Výzva k podání nabídek
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
(dále jen „Oznámení“)**Veřejná zakázka malého rozsahu**

realizovaná v souladu s ŘD 1/46/2016 – 5. REVIZE „Veřejné zakázky“, která upravuje zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“).

„Anesteziologický přístroj s monitorem životních funkcí“

I.	Zadavatel:	příspěvková organizace
	Název:	Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
	Sídlo:	Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
	IČ zadavatele:	008 44 896
	Oprávněná osoba za zadavatele:	Ing. Norbert Schellong, MPH – ředitel
	Kontaktní osoba zadavatele:	Ing. Pavel Švarc manažer investic a veřejných zakázek
	Telefon:	596 491 442
	E-mail:	pavel.svarc@nemhav.cz
II.	Druh veřejné zakázky:	Dodávka
	Předmět veřejné zakázky:	Dodávka, instalace, předvedení a zaškolení personálu nového Anesteziologického přístroje s monitorem životních funkcí
	Číselné označení zakázky:	P25V00000044
	Zadávací dokumentace:	Příloha č. 1 Oznámení <u>Související přílohy:</u> Čestné prohlášení – Příloha č. 2 Oznámení Seznam významných dodávek – Příloha č. 3 Oznámení Obchodní podmínky – Příloha č. 4 Oznámení vč. přílohy č. 3 Požadavky na kyberbezpečnost Krycí list – Příloha č. 5 Oznámení
III.	Lhůta pro podání nabídek:	4.3.2025 do 10:00 hod.
	Místo pro podání nabídek:	https://msk.ezak.cz/profile_display_4.html
IV.	Údaje o hodnotících kritériích:	Ekonomická výhodnost nabídky, hodnocena dle kritérií: Nabídková cena – váha 100% Hodnoceny budou ceny vč. DPH

Veškeré další relevantní informace a požadavky zadavatele jsou součástí dokumentů zveřejněných na profilu zadavatele, dle bodu III.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
veřejné zakázky
„Anesteziologický přístroj s monitorem životních funkcí“

1. Zadavatel

Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
IČ: 00844896, DIČ CZ00844896
zastoupený Ing. Norbertem Schellongem, MPH, ředitelem

2. Druh a předmět veřejné zakázky

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku ve smyslu Zákona.

Předmětem zakázky je dodání, instalace, předvedení a zaškolení personálu ohledně užívání nového Anesteziologického přístroje s monitorem životních funkcí..

Předmětné vybavení musí splňovat zadavatelem požadovanou technickou specifikaci.

Technická specifikace – Anesteziologický přístroj s monitorem životních funkcí

Anesteziologický přístroj k zajištění celkové inhalační anestézie a ventilační podpory pro širokou řadu pacientů (novorozenci, děti i dospělí pacienti). Zařízení je určeno pro objemově nebo tlakově řízenou ventilaci.

1. Modulární anesteziologický přístroj pro vedení anestézie pacientů - dětí a dospělých
2. Provedení pojízdné s brzděním kol podvozku a centrální brzdou.
3. Připojení k centrálnímu rozvodu plynů – vzduch, N₂O, O₂, (rozsah minimálně 280 až 600kPa)
4. Elektrická přípojka pro 220 až 240 V, AC o frekvenci 50 Hz
5. Minimálně 4 elektrické zásuvky 220 až 240 V AC, 50 Hz umístěné na anesteziologickém přístroji. Každá zásuvka musí být opatřena samostatným jističem, přičemž jedna ze zásuvek musí být na jmenovitý proud minimálně 2 A pro napájení desfluranového odpařovače
6. Pracovní prostor pro dokumentaci případně pro PC, pracovní plocha s osvětlením
7. Těsný patientský okruh o obsahu minimálně 2,8 litrů objemu pro rychlou reakci na změny koncentrací nastavených plynů
8. Absorbér CO₂ vyměnitelný za provozu bez rozpojení okruhu v režimu CO₂ bypass
9. Patientský okruh využívající systém stojatého měchu ve válci, umístěného v zorném poli obsluhy pro vizuální kontrolu těsnosti systému nebo jiný způsob kontroly těsnosti systému v každém dechovém cyklu
10. Elektronické průtokoměry pro plyny O₂, N₂O a vzduch, se systémem zamezení vzniku hypoxické směsi.
11. Elektronické nastavení čerstvé směsi s přesností dávkování 0,015 l/min a elektronický směšovač měřící spotřeby použitých plynů a anestetik v průběhu a celkově po ukončení výkonu
12. Přístroj vybaven systémem pro odtah přebytečné dýchací směsi (AGSS) s ventily pro omezení podtlaku a přetlaku v odsávacím systému
13. Samostatný výstup čerstvých plynů s ovladačem jeho aktivace a přenosem této informace na displej ventilátoru jako hlášení pro obsluhu
14. Nezávislá odsávačka s regulací intenzity sání a 2 nádoby na sekret - odsávací set, připojení na zdroj vakua z centrálního rozvodu
15. Samostatný, nezávislý a vestavěný průtokoměr kyslíku případně směsi O₂ vzduch, pro spontánní ventilaci maskou/ nosní kanylou.

16. Záložní baterie s dobou provozu z plně nabitého stavu minimálně na 30 minut provozu přístroje.
17. Speciální port na přístroji pro návrat vzorku plynu z gas analýzy zpět do patientského okruhu
18. Odpařovače:
 - a. Elektronická regulace odpařování
 - b. Validace pro použití odpařovačů izofluran, sevofluran, desfluran
 - c. Odpařovač desfluran bude součástí nabídky, v cenové nabídce bude uveden jako samostatná položka
19. Ventilátor:
 - a. Barevný grafický LCD displej o velikosti min. 15" s dotykovým ovládáním, ovládání také pomocí mechanického ovladače s tlačítky (klávesami) rychlého přístupu pro ovládání často používaných funkcí ventilátoru.
 - b. Zobrazení efektivity vedené inhalační anestézie na displeji ventilátoru aktuální spotřebou anestetik.
 - c. Zobrazení minimálně 3 volitelných křivek najednou (např. tlak, průtok, EtCO₂, anestetika)
 - d. Spirometrie zapnutí a vypnutí zobrazení smyček objem-tlak, objem-průtok, tlak-průtok měřených, dle volby obsluhy ze senzorů v přístroji nebo z tracheální rourky pacienta.
 - e. Možnost připojení paralelního displeje.
 - f. Pneumaticky poháněný elektronicky řízený servoventilátor.
 - g. Automatická kompenzace změn příkonu čerstvých plynů a roztažnosti (compliance) ventilačního okruhu.
 - h. Automatické dávkování anestetik a kyslíku v závislosti na nastavené hodnotě požadovaných koncentrací ve výdechu
 - i. Nastavování čerstvých plynů bude provedeno nastavením celkového průtoku a koncentrace O₂
 - j. Jednoduchý testovací režim, možnost uvedení přístroje do provozu i ihned po zapnutí.
 - k. Další volitelné jednotlivé testy těsnosti patientského okruhu a použitých odpařovačů.
 - l. Dechový objem V_t od min 5 ml měřeného objemu do 1500 ml
 - m. Minimální rozsah poměrů I:E 2:1 až 1:6, případně 4:1 až 1:8.
 - n. Dechová frekvence až 100 cyklů/min.
 - o. Elektronicky řiditelný PEEP minimálně do hodnot 30 cm H₂O.
 - p. Základní ventilační režimy - Řízená objemová a tlaková ventilace IMV, PCV, tlaková ventilace s garancí objemu, Synchronizované ventilační režimy SIMV, tlaková podpora PSV, Ruční a spontánní ventilace pacienta v uzavřeném okruhu s absorpcí CO₂
20. Anesteziologický monitor vitálních funkcí a plynové analýzy a ventilace:
 - a. Kompatibilní modulární monitor stejného výrobce.
 - b. Barevný LCD displej, velikosti min. 15" se softwarem pro anestézii
 - c. Obrazovka s min. 6 stopami pro zobrazování křivek a numerických hodnot měřených parametrů.
 - d. Profily zobrazení podle typu operace a stavu pacienta
 - e. Měřené parametry:
 - 3-5 svodů EKG, základní arytmie, HR, ST analýza, Respirace, 2xIBP (Art, CVP), hemodynamika SPV, PPV, NIBP, SPO₂, 2 x teplota.
 - Měření hloubky vědomí (BIS či Entropy), vyhodnocení odezvy na chirurgický podnět s grafickým zobrazením
21. Plynová analýza – 1ks měření:
 - a. Plynový modul kompatibilní pro použití v rámci monitoru životních funkcí se zobrazením dat na obrazovce monitoru nebo pro použití v rámci anesteziologického přístroje se zobrazením dat na obrazovce ventilátoru
 - b. Plynová analýza měření inspirační a expirační hodnoty s nastavením limitů alarmů pro každý parametr.
 - c. Automatická detekce a zobrazení všech použitých anestetik ve směsi.
 - d. Vyhodnocení minimální alveolární koncentrace MAC_{Age} a monitorování obsahu zbytkových složek plynů od pacienta ve směsi se zpětným vdechováním ve směsi (např. údaj BAL)

- e. Spirometrie měřená z tracheální rourky pacienta.
 - f. Měřicí systém bude obsahovat odlučovač vody s možností jeho vyprázdnění
 - g. Analyzovaný vzorek dýchačí směsi musí být vrácen zpět do patientského okruhu
22. Měření hloubky svalové relaxace - 1 ks měření:
- a. Hloubka svalové relaxace měřena stimulací periferních nervů (např. na ruce) metoda elektromyografie.
 - b. Měření mechanické odezvy vhodně umístěným mechanosenzorem.
 - c. V případě potřeby bude kalibrace prováděna automaticky
 - d. Měření hloubky svalové relaxace bude umožněno uživatelsky volitelnými metodami TOF (série čtyř impulzů), DBS (série dvou výbojů) a PTC (post-tetanic count)
 - e. Využití i na stávajících anesteziologických přístrojích
23. Měření hloubky vědomí a analgezie - 1 ks měření:
- a. Hloubka vědomí bude vyjádřena minimálně jednou numerickou hodnotou odvíjející se z analýzy signálu EEG a grafickým znázorněním v čase
 - b. Hodnota analgezie bude vyjádřena jednou numerickou hodnotou.
 - c. Kvantitativní měření analgezie v průběhu chirurgických výkonů, vyhodnocení indexu odezvy na chirurgický podnět (z SpO₂ křivky) se zobrazením na displeji monitoru
 - d. Využití i na stávajících anesteziologických přístrojích
24. Základní příslušenství pro zahájení provozu

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah, připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10% od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Zadavatel dále požaduje:

Součástí dodávky je doprava na určené pracoviště, instalace, zprovoznění a zaškolení personálu v obsluze dle návodu na použití.

Součástí zakázky je i bezplatné provádění servisu a revizí přístrojů dle platných právních předpisů, norem a návodu výrobce po celou dobu záruční lhůty.

Délka záruční doby min. 36 měsíců.

Dodavatel uvede podrobnou technickou specifikaci vč. fotografie nabízeného zboží, jeho součástí, příslušenství a požadovaného vybavení v Příloze č. 1, Obchodních podmínek (Kupní smlouvy), která bude podepsaná oprávněnou osobou.

V rámci své nabídky dodavatel přiloží doklad prokazující shodu (ES prohlášení o shodě, označení shody CE), požadovaného, resp. dodavatelem nabízeného zboží, vydaný příslušným orgánem, a to v původním jazyce a českém jazyce, překlad nemusí být úředně ověřen.

Předmětem veřejné zakázky je rovněž předvedení funkčnosti nabízeného zboží a seznámení zaměstnanců kupujícího s obsluhou tak, aby jej byli schopni řádně užívat, dále dodání veškerých návodů k použití a údržbě dodávaného zboží v českém jazyce, technická dokumentace v českém jazyce a uživatelské dokumentace v českém jazyce.

Seznam poddodavatelů:

V případě, že veřejná zakázka bude plněna prostřednictvím třetí osoby, požaduje zadavatel tuto skutečnost uvést v nabídce a identifikovat tyto třetí osoby (účastník ZŘ je povinen u poddodavatele uvést jeho identifikační údaje, přiložit písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky a dokumenty poddodavatele k prokázání základní a profesní způsobilosti). Účastník ZŘ odpovídá v plném rozsahu za veškerou součinnost poddodavatelů. Změna poddodavatele v průběhu VZ je možná po předchozím písemném souhlasu zadavatele. Pokud účastník ZŘ nepřiloží seznam poddodavatelů, má se za to, že bude VZ realizovat pouze s využitím vlastních kapacit.

3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 700 000,- Kč bez DPH.

4. Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídku v rozsahu dle zadávací dokumentace odešlete **prostřednictvím elektronického tržiště zadavatele (v prostředí elektronického nástroje E-ZAK)** v termínu do 4.3.2025 do 10:00 hodin.

Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny.

Jiná forma podání nabídky, než prostřednictvím nástroje E-ZAK, není přípustná.

5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

5.1. **Základní způsobilost** splňuje dodavatel, který doloží bezdlužnost a trestní bezúhonnost formou čestného prohlášení statutárního zástupce nebo podnikatele – fyzické osoby (Příloha č. 2 Oznámení).

5.2. **Profesní způsobilost** splňuje dodavatel, který předloží v kopii:

- a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
- b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím celému předmětu zakázky, oprávnění k podnikání může být nahrazeno výpisem z živnostenského rejstříku.

Účastník je oprávněn pro prokázání splnění profesní způsobilosti předložit **výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů**, pokud je v něm zapsán. Doklady prokazující profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

5.3. Technická kvalifikace

K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění předmětné zakázky zadavatel požaduje Seznam min. 3 významných dodávek o stejných nebo kvalitativně vyšších parametrech a stejné nebo vyšší kapacitě ve srovnání s poptávaným monitorem vitálních funkcí za roky 2020-2024 ve finančním objemu min. poloviny předpokládané hodnoty bez DPH u každé samostatně (Příloha č. 3)

6. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Dodavatel je povinen nabídkovou cenu uvést v Obchodních podmínkách (Příloha č. 4 Oznámení) a v Krycím listu (Příloha č. 5 Oznámení). V Krycím listu uvede všechny požadované údaje nutné pro provedení hodnocení. **Nabídková cena bude uvedena v totožné výši jak na Krycím listu, tak i v Obchodních podmínkách. Jakýkoliv rozpor v cenových údajích v nabídce zjištěný při otevírání obálek s nabídkami nebo při posuzování a hodnocení nabídek je nesplněním této zadávací podmínky, která může vést až k vyřazení nabídky.**

Celková nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady účastníka na splnění celého předmětu plnění specifikovaného zadávací dokumentací, zejména veškeré náklady spojené s jeho dodáním, uvedením do provozu a přezkoušením jeho řádné funkčnosti včetně odstranění veškerých rizik a vlivů, prováděním servisu a revizí po celou dobu záruční lhůty, odvodů daní, cla a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění.

Cena je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Zadavatel připouští překročení (resp. snížení) nabídkové ceny v případě změny sazby DPH týkající se předmětu zakázky.

7. Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky:

Nejnižší nabídková cena

100 %

U tohoto kritéria dodavatelé uvedou kupní cenu, včetně všeho požadovaného včetně příslušenství. V této ceně musí být započítána dodávka zboží na konkrétní pracoviště, instalace, zprovoznění, předvedení funkčnosti,

cestovní náklady, proškolení zaměstnanců z obsluhy a údržby a jiné.

Bližší specifikace dílčích kritérií:

Nabídková cena

100 %

Nejvíce bodů získá nabídka s nejnižší hodnotou. Vzorec pro výpočet:

$$\text{Bodová hodnota} = 100 * \text{Hodnota nejvhodnější nabídky} / \text{Hodnota posuzované nabídky}$$

Pozn.: Cena bude vždy hodnocena vč. DPH.

Zadavatel provede seřazení nabídek dle jejich bodového ohodnocení.

Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší cenovou nabídkou.

Zadavatel si vyhrazuje právo nejdříve nabídky hodnotit a až poté posoudit nabídku vybraného dodavatele.

8. Zadávací lhůta

Do 30.4.2025

Zadávací lhůta se prodlužuje účastníkům, s nimiž může zadavatel uzavřít smlouvu (tj. s účastníkem, který se umístil jako druhý nebo třetí v pořadí) až do doby uzavření smlouvy nebo zrušení zadávacího řízení. Účastníci jsou povinni na vyzvání poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k uzavření smlouvy na zakázku v maximální délce 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy.

9. Termín a místo plnění, prohlídka místa plnění

Místem plnění je Nemocnice Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov.

Požadovaný termín splnění je do 60 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

10. Platební podmínky

Zálohy na platby nebudou sjednány.

Lhůta splatnosti faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.

11. Kontaktní osoba zadavatele

Ing. Pavel Švarc, manažer investic a veřejných zakázek tel. 596 491 442, e-mail: pavel.svarc@nemhav.cz.

Zadavatel zároveň upozorňuje, že v rámci této veřejné zakázky má v úmyslu adresovat korespondenci zájemcům, resp. účastníkům, pouze prostřednictvím komunikačního kanálu el. nástroje E-ZAK.

12. Obsah a forma nabídky

Zadavatel pro plnění předmětné zakázky stanovuje Obchodní podmínky, formou kupní smlouvy, které jsou Přílohou č. 4 Oznámení. Dodavatel je povinen obchodní podmínky akceptovat. Zadavatel jejich změnu neumožňuje. Účastník obchodní podmínky vyplněné (viz žlutě podbarvené části) vč. přílohy a podepsané oprávněnou osobou přiloží do nabídky.

Nabídka bude obsahovat vyplněné a podepsané:

- a) Čestné prohlášení (Příloha č. 2)
- b) Seznam významných dodávek (Příloha č. 3)
- c) Obchodní podmínky (Příloha č. 4) ve formátu **pdf** a rovněž **doc**
- d) Krycí list nabídky (Příloha č. 5)

Zadavatel dále požaduje:

- a) doplněná technická specifikace vč. podrobné specifikace a fotografie nabízeného zboží a příslušenství (Příloha č. 1 Obchodních podmínek) ve formátu **pdf** a rovněž **doc**

- b) cenová nabídka (Příloha č. 2 Obchodních podmínek) ve formátu **pdf** a rovněž **doc**
- c) prohlášení o shodě (v původním jazyce a jazyce českém)
- d) seznam poddodavatelů (má-li smysl)
- e) doklad o odborné způsobilosti (Oznámení o splnění ohlašovací povinnosti ve vztahu ke své činnosti či povinnost notifikace zdravotnického prostředku – Sdělení SÚKL – dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění
- f) doklad o oprávnění k provádění servisu – souhlas či pověření výrobce k provádění servisu, údržby kontrol zařízení a systému specifikovaného v této zadávací dokumentaci a nabízeného v ČR

Dokumenty dle bodu 5 této Zadávací dokumentace.

Všechny stránky nabídky budou očíslovány vzestupnou řadou. Zadavatel požaduje, aby nabídka obsahovala údaje o obsahu nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky vč. uvedení celkového počtu listů nabídky.

13. Informace o elektronickém nástroji E-ZAK

Podrobné instrukce elektronického nástroje E-ZAK naleznete v uživatelské příručce pro dodavatele, pod odkazem: <https://skoleni.ezak.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf> Systémové požadavky na PC pro podání nabídek v aplikaci E-ZAK najdete na adrese <http://www.ezak.cz/faq/pozadavky-na-system>.

14. Další informace a údaje

- a. Zakázka je realizovaná v souladu s § 31 Zákona v režimu výběrového řízení, na něž se nevztahují kogentní ustanovení Zákona, vyjma zásad uvedených v § 6 Zákona. Pojmy či postupy použité v rámci tohoto zadávacího řízení, které odpovídají pojmům či postupům obsaženým v Zákoně, jsou použity pouze z důvodu dodržení zásad uvedených v § 6 Zákona, a dále z důvodu zachování jednotné terminologie při zadávání veřejných zakázek, a v žádném případě je nelze vykládat jako úmysl zadavatele podřídit kteroukoli z částí zadávacího řízení postupu dle Zákona.
- b. Zadavatel si vyhrazuje právo podepsat smlouvu s vítězným účastníkem až po obdržení rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků zřizovatelem.
- c. Zadavatel si vyhrazuje právo nehodnotit žádnou z předložených nabídek a zadávání veřejné zakázky kdykoliv zrušit. Zadavatel není povinen sdělovat důvody takového rozhodnutí.
- d. Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu výběrového řízení, změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky výběrového řízení a to všem účastníkům výběrového řízení shodně.
- e. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté účastníkem u třetích osob a účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
- f. Účastníci mohou požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost musí být učiněna písemně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
- g. Upozorňujeme, že dodatečně zveřejňované informace na profilu zadavatele v elektronickém prostředí E-ZAK nebudou dodavatelům automaticky zasílány. Z tohoto důvodu je nutno průběžně sledovat obsah Zadávací dokumentace veřejné zakázky a sekci Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace.
- h. Nabídka nesplňující podmínky zadavatele nebude hodnocena.
- i. Účastník je oprávněn podat pouze jednu nabídku, a to v českém jazyce.
- j. Variantní nabídku zadavatel nepřipouští.
- k. Ukončením výběrového řízení a oznámením výsledků soutěže nevznikne automaticky smluvní vztah.

- l. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost, pokud se prokáže, že se účastník ZŘ dopustil v posledních 3 letech od zahájení zadávacího řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem zadávané veřejné zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla ke vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím.
- m. Zadavatel nepožaduje předložení vzorků, ale vyhrazuje si právo v průběhu hodnocení nabídek požádat o předložení předmětu nabídky za účelem ověření deklarovaných technických parametrů. Účastník je povinen předložit předmět nabídky nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení žádosti.

Ing. Pavel Švarc
administrátor zakázky