

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„Urodynamický přístroj“

Zadavatel: **Nemocnice Třinec, příspěvková organizace**
se sídlem Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec
IČ: 00534242, DIČ: CZ00534242
zastoupený Bc. Jaroslavem Brzyszkowskim

Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení

Zadavatel rozhodl o vyloučení účastníka zadávacího řízení **ADVAMED s.r.o., Počernická 272/96, 108 00 Praha 10, IČO: 01696114.**

Zadavatel ustanovil pro účely posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek hodnotící komisi, která na svém jednání provedla posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel požadoval mj. z důvodu ekonomické ochrany investic kompatibilitu s přístrojem Danflow 3000.

Účastník ve své nabídce uvedl: „Součástí naší UDN je standardně také UFM s možností drátového či bezdrátového spojení“.

Zadavatel již uroflowmetr vlastní, z tohoto důvodu požadoval kompatibilitu s přístrojem Danflow 3000.

Na základě provedeného posouzení nabídky účastníka se komise jednomyslně usnesla na tom, že **nabídka účastníka nesplnila zadávací podmínky v plném rozsahu** a komise doporučila zadavateli vyloučit účastníka ze zadávacího řízení.

V Třinci, dne 28. 2. 2028


Bc. Jaroslav Brzyszkowski
ředitel

