



Třinec, 14. 4. 2025

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 2

Název VZ: Dodávka injekčních stříkaček a jehel
Číslo VZ: TRI/Buj/2025/8/stříkačky
(v systému EZAK číslo P25V00000075)
Druh VZ: veřejná zakázka malého rozsahu

Zadavatel obdržel žádost o **vysvětlení zadávacích podmínek** následujícího znění:

Dotaz č. 1:

Zadavatel v technické specifikaci požaduje: "Všechny lineární dávkovače zadavatele jsou aktuálně nastaveny na používání produktu Omnifix® Luer Lock Solo. V případě, že vítězný dodavatel nabídne jiný produkt, je povinen na vlastní náklady zajistit nastavení všech zadavatelem používaných dávkovačů na nabídnutý výrobek." Zadavatel požaduje po účastníkovi výběrového řízení zajištění zalistování stříkačky v SW jednotlivých lineárních dávkovačů zadavatele. Nicméně zadavatel blíže nespecifikuje jaká je cena servisu. Účastník výběrového řízení tak není schopen odhadnout výši nákladů spojenou s tímto požadavkem. Účastník výběrového řízení požaduje detailní vysvětlení tohoto požadavku tak, aby měl účastník VŘ reálnou představu o dodatečných nákladech, které může pak promítnout do nabídkové ceny.

Odpověď:

Zadavatel, bohužel, není schopen v obecné rovině vyčíslit náklady spojené s nastavením lineárních dávkovačů, jelikož nezná výrobky jednotlivých potenciálních dodavatelů. Za tímto účelem je součástí přílohy č. 5 – Technická specifikace seznam lineárních dávkovačů, jejich výrobců a dodavatelů. Zadavatel tak nechává na dodavateli, aby si dané náklady spojené se zalistováním konkrétní stříkačky ověřil u dodavatelů v příloze vyjmenovaných lineárních dávkovačů.



NEMOCNICE TŘINEC, příspěvková organizace
Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec

AKREDITOVANÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Termín pro podání nabídek se nemění - 24. 4. 2025, 7:00 h.

Ing. Lucie Bujáková
referent veřejných zakázek