



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

Název veřejné zakázky:	Dodávka operačních setů
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	dodávky
Adresa profilu zadavatele:	https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html
Evidenční číslo zadavatele:	TRI/Buj/2025/7/operační sety
EZAK:	P25V00000045

Název zadavatele:	Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec
Zastoupen:	Bc. Jaroslav Brzyszkowski, ředitel
IČO:	00534242
DIC:	CZ00534242

V souladu s ustanovením čl. 15 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentace ke shora označené veřejné zakázce.

Dne 13. 5. 2025 byla zadavateli v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena prostřednictvím elektronického nástroje žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. S ohledem na její obsáhlost zadavatel z důvodu větší přehlednosti přímo k jednotlivým dotazům vkládá červeně vyznačené odpovědi:

Dotaz + odpovědi:

Část č. 1 - Obor ortopedický:

Set ASK

Zadavatel v základních technických specifikacích zadává Set kolenní, Set ASK incizní fólie 45x57cm. Bude zadavatel akceptovat incizní fólie 45x55 cm?

Odpověď: V setu ASK zadavatel incizní fólii nepožaduje, v setu kolenním akceptuje požadavek na velikost incizní fólie 45x55 cm (splňuje již stanovenou toleranci rozměrů +/-10 %).

Část č. 2 - Obor Plastika + ORL:

Set dentální malý

Zadavatel v základních technických specifikacích zadává Set dentální malý rouška dvouvrstvá 160x240cm s otvorem 10x10cm, částečně samolepící. Bude zadavatel akceptovat roušku dvouvrstvou 170x240cm s otvorem 14x10cm, samolepící?

Odpověď: Nový rozměr akceptujeme, trváme však na částečně samolepícím části (část pro oči nesmí lepit).

Zadavatel v základních technických specifikacích zadává Set univerzální malý a Set univerzální velký se stejným složením (odchylka je pouze v počtu kompresu). Prosíme o potvrzení správnosti zadání.

Odpověď: Ano. Zadání je správné.

Zadavatel v základních technických specifikacích v setech v části 2. zadává tampón z gázy prošívaný s Rtg kontrastem 12x47cm. Bude zadavatel akceptovat tampón z gázy prošívaný s Rtg kontrastem 10 x 60 cm.

Odpověď: Ano. Požadavek akceptujeme.

Část č. 3 - Obor chirurgický:

Zadavatel v základních technických specifikacích v setech v části 3. zadává rouška břišní z gázy prošívaná s Rtg kontrastem 4 vrstvy 13x50cm. Bude zadavatel akceptovat roušku břišní z gázy prošívaná s Rtg kontrastem 10x60cm?

Odpověď: Ano. Požadavek akceptujeme.

Zadavatel v základních technických specifikacích v setech v části 3. zadává rouška břišní z gázy 4 vrstvy s Rtg kontrastem 40x40cm. Bude zadavatel akceptovat roušku břišní z gázy 4 vrstvy s Rtg kontrastem 45x45cm?

Odpověď: Ano. Požadavek akceptujeme.

Set kyčelní – vertikální rouška

Zadavatel v základních technických specifikacích zadává Set kyčelní – vertikální rouška – zadává rouška dvouvrstvá vertikální se záchytným vakem a dvěma kapsami 250x330cm, incizní fólie 30x80 cm. Bude zadavatel akceptovat roušku dvouvrstvou vertikální se záchytným vakem a dvěma kapsami 290x320cm, incizní fólie 30x70 cm?

Odpověď: Zadavatel trvá na velikosti minimálně 250 x 330 cm. Menší druhý rozměr roušky (320 cm) neakceptujeme z důvodu manipulačního prostoru pro rentgenový zesilovač. Velikost incizní fólie akceptujeme.

Set Ileus

Zadavatel v základních technických specifikacích zadává Set Ileus – pooperační krytí z netkané textilie 10x30 cm s lepící plochou po obvodu s polštářkem – absorpční materiál. Bude zadavatel akceptovat pooperační krytí z netkané textilie 10x35 cm s lepící plochou po obvodu s polštářkem – absorpční materiál?

Odpověď: Ano. Požadavek akceptujeme.

Část č. 4 - Obor gynekologický:

Zadavatel v základních technických specifikacích zadává krabička na ostrý materiál ze setu (uzavírací, magnetická, adhezivní), může zadavatel specifikovat velikost krabičky, a zda se jedná o magnet/magnet, nebo magnet/pěna, nebo pěna/adheze?

Odpověď: Velikost zavřené krabičky musí být minimálně 11 x 5,5 x 1 cm (délka, šířka, výška). Požadujeme magnet/magnet.

Zadavatel v základních technických specifikacích v setech v části 4. zadává rouška břišní z gázy prošívaná s Rtg kontrastem 4 vrstvy 13x50cm. Bude zadavatel akceptovat roušku břišní z gázy prošívaná s Rtg kontrastem 10x60cm?

Odpověď: Ano. Požadavek akceptujeme.

Zadavatel v základních technických specifikacích v setech v části 3. zadává rouška břišní z gázy 4 vrstvy s Rtg kontrastem 40x40cm. Bude zadavatel akceptovat roušku břišní z gázy 4 vrstvy s Rtg kontrastem 45x45cm?

Odpověď: Ano. Požadavek akceptujeme.

Set urologicko-gynekologický

Zadavatel v základních technických specifikacích zadává urologicko-gynekologická rouška dvouvrstvá 150x200cm se samolepícím otvorem 6x14cm s integrovanými návleky na nohy. Bude zadavatel akceptovat roušku gynekologická rouška 280x250 cm dvouvrstvá zesílená zóna se samolepícím otvorem 9x12cm s integrovanými návleky na nohy, popřípadě urologicko-gynekologická rouška dvouvrstvá 150x200cm se samolepícím otvorem 7x10cm s integrovanými návleky na nohy a urolog. vakem s výpustí.

Odpověď: Ano. Požadavek akceptujeme.

Set pro císařský řez

Zadavatel v základních technických specifikacích Set pro císařský řez zadává rouška z netkané textilie 75 x 80cm (pro novorozence). Bude zadavatel akceptovat rouška z netkané textilie 90 x 100 cm.

Odpověď: Ano. Požadavek akceptujeme.

Set malý gynekologický

Může zadavatel specifikovat velikost roušky na instrumentační stůl/ obalovou roušku.

Odpověď: Rozměry jsou 100 x 150 cm.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do: **16. 7. 2025, 7:00 hodin**

V Třinci dne 20. 5. 2025

Bc. Jaroslav Brzyszkowski
ředitel

