

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce:

„Zápůjčka 2 automatických systémů pro kultivaci a detekci mikroorganismů a dodávky příslušného spotřebního materiálu“

Číslo spisu: **OPA/Hal/2025/21/zápůjčka autom.systémů**
Číslo zakázky: **P25V00000180**

Na základě požadavku účastníka ZŘ z 16. 07. 2025 poskytuje zadavatel k výše uvedené VZ tyto informace.

Dotaz č. 1:

Zadavatel jako součást dokumentu „Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce“ uvedl k mykotickým hemokultivačním lahvičkám, že „Zadavatel akceptuje dodávky v balení po 50 ks, v případě, že se dodavatel zaváže ke zpětnému odběru a refundaci lahviček (vč. nákladů na dopravu a balné), u kterých uplyne expirační doba.“ Poukazujeme na skutečnost, že tato podstatná náležitost smluvního vztahu není žádným způsobem uvedena v návrhu kupní smlouvy a činí tak toto ust. jako de facto nevymahatelné.

Odpověď:

Zadavatel zveřejní opravenou kupní smlouvu.

Dotaz č. 2:

Oba texty návrhů smluv, tj. jak kupní tak výpůjční, odkazují na podrobné informace o ochraně osobních údajů, které jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách kupujícího (tj. Zadavatele), přičemž je uvedena internetová adresa <https://www.snopava.cz/nemocnice/ochrana-osobnich-udaju>, která se netýká uvedené problematiky.

Odpověď 2:

Ve smlouvách je uvedeno: „Kupující při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy“. Do webových stránek bude doplněn náležitý odkaz, týkající se osobních údajů dodavatelů.

Dotaz č. 3:

Z žádného ust. ZD není zřejmé, zda má dodavatel předkládat v případě nabídky do obou částí jen jednu kupní a jednu výpůjční smlouvu. Prosíme o vyjasnění, zda pro každý systém má být předložena samostatná kupní a samostatná výpůjční smlouva, příp. jak jinak má dodavatel postupovat při přípravě nabídky.

Odpověď 3:

Zadavatel zveřejní 2 kupní smlouvy a 2 smlouvy o výpůjčce, aby mohl účastník vyplnit smlouvy pro každou část zakázky zvlášť.

Dotaz č. 4:

ZD v odst. 2.5 pro část II., oddíl „Automatický systém pro kultivaci mykobakterií“ stanovuje, že: „Potřebné příslušenství (kalibrační lahvičky) musí být součástí nabídky.“ Z uvedeného není zřejmé, kde a jak mají být kalibrační lahvičky (tj. diagnostický materiál, který by z logiky věci neměl podléhat

výpůjčce) vloženy do nabídky a jak mají být oceněny, když příslušný cenový formulář takovou možnost neposkytuje. Prosíme o vyjasnění a opravu ZD.

Odpověď č. 4:

V ZD části II Zápůjčka automatického systému pro kultivaci mykobakterií a dodávky souprav pro jejich kultivaci a stanovení citlivosti k antituberkulotiku pyrazinamidu je v odstavci "Další podmínky" uveden požadavek, že součástí dodávky je doprava do místa plnění, veškerý spotřební kontrolní, kalibrační, čistící a jiný materiál nezbytný k zajištění bezchybného provozu a údržby přístrojové techniky. Zadavatel tímto požadoval dodávku kalibračních lahvíček v rámci zápůjčky automatického systému pro kultivaci mykobakterií. Tudíž položka chybí v příslušném cenovém formuláři.

Dotaz č. 5:

Veškeré diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, které jsou součástí požadavků ZD, musí být dodávány technickými prostředky ke stabilizaci teploty – jak plyne z dokumentace výrobce, například všechny hemokultivační lahvičky nebo zkumavky Mycobacteria Growth Indicator Tubes musí být udržovány během transportu při teplotě +2 až +25 °C s tím, že nesmí být v žádném případě zmrazeny; podobně růstový přídatek BD BACTEC™ MGIT™ Growth Supplement musí být udržován během transportu při teplotě +2 až +8 °C, opět s tím, že nesmí být zmražen. Jaké technické prostředky požaduje zadavatel k realizaci takových dodávek a jakým způsobem (např. průkazem transportní teploty?) požaduje Zadavatel takové skutečnosti v rámci jednotlivých dodávek průběžně osvědčovat?

Odpověď č. 5:

Dle ZD Zadavatel požaduje, aby zkumavky byly dodány včetně protokolu o teplotě při transportu od dodavatele do laboratoře. Jaké technické prostředky dodavatel zvolí a použije pro zajištění teplotních podmínek udávaných v dokumentech výrobce, je čistě v kompetenci dodavatele.

Dotaz č. 6:

Příloha zadávací dokumentace v souboru označeném „Příloha c 1 Cenova_nabidka_zapujcka autom.systemu_opr.9.7.xlsx“ v listu „cenová nabídka pro část II.“ obsahuje u položky „*Růstový přídatek/suplement - pokud je potřebný pro správný proces kultivace*“ požadovaný počet ks v balení 100. Dodavatel se domnívá, že se jedná o chybu. Dodavatel velmi pravděpodobně požaduje dodání 1 ks (resp. 32 ks celkem za 4 roky) produktu BD Bactec MGIT Supplement Kit, který obsahuje BD BACTEC™ MGIT™ Growth Supplement (6 vialek růstového suplementu OADC Enrichment á 15 ml) a antibiotickou směs BD BBL™ MGIT™ PANTA™ Antibiotic Mixture (6 lyofilizovaných vialek MGIT PANTA™) a jako takový je určen pro cca 100 testů. Prosíme o opravu požadavku na výše zmíněném listu s tím, že požadovaný počet ks v balení bude „1“ a předpokládaný odběr počtu ks na 4 roky bude „32“.

Odpověď č. 6:

Požadované počty budou opraveny dle návrhu.

Dotaz č. 7:

Příloha zadávací dokumentace v souboru označeném „Příloha c 1 Cenova_nabidka_zapujcka autom.systemu_opr.9.7.xlsx“ v listu „cenová nabídka pro část II.“ obsahuje u položky „*Zkumavky pro stanovení citlivosti k pyrazinamidu*“ požadovaný počet ks v balení 25 (což je správně), ale zároveň stanovuje předpokládaný odběr ks na 4 roky celkem 120 ks, což není počet celkově dělitelný 25, tj. velikostí balení. Dodavatel se domnívá, že se jedná o chybu. Prosíme o opravu požadavku na tomto listu s tím, že předpokládaný odběr počtu ks na 4 roky bude dělitelný 25.

Odpověď č. 7:

Předpokládaný odběr kusů za 4 roky bude upraven na 200.

Dotaz č. 8:

Z požadavku v příloze zadávací dokumentace v souboru označeném „Příloha c 1 Cenova_nabidka_zapujcka autom.systemu_opr.9.7.xlsx“ v listu „cenová nabídka pro část II.“ z položky „*Zkumavky pro stanovení citlivosti k pyrazinamidu*“ plyne, že Zadavatel chce testovat citlivost k pyrazinamidu. Nezbytným požadavkem pro provedení tohoto testu (mimo uvedených zkumavek) je i nákup další položky, a to BD BACTEC™ MGIT™ 960 PZA Kit. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pro provedení jednoho testu citlivosti na PZA jsou potřebné dvě zkumavky pro stanovení

citlivosti k pyrazinamidu a 1/50 z BD BACTEC™ MGIT™ 960 PZA Kit*. Prosíme o doplnění a modifikaci výše zmíněného listu ve smyslu uvedeného.

Odpověď č. 8:

Příloha č. 1 "cenová nabídka pro část II" bude doplněn o položku BD BACTEC MGIT 960 PZA Kit.

Zadavatel zveřejňuje upravenou přílohu č.:

1 – Cenová nabídka

6a – Návrh kupní smlouvy pro část I.

6b – Návrh kupní smlouvy pro část II.

7a – Návrh smlouvy o výpůjčce pro část I.

7b – Návrh smlouvy o výpůjčce pro část II.

V Opavě

Ing. Karel Siebert, MBA, ředitel