

Veřejná zakázka

„Výpůjčka plně automatizovaných biochemických a imunochemických analyzátorů, zahrnující automatickou linku s plně integrovaným preanalytickým a transportním modulem a záložní analytický systém, včetně dodávky specifického spotřebního materiálu II“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:	„Výpůjčka plně automatizovaných biochemických a imunochemických analyzátorů, zahrnující automatickou linku s plně integrovaným preanalytickým a transportním modulem a záložní analytický systém, včetně dodávky specifického spotřebního materiálu II“
Název zadavatele:	Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
IČO zadavatele:	IČ 00844896
URL adresa:	www.nsphav.cz
Oprávněná osoba zadavatele:	Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele:	JUDr. Rita Kubicová, advokátka
Telefon:	+420 608 831 124
E-mail:	vzakazky@advokatkakubicova.eu
Profil zadavatele:	https://msk.ezak.cz/profile_display_4.html

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 ZZVZ poskytuje na základě níže uvedeného dotazu dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č.1:

„Zadavatel v technické specifikaci požaduje, aby dodaná automatická linka zahrnovala všechny uvedené moduly (vstupní modul, odvíčkovač, automatická centrifuga, transportní modul, fyzicky připojené analyzátory, výstupní modul a software pro správu klinických dat), a to v rámci jedné fyzicky propojené a integrované linky. S ohledem na prostorové možnosti a funkční uspořádání konkrétní laboratoře bychom se rádi dotázali, zda bude zadavatel považovat za srovnatelné řešení, pokud nabídneme následující variantu: Nabízené řešení bude zahrnovat preanalytický systém, který integruje všechny požadované funkcionality – tedy vstupní a výstupní modul (včetně třídění a archivační funkce), automatickou centrifugu, odvíčkovač a zavičkovač. Namísto fyzicky integrovaných analyzátorů však budou v řešení použity stand-alone analyzátory, které nejsou fyzicky propojeny s preanalytickou linkou, ale jsou s ní kompatibilní z hlediska pracovního procesu a toku vzorků.“

Domníváme se, že z hlediska funkčnosti a efektivity laboratorního provozu jde o řešení plně odpovídající potřebám zadavatele, a zároveň vhodnější s ohledem na konkrétní prostorové a provozní podmínky. “

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na technické specifikaci uvedené v zadávací dokumentaci, ve které je jednoznačně stanoveno, že požaduje plně automatický analytický systém s fyzicky propojenými analyzátory. Separátní řešení analyzátorů neakceptuje, zejména s ohledem na budoucí centralizaci dalších procesů a z důvodů organizace úspory času laborantů.

V Havířově, dne 29.7.2025

Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel

i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka