

Veřejná zakázka
VZ „Servis a údržba rentgenových zařízení“

Zadávací dokumentace

Dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel:
Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace
Vydmuchoh 399/5, Ráj, 734 01 Karviná

Vyhlašuje veřejnou zakázku na služby
Zadávanou v otevřeném řízení v nadlimitním režimu v souladu se ZZVZ

Název veřejné zakázky:

VZ „Servis a údržba rentgenových zařízení“

Systémové číslo VZ:

P25V00000266

Článek 1. Identifikační údaje

Název zadavatele: Sídlo zadavatele: IČO zadavatele: URL adresa: Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele: Identifikátor datové schránky: Profil zadavatele:	Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná 00844853 www.nemocnicekarvina.cz Ing. Ivo Žolnerčík, ředitel 2bqk6mu https://msk.ezak.cz/profile_display_3.html
Osoba zastupující zadavatele dle § 43 ZZVZ Telefon: E-mail:	JUDr. Rita Kubicová, advokátka Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Ostrava, 702 00 IČO: 71332529 +420 608 831 124 vzakazky@advokatkakubicova.eu

Tato zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) je zpracována v souladu s ust. § 28 odst. 1 ZZVZ a je souborem zadávacích podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, vyjma formulářů podle § 212 ZZVZ. Práva, povinnosti či podmínky zadavatele a dodavatelů, resp. účastníků zadávacího řízení v rámci zadávacího řízení, která nejsou výslovně uvedena v této ZD, se řídí zejména ZZVZ a jeho prováděcími předpisy.

Zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele v plném rozsahu.

Veškeré úkony včetně předložení požadovaných dokladů jsou prováděny elektronicky a rovněž veškerá komunikace mezi zadavatelem dodavatelem ve smyslu ustanovení § 211 ZZVZ probíhá elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje.

Článek 2. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění pozáručního servisu zdravotnických prostředků – rentgenových zařízení, k zajištění bezpečného a plynulého provozu těchto zdravotnických prostředků z hlediska funkčnosti, bezpečnosti a dle doporučení výrobce, v rozsahu a způsobem uvedeným v této zadávací dokumentaci a v závazných vzorech smlouvy o provádění pozáručního servisu pro část 1, část 2, část 3, část 4, část 5, část 6 a část 7 veřejné zakázky, které tvoří Přílohu č. 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G a 2H této zadávací dokumentace.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky sjednané na dobu neurčitou je 12.632.480,- Kč bez DPH pro rozhodné období 4 let (3.158.120,- Kč bez DPH/ 1 rok).

Klasifikace dle CPV:

CPV kód: 50421200-4 Opravy a údržba rentgenových přístrojů

Rozdělení veřejné zakázky na části:

Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 ZZVZ rozdělena na 7 částí. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu část, více částí nebo na všechny části veřejné zakázky. Veškeré podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci se vztahují na každou z níže uvedených částí, pokud není stanoveno v zadávací dokumentaci jinak.

Část VZ	Název části VZ	Délka období, na které bude uzavřena smlouva	Dílčí předpokládaná hodnota v Kč bez DPH pro rozhodné období 4 let	Dílčí předpokládaná hodnota v Kč vč. DPH pro rozhodné období 4 let
1.	Servis a údržba přístroje: Ysio Max	neurčito	2 139 600 Kč	2 588 916 Kč
2.	Servis a údržba přístroje: Luminos dRF Max	neurčito	2 433 200 Kč	2 944 172 Kč
3.	Servis a údržba přístroje: LUMINOS LOTUS Max	neurčito	1 939 200 Kč	2 346 432 Kč
4.	Servis a údržba přístroje: Ysio Max for general X-ray	neurčito	1 902 000 Kč	2 301 420 Kč
5.	Servis a údržba přístroje: C rameno ZIEHM Solo	neurčito	1 584 000 Kč	1 916 640 Kč
6.	Servis a údržba přístroje: pojízdný rtg přístroj s přímou digitalizací GM 85	neurčito	832 080 Kč	1 006 816,80 Kč
7.	Servis a údržba přístroje: FUJIFILM Amulet Innovality	neurčito	1 802 400 Kč	2 180 904 Kč

1. Specifikace přístroje Ysio Max, výrobce Siemens Healthcae GmbH:

výr.č. 28 158

Ysio Max for high-performance general
X-ray

Ysio Max	1 ks
----------	------

Bucky wall stand with MAX static	1 ks
----------------------------------	------

Ysio Table with MAX static	1 ks
----------------------------	------

MAX wi-D	1 ks
Max wi-D clip-on grid 5/85 F115	1 ks
MAX mini	1 ks
MAX mini clip-on grid 5/85 F115	1 ks
Charger f. MAX wi-D and MAX mini	1 ks
Transparent grid 13/92, universal	1 ks
Transparent grid 13/92, F115	1 ks
AIM FAST	1 ks
Tabletop recognition	1 ks
80 kW Upgrade	1 ks
Hand-held control bucky wall stand	1 ks
Hand-held control Ysio table	1 ks
Upgr foot kick switch front & rear	1 ks
Wireless re. Control Ysio Max Aim	1 ks
19" Color Flat Screen Displ. C-Room	1 ks
DICOM Worklist / MPPS	1 ks
DICOM Query Retrieve	1 ks
CAREMAX pls HS Integrated	1 ks
Laser light localizer	1 ks
Detector holder lateral	1 ks
Mobilet detector holder	1 ks
Distributor XP 63A	1 ks
Teampay Basic apps	1 ks

Požadovaný servis pro Ysio Max, výrobce Siemens Healthcae GmbH:

- preventivní provozní servis pro zabezpečení plynulého provozu

- opravy poruch
- včetně náhradních dílů
- včetně speciálních komponent – RTG zářičů
- garance lhůt pro provedení servisních úkonů (lhůta začíná běžet v intervalu základní pracovní doby
8:00 – 17:00 v pracovních dnech):
 - reakční doba: 4 hodiny od nahlášení závady
 - nástup na opravu: následující pracovní den po nahlášení závady
 - oprava bez použití ND: do 2 pracovních dní po nahlášení závady
 - oprava s použitím ND z dovozu: do 3 pracovních dní po nahlášení závady
- provedení BTK dle zákona 375/2022 Sb. v ceně - obsahuje výrobcem předepsanou údržbu, kontrolu, resp. revizi elektrické bezpečnosti
- provedení ZDS a ZPS dle požadavků SÚJB
- provádění aktualizací, tzv. Updatů, vydaných výrobcem pro dané zařízení
- náklady na dopravu v ceně servisního balíčku
- dálková diagnostika - pro urychlení, resp. zlepšení diagnostiky, včetně podpory z výrobního závodu

2. Specifikace přístroje Luminos dRF Max, výrobce Siemens Healthca GmbH:

výr.č. 7823

Luminos dRF Max for high-throughput 2-in-1	
Luminos dRF Max	1 ks
Extension Trendelenburg 90 degrees	1 ks
Compression device	1 ks
Sami transparent collimator filters	1 ks
Reference Image for FL-C	1 ks
MAX wi-D	1 ks
WLAN for MAX wireless detectors	1 ks
Charger f. MAX wi-D and MAX mini	1 ks
Transparent grid 13/92, universal	1 ks
80 kW Upgrade	1 ks
SmartMove – Automatic positioning	1 ks

Ysio Max Option	1 ks
Laser light localizer	1 ks
DAP meter CAREmax 2nd plane	1 ks
Bucky wall stand	1 ks
Foot switch, Fluoro and Acquisition	1 ks
2nd Cont.Pan.Luminos dRF w/ST-Filt.	1 ks
CAREprofile	1 ks
Fluoroloop - C	1 ks
DCS 2 with 2 displays	1 ks
DICOM Worklist/ MPPS	1 ks
DICOM Query Retrieve	1 ks
CAREMAX plus HS Integrated	1 ks
Radiation protection, removable	1 ks
Lateral radiation protection	1 ks
Distributor XP 63A	1 ks
Teampay platform & Basic	1 ks
Tp platform onboarding P.Serv.wo HW	1 ks
Intercom	1 ks

Požadovaný servis pro Luminos dRF Max, výrobce Siemens Healthcae GmbH:

- preventivní provozní servis pro zabezpečení plynulého provozu
- opravy poruch
- včetně náhradních dílů
- včetně speciálních komponent – RTG zářičů
- garance lhůt pro provedení servisních úkonů (lhůta začíná běžet v intervalu základní pracovní doby
8:00 – 17:00 v pracovních dnech):
 - reakční doba: 4 hodiny od nahlášení závady
 - nástup na opravu: následující pracovní den po nahlášení závady
 - oprava bez použití ND: do 2 pracovních dní po nahlášení závady

- oprava s použitím ND z dovozu: do 3 pracovních dní po nahlášení závady
- provedení BTK dle zákona 375/2022 Sb. v ceně - obsahuje výrobcem předepsanou údržbu, kontrolu, resp. revizi elektrické bezpečnosti
- provedení ZDS a ZPS dle požadavků SÚJB
- provádění aktualizací, tzv. Updatů, vydaných výrobcem pro dané zařízení
- náklady na dopravu v ceně servisního balíčku
- dálková diagnostika - pro urychlení, resp. zlepšení diagnostiky, včetně podpory z výrobního závodu

3. Specifikace přístroje LUMINOS LOTUS Max, výrobce Siemens Healthcae GmbH:

výr.č. 10103

LUMINOS Lotus Max	
Luminos Lotus Max	1 ks
MoodLight	1 ks
Extension Trendelenburg 90 degrees	1 ks
Compression device	1 ks
Semi transparent collimator filters	1 ks
Reference Image for FL-C	1 ks
80 kW Upgrade	1 ks
SmartMove – Automatic positioning	1 ks
Wireless footswitch	1 ks
2nd Cont.Pan. w/ST-Filt.	1 ks
Fluoroloop - C	1 ks
DCS 2 with 2 displays	1 ks
DICOM Worklist / MPPS	1 ks
DICOM Query Retrieve	1 ks
Upper body radiation protection	1 ks
UPS Eaton for Imaging System	1 ks

Distributor XP 63A	1 ks
Intercom	1 ks
Radiation protection, removable	1 ks
Lateral radiation protection	1 ks
Teampay platform	1 ks
Teampay Basic apps	1 ks

Požadovaný servis pro LUMINOS LOTUS Max, výrobce Siemens Healthcae GmbH:

- preventivní provozní servis pro zabezpečení plynulého provozu
- opravy poruch
- včetně náhradních dílů
- včetně speciálních komponent – RTG zářičů
- garance lhůt pro provedení servisních úkonů (lhůta začíná běžet v intervalu základní pracovní doby
8:00 – 17:00 v pracovních dnech):
 - reakční doba: 4 hodiny od nahlášení závady
 - nástup na opravu: následující pracovní den po nahlášení závady
 - oprava bez použití ND: do 2 pracovních dní po nahlášení závady
 - oprava s použitím ND z dovozu: do 3 pracovních dní po nahlášení závady
- provedení BTK dle zákona 375/2022 Sb. v ceně - obsahuje výrobcem předepsanou údržbu, kontrolu, resp. revizi elektrické bezpečnosti
- provedení ZDS a ZPS dle požadavků SÚJB
- provádění aktualizací, tzv. Updatů, vydaných výrobcem pro dané zařízení
- náklady na dopravu v ceně servisního balíčku
- dálková diagnostika - pro urychlení, resp. zlepšení diagnostiky, včetně podpory z výrobního závodu

4. Specifikace přístroje Ysio Max for general X-ray, výrobce Siemens Healthcae GmbH:

výr.č. 28 673

Ysio Max for general X-ray	
Ysio Max	1 ks
Bucky wall stand with MAX static	1 ks
Ysio Table with MAX static	1 ks
MAX wi-D	1 ks

MAX wi-D clip-on grid 5/85 F115	1 ks
Charger f. MAX wi-D and MAX mini	1 ks
Transparent grid 13/92, F180	1 ks
Transparent grid 13/92, univeresal	1 ks
Transparent grid 13/92, F115	1 ks
Wall holder for grid	1 ks
Aim FAST	1 ks
Tabletop recognition	1 ks
80 kW Upgrade	1 ks
Hand-held control bucky wall stand	1 ks
Hand-held control Ysio table	1 ks
Upgr foot kick switch front & rear	1 ks
Wireless rem. Control Ysio Max Aim	1 ks
19" Color Flat Screen Displ. C-Room	1 ks
DICOM Worklist / MPPS	1 ks
DICOM Query Retrieve	1 ks
CAREMAX plus HS Integrated	1 ks
Laser light localizer	1 ks
UPS Eaton for Imaging System	1 ks
Options and accessories X-Ray sytems	1 ks
Detector holder lateral	1 ks
MAX wi-D wall charger	1 ks
Distributor XP 63A	1 ks
Teampay platform	1 ks

Teamplay Basic apps	1 ks
---------------------	------

Požadovaný servis pro Ysio Max for general X-ray, výrobce Siemens Healthcae GmbH:

- preventivní provozní servis pro zabezpečení plynulého provozu
- opravy poruch
- včetně náhradních dílů
- včetně speciálních komponent – RTG zářičů
- garance lhůt pro provedení servisních úkonů (lhůta začíná běžet v intervalu základní pracovní doby
8:00 – 17:00 v pracovních dnech):
 - reakční doba: 4 hodiny od nahlášení závady
 - nástup na opravu: následující pracovní den po nahlášení závady
 - oprava bez použití ND: do 2 pracovních dní po nahlášení závady
 - oprava s použitím ND z dovozu: do 3 pracovních dní po nahlášení závady
- provedení BTK dle zákona 375/2022 Sb. v ceně - obsahuje výrobcem předepsanou údržbu, kontrolu, resp. revizi elektrické bezpečnosti
- provedení ZDS a ZPS dle požadavků SÚJB
- provádění aktualizací, tzv. Updatů, vydaných výrobcem pro dané zařízení
- náklady na dopravu v ceně servisního balíčku
- dálková diagnostika - pro urychlení, resp. zlepšení diagnostiky, včetně podpory z výrobního závodu

5. Specifikace přístroje C rameno ZIEHM Solo, výrobce Ziehm Imaging GmbH, SRN:

výr.č. 54 354

C rameno ZIEHM Solo s 9“ zesilovačem	
C rameno	1 ks
Rentgenka	1 ks
Generátor	1 ks
Zesilovač	1 ks
Kolimace RTG svazku	1 ks
Anatomické programy	1 ks
LCD monitor 27“ s monitorovým vozíkem	1 ks

Požadovaný servis pro C rameno ZIEHM Solo, výrobce Ziehm Imaging GmbH, SRN:

- preventivní provozní servis pro zabezpečení plynulého provozu

- opravy poruch
- včetně náhradních dílů
- včetně speciálních komponent – RTG zářičů
- garance lhůt pro provedení servisních úkonů (lhůta začíná běžet v intervalu základní pracovní doby
8:00 – 17:00 v pracovních dnech):
 - reakční doba: 4 hodiny od nahlášení závady
 - nástup na opravu: následující pracovní den po nahlášení závady
 - oprava bez použití ND: do 2 pracovních dní po nahlášení závady
 - oprava s použitím ND z dovozu: do 3 pracovních dní po nahlášení závady
- provedení BTK dle zákona 375/2022 Sb. v ceně - obsahuje výrobcem předepsanou údržbu, kontrolu, resp. revizi elektrické bezpečnosti
- provedení ZDS a ZPS dle požadavků SÚJB
- provádění aktualizací, tzv. Updatů, vydaných výrobcem pro dané zařízení
- náklady na dopravu v ceně servisního balíčku
- dálková diagnostika - pro urychlení, resp. zlepšení diagnostiky, včetně podpory z výrobního závodu

6. Specifikace přístroje pojezdový rtg přístroj s přímou digitalizací GM 85, výrobce Samsung Electronics Co., Ltd.

výr.č. 55H2M3JMC00001V

56VYM3HT200001R

55YCM3IN100001E

RTG skiagrafický mobilní digitální DM 85	
Teleskopické rameno	1 ks
Teleskopický sloup s manuálním ovládáním	1 ks
rentgenka	1 ks
Rentgenový zářič	1 ks
kolimátor	1 ks
VF generátor 32 kW	1 ks
Detektor Portable S4335-W	1 ks
Integrovaná pracovní stanice pro akvizice	1 ks

Požadovaný servis pro projízdný RTG přístroj s přímou digitalizací GM85, výrobce Samsung Electronics Co., Ltd.:

- preventivní provozní servis pro zabezpečení plynulého provozu
- opravy poruch
- včetně náhradních dílů
- včetně speciálních komponent – RTG zářičů
- garance lhůt pro provedení servisních úkonů (lhůta začíná běžet v intervalu základní pracovní doby
8:00 – 17:00 v pracovních dnech):
 - reakční doba: 4 hodiny od nahlášení závady
 - nástup na opravu: následující pracovní den po nahlášení závady
 - oprava bez použití ND: do 2 pracovních dní po nahlášení závady
 - oprava s použitím ND z dovozu: do 3 pracovních dní po nahlášení závady
- provedení BTK dle zákona 375/2022 Sb. v ceně - obsahuje výrobcem předepsanou údržbu, kontrolu, resp. revizi elektrické bezpečnosti
- provedení ZDS a ZPS dle požadavků SÚJB
- provádění aktualizací, tzv. Updatů, vydaných výrobcem pro dané zařízení
- náklady na dopravu v ceně servisního balíčku
- dálková diagnostika - pro urychlení, resp. zlepšení diagnostiky, včetně podpory z výrobního závodu

7. Specifikace přístroje FUJIFILM Amulet Innovality, výrobce FUJIFILM

výr.č. 26924706

MAMMOMAT Relevation	
Stůl pro obsluhujícího pracovníka s ochranným štítem proti záření	1 ks
Zásuvka pro klávesnici	1 ks
Akviziční pracovní stanice s funkcí Tomosytéza	1 ks
50° TomoFlow	1 ks
Biopsie s úhledm širokým 50°	1 ks
2D biopsy kompresní deska	1 ks
Vložka pro 3D bioptickou kompresní desku	1 ks

Vložka pro 3D bioptickou kompresní desku laterální	1 ks
Přídavná sada pro 50 vzorků	1 ks
Ochrana obličeje pro biopsii	1 ks
SoftComp deska 18x24	1 ks
SoftComp deska 12x24	1 ks
Standardní kompresní deska 18x24 h	1 ks
Standardní kompresní deska 18x24 l	1 ks
Standardní kompresní deska 24x30 l	1 ks
SpotPlus kompresní deska	1 ks
SpotPlus kompresní deska Torno	1 ks
Posuvná deska 18x24 h	1 ks
Flexibilní kompresní deska 18x24 h	1 ks
Flexibilní kompresní deska 24x30 h	1 ks
Axilární kompresní deska 8x20	1 ks
Kompresní deska pro zobrazení detailu 9x9	1 ks
Kompresní deska pro zaměření na bod	1 ks
Nožní spínač pro spuštění expozice	1 ks
Zvětšení 1,5/1,8	1 ks
Souprava kompresních desek 1,5/1,8	1 ks
Kompresní deska Mag Focus	1 ks
TFT monitor 3 MP s vysokým rozlišením	1 ks
Tovární instalace, digitální systém, Evropa	1 ks

MoodLight	1 ks
Nástěnný držák pro kompresní desky	1 ks
Mobilní polohovací židle pro biopsie ak5010 MBS	1 ks
Licence pro měření prsní denzity	1 ks
Rozvaděč XP 25A	1 ks
Diagnostická stanice	
Hardware pracovní stanice – výkonné PC	1 ks
Dual Monitor EIZO RX560 col. 5MP	1 ks
Monitor EIZO MX242W col. 2.3MP	1 ks
Klávesnice	1 ks
Konfigurovatelný mamografický ovladač	1 ks
UPS 1.5kVA	1 ks
MAMMOVISTAB.smart #1	1 ks

Požadovaný servis pro FUJIFILM Amulet Innovality, výrobce FUJIFILM Corporation:

- preventivní provozní servis pro zabezpečení plynulého provozu
- opravy poruch
- včetně náhradních dílů
- včetně speciálních komponent
- garance lhůt pro provedení servisních úkonů (lhůta začíná běžet v intervalu základní pracovní doby
8:00 – 17:00 v pracovních dnech):
 - reakční doba: 4 hodiny od nahlášení závady
 - nástup na opravu: následující pracovní den po nahlášení závady
 - oprava bez použití ND: do 2 pracovních dní po nahlášení závady
 - oprava s použitím ND z dovozu: do 3 pracovních dní po nahlášení závady
- provedení BTK dle zákona 375/2022 Sb. v ceně - obsahuje výrobcem předepsanou údržbu, kontrolu, resp. revizi elektrické bezpečnosti
- provedení ZDS a ZPS dle požadavků SÚJB
- provádění aktualizací, tzv. Updatů, vydaných výrobcem pro dané zařízení
- náklady na dopravu v ceně servisního balíčku

- dálková diagnostika - pro urychlení, resp. zlepšení diagnostiky, včetně podpory z výrobního závodu

Článek 3

Lhůta a místo pro podání nabídky

Účastník podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, tj. **do 15.9.2025 do 9.00 hod.**

Otevírání nabídek proběhne v souladu s ust. § 109 ZZVZ.

Nabídky budou podávány v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na internetové adrese https://msk.ezak.cz/profile_display_3.html. **Jiná forma nabídky, než elektronická, je zakázána.** Pokud bude nabídka doručena v listinné podobě, zadavatel bezodkladně vyrozumí účastníka o tom, že jeho nabídka nebyla podána v souladu se zadávací dokumentací. Na elektronickém nástroji E-ZAK bude umístěna veškerá dokumentace potřebná k podání nabídky.

Podrobné instrukce elektronického nástroje E-ZAK se nachází v uživatelské příručce pro dodavatele, pod odkazem: <https://mfcr.ezak.cz/manual.html>.

Účastník prostřednictvím tohoto elektronického nástroje předloží zadavateli údaje a dokumenty specifikované následovně:

1. Účastník do elektronického nástroje připojí návrh smlouvy o provádění servisu a údržby pro tu část veřejné zakázky, do které svoji nabídku podává. Zadávací dokumentace obsahuje pro všechny části veřejné zakázky vzorovou smlouvu o provádění servisu a údržby, do které účastník doplní údaje požadované v textu smlouvy. Zadavatel doporučuje, aby návrh smlouvy byl podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka. Pokud zastupuje účastníka jiná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka, zadavatel doporučuje, aby byla součástí návrhu smlouvy plná moc zplnomocňující tuto osobu k podpisu smlouvy.
2. Účastník vloží návrh smlouvy o provádění servisu a údržby do elektronického nástroje ve formátu *.pdf (podepsaná smlouva) a rovněž ve formátu *.doc.
3. Účastník do elektronického nástroje připojí doklady k prokázání požadované kvalifikace.
4. Účastník do elektronického nástroje připojí ostatní dokumenty, které ve vztahu k veřejné zakázce považuje za důležité.
5. Nabídka bude vložena do elektronického nástroje E-ZAK a opatřena platným zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka, a to buď jako celek, anebo každý dokument zvlášť.
6. Členění nabídky:
 - Obsah nabídky
 - Vyplněný formulář – krycí list - Příloha č. 1 ZD
 - Doklady, jimiž účastník prokazuje splnění kvalifikaci
 - Návrh smlouvy v souladu s bodem 1 tohoto článku – Příloha č. 2A,2B,2C,2D,2E,2F,2G
 - Vyplněný formulář – Seznam významných služeb – Příloha č. 3 ZD

- Vyplněný formulář – Čestné prohlášení ke střetu zájmů a k mezinárodním sankcím – Příloha č. 4 ZD
- Ostatní doklady vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky

Článek 4

Vysvětlení zadávací dokumentace

1. Dodavatel je oprávněn dle § 98 ZZVZ po zadavateli požadovat písemné vysvětlení zadávací dokumentace. Vzhledem k tomu, že je veřejná zakázka realizována s využitím elektronického nástroje, je v prostředí elektronického nástroje vytvořen prostředek pro podávání žádosti o dodatečné informace i pro jejich vypořádání zadavatelem. Veškerá komunikace mezi zadavatelem (pověřenou osobou) a dodavateli, poskytované dokumenty a informace budou v jazyce českém. Písemné žádosti musí být zadavateli doručeny zástupci zadavatele (prostřednictvím el. nástroje E-ZAK na adrese https://msk.ezak.cz/profile_display_3.html, datové schránky zástupce zadavatele g2yg4bm či na e-mailovou adresu zástupce zadavatele vzakazky@advokatkakubicova.eu) s dostatečným předstihem, a to nejpozději 3 pracovní dny před koncem lhůty pro uveřejnění vysvětlení dle § 98 odst. 1 ZZVZ (tj. 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek). Jiné formy dotazů či žádostí nebudou zodpovídaný. Zadavatel uveřejní vysvětlení včetně přesného znění žádosti bez identifikace dodavatele na profilu zadavatele ve lhůtě nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele.

2. V žádosti o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace musí být uvedeny identifikační a kontaktní údaje dodavatele a informace o tom, ke které veřejné zakázce se žádost vztahuje.

3. Zadavatel může poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace bude uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna.

Článek 5

Jistota

Zadavatel nepožaduje složení jistoty dle § 41 ZZVZ.

Článek 6

Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, zpracování nabídkové ceny

1. Zadavatel stanovil závazné obchodní a platební podmínky pro realizaci veřejné zakázky formou textu Smlouvy o provádění servisu a údržby včetně příloh (dále jen „smlouva“). Text smlouvy je součástí zadávací dokumentace (Příloha č. 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F a 2G). Účastník vyplní v textu smlouvy údaje, které jsou určeny pro vyplnění, aniž by změnil či jinak přepsal obligatorní části smlouvy.

2. Podrobnosti platebních podmínek jsou uvedeny v návrhu smluv, splatnost faktur činí 30 dnů.

3. Stanovení nabídkové ceny:

- účastník stanoví nabídkovou cenu v krycím listu (Příloha č. 1) a v návrhu smlouvy (Příloha č. 2A,2B, 2C,2D, 2E,2F,2G),
- nabídková cena v krycím listu bude stanovena v české měně v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně DPH a nabídková ceny s DPH, nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a musí v ní být zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací předmětu veřejné zakázky,
- nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací a dalšími dokumenty obsahujícími vymezení předmětu zakázky,

Článek 7

Požadavky na varianty

Zadavatel nepřipouští možnost podání variantních nabídek dle § 102 ZZVZ.

Článek 8

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

1. Dodavatel je povinen prokázat svoji kvalifikaci. Dodavatel musí splňovat požadavky na kvalifikaci uvedené v § 73 a násl. ZZVZ. Splnění požadavků na kvalifikaci musí Dodavatel prokázat způsobem a v rozsahu podle této ZD.

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který prokáže splnění:

- a) základní způsobilost podle § 74 ZZVZ
- b) profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ
- c) technickou kvalifikaci podle § 79 odst. 2 písm. b) a c) ZZVZ

Zadavatel bude akceptovat prokázání splnění kvalifikace písemným čestným prohlášením (§ 86 odst. 2 ZZVZ). Doporučené znění čestného prohlášení k základní a profesní způsobilosti tvoří Přílohu č. 2 této ZD. Doporučené znění čestného prohlášení k technické kvalifikaci tvoří přílohu č. 3 této ZD.

Zadavatel bude v rámci nabídky akceptovat doklady k prokázání kvalifikace, které budou doloženy v prosté kopii.

V souladu s ust. § 122 odst. 4 ZZVZ ve výzvě k předložení dokladů může zadavatel stanovit, že vybraný dodavatel musí předložit:

- a) originály nebo úředně ověřené kopie dokladů podle § 122 odst. 3 ZZVZ,
- b) doklady o základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ prokazující splnění požadovaného kritéria způsobilosti po doručení výzvy podle § 122 odst. 3 ZZVZ, nebo
- c) písemné čestné prohlášení o tom, že se nezměnily údaje rozhodné pro posouzení splnění kvalifikace obsažené v dokladech podle § 122 odst. 3 ZZVZ, které má zadavatel k dispozici, nebo nové doklady, pokud se rozhodné údaje v těchto dokladech změnily.

Pokud ZZVZ nebo Zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může Dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li Zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočnickem zapsaným do seznamu znalců a tlumočnicků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.

Zadavatel dle ustanovení § 86 odst. 2 ZZVZ nepřipouští nahradit v nabídce požadované doklady čestným prohlášením s výjimkou případů, kdy doklad ve formě čestného prohlášení vyžaduje ZZVZ anebo připouští tato zadávací dokumentace.

Povinnost předložit doklad (ke kvalifikaci, či jiný zadavatelem požadovaný) může účastník v souladu s § 45 odst. 4 ZZVZ splnit odkazem na odpovídající informace, vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému, vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

Základní způsobilost podle § 74 ZZVZ:

Podle § 74 odst. 1 ZZVZ způsobilým není dodavatel, který:

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží (§ 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ); jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí výše uvedené podmínky splňovat jak tato právnická osoba, tak každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a také osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Podá-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu.

Podá-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu české právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat vedle výše uvedených osob rovněž vedoucí pobočky.

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek (§ 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ),

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění (§ 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ),

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (§ 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ),

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu, nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele (§ 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ).

Účastník je oprávněn pro prokázání splnění kvalifikace předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 228 ZZVZ, pokud je v něm zapsán. Účastník je rovněž oprávněn prokázat kvalifikaci platným certifikátem dle § 234 ZZVZ.

Doklady prokazující způsobilost podle § 74 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Prokázání splnění základní způsobilosti

Dodavatel podle § 75 odst. 1 ZZVZ prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

- a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,
- b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
- c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
- d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,
- e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ,
- f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ

Účastník prokáže profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ předložením prosté kopie:

- a) výpisu z obchodního rejstříku (postačí předložit výpis z obchodního rejstříku jedenkrát a bude považován za prokázání základní i profesní způsobilosti),
- b) dokladu prokazujícího odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost prokazuje – konkrétně doklad prokazující ohlášení účastníka jakožto osoby provádějící servis specifikovaných přístrojů u Státního ústavu pro kontrolu léčiv podle zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, v platném znění.

Účastník je oprávněn pro prokázání splnění kvalifikace předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 228 ZZVZ, pokud je v něm zapsán. Účastník je rovněž oprávněn prokázat kvalifikaci platným certifikátem dle § 234 ZZVZ.

Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ

Účastník prokáže technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona předložením seznamu významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení. Významnou službou se pro potřeby tohoto zadávacího řízení rozumí významná služba obdobná předmětu plnění veřejné zakázky – servis a údržba rentgenových zařízení. Požadavky na jednotlivé části veřejné zakázky:

Část VZ	Název části VZ	Počet požadovaných významných služeb	Požadovaný minimální finanční objem v Kč bez DPH u každé jednotlivé služby/1 rok
1.	Servis a údržba přístroje: Specifikace přístroje Ysio Max	2	250.600,-
2.	Servis a údržba přístroje: Luminos dRF Max	2	300.000,-
3.	Servis a údržba přístroje: LUMINOS LOTUS Max	2	230.000,-
4.	Servis a údržba přístroje: Ysio Max for general X-ray	2	220.000,-
5.	Servis a údržba přístroje: C rameno ZIEHM Solo	2	200.000,-
6.	Servis a údržba přístroje: pojízdný rtg přístroj s přímou digitalizací GM 85	2	100.000,-
7.	Servis a údržba přístroje: FUJIFILM Amulet Innovality	2	220.000,-

Účastník vyplní Přílohu č. 3 zadávací dokumentace.

Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ

V souladu s § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce doložil seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky.

Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace předložením seznamu osob provádějících BTK a další požadované služby, a to včetně dokladu prokazujícího platnou autorizaci těchto osob.

Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení (§ 88 ZZVZ)

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že

- a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
- b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a
- c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v odstavci 1, zadavatel jej bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.

Prokazování kvalifikace získané v zahraničí

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

(1) Dodavatel může ekonomickou kvalifikaci, technickou kvalifikaci nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadovanou Zadavatelem prokázat prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen Zadavateli předložit

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a

d) smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude Dodavatel oprávněn disponovat při plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za Dodavatele.

(2) Prokazuje-li dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí ze smlouvy nebo potvrzení o její existenci vyplývat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

(3) Má se za to, že požadavek podle odstavce 1 písm. d) je splněn, pokud z obsahu smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle odstavce 1 písm. d) vyplývá závazek jiné osoby plnit veřejnou zakázku společně a nerozdílně s Dodavatelem; to neplatí, pokud smlouva nebo potvrzení o její existenci podle odstavce 1 písm. d) musí splňovat požadavky podle odstavce 2.

(5) Na kvalifikaci jiné osoby, jejímž prostřednictvím je prokazována kvalifikace, se vztahují pravidla stanovená ZZVZ nebo zadávacími podmínkami pro kvalifikaci Dodavatele, za kterého je kvalifikace prokazována.

Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti Dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý Dodavatel samostatně ve smyslu § 82 ZZVZ.

Článek 9 Způsob hodnocení nabídek

Hodnoceny budou pouze ty nabídky, které splňují požadavky zadavatele na předmět zakázky.

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky na základě nejnižší nabídkové ceny.

Hodnotící kritérium:

Celková nabídková cena bez DPH pro rozhodné období 4 let.....100%

Zadavatel si v souladu s ust. § 39 odst. 4 ZZVZ vyhrazuje právo provádět předsunuté hodnocení nabídek (posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení až po hodnocení nabídek).

Mimořádně nízká nabídková cena

Před odesláním oznámení o výběru dodavatele posoudí zadavatel nabídkovou cenu vybraného dodavatele z hlediska nízké nabídkové ceny. Zadavatel provede posouzení v souladu s ustanovením § 113 ZZVZ.

Článek 10

Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude předložena jako cena nejvýše přípustná a bude členěna:

- na nabídkovou cenu v Kč bez DPH za plnění předmětu veřejné zakázky, do které dodavatel podává nabídku,
- sazbu DPH v %,
- výši DPH v Kč,
- cenu v Kč včetně DPH.

Nabídkovou cenu uvede dodavatel v krycím listu nabídky a ve smlouvě. Předmětem hodnocení je celková nabídková cena bez DPH pro rozhodné období 4 let. Nabídková cena za plnění předmětu veřejné zakázky musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nezbytné pro plnění předmětu veřejné zakázky (dopravu do místa plnění, montáž, instalaci, uvedení do provozu, likvidaci odpadu a obalů, zaškolení obsluhy, práci servisního technika, náklady na preventivní prohlídky, náklady na provádění instruktáže, náklady na dopravu a cestovné servisního technika, plnění a pojištění, případné clo, výměnu a montáž náhradních dílů, případné měření a revize nově instalovaných náhradních dílů a ostatní náklady vzniklé v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky).

Článek 11

Ostatní ujednání

1. Ukončením zadávacího řízení a oznámením výsledku zadávacího řízení nevznikne automaticky smluvní vztah.

2. Zadavatel nehradí účastníkům náklady vzniklé z účasti v zadávacím řízení.

3. Pokud zadavatelem stanovené podmínky vlastností předmětu veřejné zakázky obsahují požadavky nebo přímé či nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak je v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ možné nabídnout i jiné, rovnocenné řešení. Zadavatel rovněž uvádí, že v případě, že se v zadávací dokumentaci (včetně jejích příloh) objevují odkazy na normy nebo technické dokumenty, umožňuje zadavatel možnost nabídnout rovnocenné řešení dle § 90 odst. 3 ZZVZ.

4. Zadavatel má právo zrušit zadávací řízení v souladu s ustanovením § 127 ZZVZ.

5. Dodavatel podáním nabídky bere na vědomí, že smlouva může být zveřejněna v plném rozsahu na profilu zadavatele. Současně bere na vědomí, že smlouva podléhá povinnému uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění a souhlasí s tím, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

6. Zohlednění zásady dle ust. § 6 odst. 4 ZZVZ - Vzhledem k povaze předmětu veřejné zakázky spočívající v jeho vysoké specializaci zadavatel nestanovuje zvláštní podmínky plnění veřejné zakázky v oblasti vlivu předmětu veřejné zakázky na životní prostředí, sociálních důsledků vyplývajících z předmětu veřejné zakázky, hospodářské oblasti a inovací. Předmět veřejné zakázky nelze stanovením takových zvláštních podmínek splnit při současném uplatnění zásady přiměřenosti ve vztahu k zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti nakládání s veřejnými prostředky.

7. Jednotliví dodavatelé jsou povinni zdržet se jakýchkoliv jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi dodavateli v rámci zadání veřejné zakázky.

Článek 12

GDPR

Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace (dále jen „správce“ nebo „zadavatel“), tímto plní informační povinnost vůči subjektům údajů (dále jen „subjekt údajů“), jejichž osobní údaje mohou být v rámci procesu zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) zpracovávány. Za subjekty údajů je možné považovat zejména dodavatele, zaměstnance dodavatele, členy nebo náhradníky členů komise, členy realizačního týmu ad. Správce je povinen informovat dotčené subjekty údajů o podmínkách zpracovávání jejich osobních údajů na základě čl. 13 a čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“).

Identifikační a kontaktní údaje správce osobních údajů

Název nemocnice: Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace

Sídlo: Vydmuchoh 399/5, Ráj, 734 01 Karviná

IČ: 00844853 DIČ: CZ00844853

Telefon: +420 596 383 111

Web: www.nemocnicekarvina.cz

ID schránky: 2bqk6mu

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Jméno: Ing. Michaela Formandlová

Kontaktní telefon: +420 734 683 881

Kontaktní email: formandlova.michaela@nspka.cz

Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje k zajištění řádného průběhu zadávacího řízení a archivace dokumentace o zadávacím řízení na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, dle kterého je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. Správce dále zpracovává osobní údaje pro účely uzavření smluvního vztahu a následného plnění z něho vyplývající, na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, dle kterého je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. V případě, že zpracování osobních údajů nevyplývá ze zákonné povinnosti správce, jsou osobní údaje zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, dle kterého je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce, spočívajících zejména v komunikaci se subjektem údajů pro účely posouzení kvalifikace atd.

Zpracovávané kategorie osobních údajů:

- adresní a identifikační údaje - jméno, příjmení, titul, funkce nebo organizační zařazení, IČ, datum a místo narození, rodné číslo, státní občanství, e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo, číslo osobního dokladu, digitální identifikátor (elektronický podpis apod.)
- popisné údaje (vzdělání, znalost cizích jazyků, odborná kvalifikace, odborné znalosti a dovednosti, předchozí zaměstnání, trestní bezúhonnost, apod.)
- studijní údaje (záznamy o studiu a studijních aktivitách)
- pracovní údaje (záznamy o práci a pracovních aktivitách)
- ekonomické údaje (bankovní spojení)

Zdrojem osobních údajů je zejména nabídka dodavatele. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů subjektů údajů ve smyslu GDPR čl. 22.

Prostředky zpracování osobních údajů:

Zadavatel zpracovává v rámci zadávacího řízení osobní údaje dodavatelů ve webové aplikaci E-ZAK (https://msk.ezak.cz/profile_display_3.html), která je elektronickým nástrojem ve smyslu § 213 ZZVZ. Zadavatel zpracovává v rámci zadávacího řízení osobní údaje dodavatelů interně ve formě elektronické a listinné dokumentace.

Doba uchovávání osobních údajů:

V souladu s § 216 odst. 1 ZZVZ je zadavatel povinen uchovávat dokumentaci o zadávacím řízení, kterou tvoří všechny dokumenty v listinné nebo elektronické podobě a výstupy z ústní komunikace, jejichž pořízení v průběhu zadávacího řízení, popřípadě po jeho ukončení, vyžaduje ZZVZ, včetně úplného znění originálů nabídek všech dodavatelů, a to po dobu 10 let ode dne ukončení zadávacího řízení nebo od změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, přičemž další postup se řídí právními předpisy o archivnictví, zejména zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších právních předpisů.

Předávání osobních údajů:

Osobní údaje mohou být předávány jiným osobám, pokud je povinnost jejich předání zadavateli uložena zvláštním právním předpisem (např. Věstník veřejných zakázek).

Přehled práv ohledně ochrany osobních údajů:

Subjekt údajů má na základě prokázání své totožnosti následující práva:

- právo na přístup k osobním údajům za podmínek uvedených v čl. 15 GDPR, které umožňuje subjektu údajů zjistit, zda a případně jaké údaje o něm správce zpracovává a uchovává, účel, právní základ, způsob a dobu zpracování a údaje o příjemcích, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny;
- právo na opravu nepřesných nebo neúplných údajů za podmínek uvedených v čl. 16 GDPR;
- právo na výmaz za podmínek uvedených v čl. 17 GDPR. Toto právo se uplatní pouze v případě, že správce neprokáže oprávněné důvody pro zpracovávání osobních údajů subjektu údajů;
- právo na omezení zpracování za podmínek uvedených v čl. 18 GDPR. Toto právo se uplatní pouze v případě, pokud subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, důvody a účelnost jejich zpracování nebo vznese námitku proti jejich zpracování;
- právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování za podmínek uvedených v čl. 19 GDPR, provedené ze strany správce osobních údajů, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí;
- právo na přenositelnost osobních údajů, které se týkají subjektu údajů a poskytnutých na základě souhlasu nebo smlouvy a zpracovávaných správcem automatizovaně, a to za podmínek uvedených v čl. 20 GDPR. Právo zahrnující získat takové osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo požádat správce o předání těchto údajů jinému správci, pokud je to technicky proveditelné. Správce však neprovádí automatizované zpracování poskytnutých osobních údajů
- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají subjektu údajů, a to pouze v případě zpracování, které je prováděno ve veřejném zájmu, či na základě oprávněného zájmu správce za podmínek uvedených v čl. 21 GDPR;
- právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, včetně profilování pouze za podmínek uvedených v čl. 22 GDPR. Správce však neprovádí žádné plně automatizované rozhodování, či zpracování bez vlivu lidského posouzení, které by mělo pro subjekt údajů právní účinky nebo jiné významné dopady;
- právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů na základě čl. 77 GDPR.

Svá práva může subjekt údajů uplatňovat následujícími způsoby:

- v listinné podobě prostřednictvím dopisu opatřeného vlastnoručním ověřeným podpisem subjektu údajů a doručeného správci prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb;
- elektronicky prostřednictvím datové zprávy doručené do datové schránky správce ID rifk6my;
- elektronicky e-mailem, opatřeným kvalifikovaným nebo zaručeným elektronickým podpisem subjektu údajů zaslaným na elektronickou podatelnu správce;
- osobním předáním písemné žádosti na podatelnu správce, podmíněným identifikací subjektu údajů dle občanského průkazu nebo cestovního dokladu ověřeného pověřeným zaměstnancem správce.

V Karviné, srpen 2025

Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace

i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka
i.s. JUDr. Rita Kubicová,
advokátka

Přílohy:

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Příloha č. 2A – Obchodní podmínky (Smlouva o provádění servisu a údržby) – část 1 VZ

Příloha č. 2B – Obchodní podmínky (Smlouva o provádění servisu a údržby) – část 2 VZ

Příloha č. 2C – Obchodní podmínky (Smlouva o provádění servisu a údržby) – část 3 VZ

Příloha č. 2D – Obchodní podmínky (Smlouva o provádění servisu a údržby) – část 4 VZ

Příloha č. 2E – Obchodní podmínky (Smlouva o provádění servisu a údržby) – část 5 VZ

Příloha č. 2F – Obchodní podmínky (Smlouva o provádění servisu a údržby) – část 6 VZ

Příloha č. 2G – Obchodní podmínky (Smlouva o provádění servisu a údržby) – část 7 VZ

Příloha č. 3 – Seznam významných služeb

Příloha č. 4 – Čestné prohlášení ke střetu zájmů a k mezinárodním sankcím