

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce:

„Dodávky infuzních setů“ - Část 5 Hadičky spojovací

Číslo spisu: **OPA/Hal/2025/25/infuzní sety**

Číslo zakázky: **P25V00000216**

Na základě požadavku účastníka ZŘ z 14. 08. 2025 poskytuje zadavatel k výše uvedené VZ tyto informace.

Dotaz:

Zadavatel v Části 5 "Hadičky spojovací" poptává hadičky o min. vnitřním průměru 3 mm. Bude Zadavatel akceptovat minimální vnitřní průměr 2,9 mm u hadiček 1.8 x 450 LL, 1.8 x 450 UNIV, 1.8 x 1800 LL, 1.8 x 1800 UNIV?

Odpověď:

Zadavatel akceptuje minimální vnitřní průměr u hadiček 2,9 mm.

Zadavatel zveřejňuje upravenou přílohu č. 1 e – Cenová nabídka pro část V. „Hadičky spojovací a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 1.9. 2025 do 8.00 hod.

V Opavě

Ing. Karel Siebert, MBA, ředitel