

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 5 k veřejné zakázce:

„Dodávky infuzních setů“

Číslo spisu: **OPA/Hal/2025/25/infuzní sety**

Číslo zakázky: **P25V00000216**

Na základě požadavku účastníka ZŘ z 21. 08. 2025 poskytuje zadavatel k výše uvedené VZ tyto informace.

Dotaz:

Připouští zadavatel podání cenové nabídky na infuzní set pouze na základě předpokladu funkčnosti v zadavatelem uvedené technice i když výrobce infuzní techniky neuvádí set v návodu k použití ve veřejně dostupných uživatelských manuálech v registru zdravotnických prostředků RZPRO? Kompatibilitu s infuzními sety určuje vždy výrobce infuzní techniky.

Odpověď:

ANO, zadavatel připouští podání nabídky na základě předpokladu funkčnosti infuzních setů s infuzními pumpami zadavatele, uvedenými v zadávací dokumentaci.

Pokud zadavatel zjistí, že kompatibilitu nesplňují, bude účastník vyřazen, tak jak je v ZD uvedeno.

V Opavě