

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 7 k veřejné zakázce:

„Dodávky infuzních setů“

Číslo spisu: **OPA/Hal/2025/25/infuzní sety**

Číslo zakázky: **P25V00000216**

Na základě požadavku účastníka ZŘ z 26. 08. 2025 poskytuje zadavatel k výše uvedené VZ tyto informace.

Dotaz:

V příloze 1e uvádí velikost hadiček, kde jsou uvedeny rozměry (průměry hadiček) 1,8 a 3 x požadovaná délka hadiček. Následně však v tabulce s technickými požadavky je uveden požadavek na vnitřní průměr minimálně 2,9mm. Předpokládáme správně, že se jedná o administrativní chybu a tento požadavek se vztahuje pouze k položkám 5 a 6? D

Odpověď:

Ano, jednalo se o administrativní chybu. Zadavatel zveřejňuje opravenou přílohu č. 1e.

V Opavě

Ing. Karel Siebert, MBA, ředitel