



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Laparoskopická věž
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	dodávky
Adresa profilu zadavatele:	https://msk.ezak.cz/profile_display_8html
Evidenční číslo zadavatele:	TRI/Buj/2025/27/laparoskop. věž
EZAK:	P25V00000262

Název zadavatele:	Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec
Zastoupen:	Bc. Jaroslav Brzyszkowski, ředitel
IČO:	00534242
DIČ:	CZ00534242

V souladu s ustanovením čl. 15 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentace ke shora označené veřejné zakázce.

Dne 9. 9. 2025 byly zadavateli v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručeny prostřednictvím elektronického nástroje žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 1:

Zadavatel v technické specifikaci požaduje:

„1x barevný LCD/LED monitor, úhlopříčka max. 27“, hmotnost max. 12,5 kg“

Bude zadavatel akceptovat při zachování ostatních požadovaných parametrů 4K monitor s úhlopříčkou 31,5“ a maximální hmotnosti 11,8kg?

Odpověď:

Ne – zadavatel trvá na požadovaném parametru – úhlopříčka max. 27“, hmotnost max. 12,5 kg. Z důvodu technického řešení závěsného ramene nelze akceptovat větší úhlopříčku monitoru, byť se splněním požadavku maximální hmotnosti.

Dotaz č. 2:

Zadavatel v technické specifikaci požaduje u zdroje světla parametr:

„LED zdroj světla min. 300W“

Výrobce hodnotu min. 300W neuvádí, bude proto zadavatel akceptovat LED zdroj světla, vhodný pro všechny typy laparoskopických operací bez explicitního doložení parametru min. 300W?

Odpověď:

Ne – zadavatel trvá na požadovaném parametru – LED zdroj světla min. 300W. Pokud jde o certifikovaný zdravotnický prostředek, výrobce musí mít dokumentaci (technický list, servisní manuál). I když není hodnota uvedena v uživatelském manuálu, servisní dokumentace ji obvykle obsahuje.

Dotaz č. 3:

Zadavatel v technické specifikaci požaduje u insuflační jednotky parametr:

„Průtok max. 20l/min.“

Bude zadavatel akceptovat insuflační jednotku s maximální hodnotou průtoku 50l/min. při dodržení ostatních požadovaných parametrů?

Odpověď:

Ano – zadavatel bude akceptovat insuflační jednotku s maximální hodnotou průtoku 50 l/min. při dodržení ostatních požadovaných parametrů.

Dotaz č. 4:

Zadavatel v technické specifikaci požaduje u insuflační jednotky parametr:

„5x resterilizovatelný insuflační hadicový set s předehřevem, délka min. 3m“

Pro námi nabízené řešení neuvádí výrobce požadovaný parametr délky, a proto si dovoluujeme požádat o informaci, zda bude zadavatel akceptovat insuflační hadicový set s předehřevem o délce 292 cm, který se běžně používá na operačních sálech jiných pracovišť?

Odpověď:

Ano – zadavatel bude akceptovat délku 292 cm u insuflačního hadicového setu s předehřevem.

Dotaz č. 5:

Zadavatel v technické specifikaci požaduje u insuflační jednotky parametr:

„1x hadice k připojení na tlakovou láhev CO2, délka min. 3m“

Tímto zadavatele žádáme o upřesnění, zda požaduje hadici délky 3 metry pro tlakovou láhev či pro centrální rozvod? V případě požadavku na hadici pro centrální rozvod, žádáme o upřesnění, jaký typ rychlospojky (výrobce) a délku zadavatel požaduje.



Odpověď:

Zadavatel požaduje napojení jak na tlakovou láhev CO₂, tak i na centrální rozvod do rychlospojky CO₂ kyvného stativu MOVITA typ Dräger, délky min. 3 m.

Dotaz č. 6:

Zadavatel požaduje u kamerové jednotky „Ovládání a nastavování jednotky na předním panelu“. Bude zadavatel akceptovat řešení, kdy lze ovládat a nastavovat jednotku pomocí klávesnice, která je součástí kamerové jednotky a pomocí tlačítek kamerové hlavy? Veškeré funkce kamerové jednotky jsou tak pohodlně nastavitelné jak z nesterilního, tak sterilního prostředí. Na předním panelu je pouze tlačítko funkce pro vyvážení bílé.

Odpověď:

Ano – zadavatel bude akceptovat navrhované řešení, kdy lze ovládat a nastavovat jednotku pomocí klávesnice, která je součástí kamerové jednotky a pomocí tlačítek kamerové hlavy.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do **30. 9. 2025, 7:00 hodin.**

V Třinci, dne 12. 9. 2025

Bc. Jaroslav Brzyszkowski
ředitel

