



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Výpůjčka automatického analyzátoru moči včetně dodávky reagensů
Druh zadávacího řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky:	dodávky
Adresa profilu zadavatele:	https://msk.ezak.cz/profile_display_8html
Evidenční číslo zadavatele:	TRI/Buj/2025/13/moč. analyzátor
EZAK:	P25V00000108

Název zadavatele:	Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Kaštanová 268, Dolní Lištná, 739 61 Třinec
Zastoupen:	Bc. Jaroslav Brzyszkowski, ředitel
IČO:	00534242
DIČ:	CZ00534242

V souladu s ustanovením čl. 2.5 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentace ke shora označené veřejné zakázce.

Dne 15. 9. 2025 byla zadavateli doručena prostřednictvím elektronického nástroje žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz:

V Zadávací dokumentaci v příloze č. 5 TECHNICKÁ SPECIFIKACE je mimo jiné uvedeno: „Požadovaný objem vzorku při stanovení chemie i morfologie zároveň ≤ 2 ml.“

Námi nabízená automatická linka pro stanovení chemie i morfologie zároveň vyžaduje $\leq 2,5$ ml.

Dotaz zní: Bude zadavatel akceptovat námi nabízenou hodnotu objemu vzorku?

Odpověď:

Ano. Zadavatel akceptuje hodnotu vzorku $\leq 2,5$ ml. V této souvislosti došlo k úpravě Přílohy č. 6 – Technická specifikace.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do **26. 9. 2025, 7:00 hodin.**

Třinec, dne 16. 9. 2025

v zast.  Ing. Radovan Horák

Ing. Lucie Bujáková
referent veřejných zakázek