

**Veřejná zakázka malého rozsahu
„Dodávka obalového materiálu pro centrální
sterilizaci“
P/006/SKL/25**

Motto nemocnice: Člověk je zrozen k vzájemné pomoci. L. A. Seneca

Zadávací dokumentace

k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky
s využitím elektronického nástroje E-ZAK

Název veřejné zakázky:

**„Dodávka obalového materiálu pro centrální
sterilizaci“**

Pořadové číslo:

P/006/SKL/25

**Druh použitého zadávacího
řízení:**

Zakázka malého rozsahu na dodávku zboží

1. Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:

Adresa zadavatele:

IČ zadavatele

**Oprávněná osoba
zadavatele:**

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.
El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01
Frýdek-Místek
00534188

Ing. Tomáš Stejskal, MBA, LL.M., ředitel

Kontaktní osoba zadavatele:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Ing. Iva Kajfoszová, MBA, Martina Macková
558 415 061, 558 415 120
558 415 152
kajfoszova@nemfm.cz, mackova@nemfm.cz

URL adresa:

Profil zadavatele:

www.nemfm.cz
https://msk.ezak.cz/profile_display_7.html

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednorázového zdravotnického materiálu (CPV 33140000-3) dle aktuální potřeby zadavatele a jeho jednotlivých objednávek pro Nemocnici ve Frýdku – Místku, p. o. s dodacím místem:

Centrální sklad Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace
El.Krásnohorské 321, Frýdek
738 01 Frýdek – Místek

Požadovaná specifikace obalového materiálu pro centrální sterilizaci

1.část: Papír bal.Wrap 100x100cm 33g/m²

Papír bal.Wrap 120x120cm 33g/m²

- 100% polypropylen
- min. 3-vrstvový materiál – SMS struktura (Spunbond-Meltblown-Spunbond)
- účinná bariéra proti bakteriím a tekutinám (Meltblown), vysoká pevnost a trvanlivost materiálu (Spunbond)
- bezprašnost, nehořlavý
- vysoká pevnost materiálu, při balení se netrhá
- antistatické vlastnosti
- základní materiál není recyklovaný
- hmotnost min.33g/m², gramáž nesmí být menší
- určen pro sterilizační proces – pára
- minimální rozměry 100x100cm a 121x121cm, rozměr nesmí být menší a měl by co nejvíce odpovídat požadovanému rozměru
- musí splňovat normy: ČSN EN ISO 11607-1, ČSN EN ISO 11607-2, ČSN EN 868-2

2.část: Papír bal. Wrap 100x100cm 55g/m²

Papír bal. Wrap 120x120cm 57g/m²

- 100% polypropylen
- min. 3-vrstvový materiál – SMS struktura (Spunbond-Meltblown-Spunbond) nebo netkaná textilie
- účinná bariéra proti bakteriím a tekutinám (Meltblown), vysoká pevnost a trvanlivost materiálu (Spunbond)
- bezprašnost, nehořlavý
- vysoká pevnost materiálu pro transport a skladování operačních sít do 8kg včetně
- antistatické vlastnosti
- základní materiál není recyklovaný
- hmotnost min.55g/m², gramáž nesmí být menší
- určen pro sterilizační proces – pára
- minimální rozměry 100x100cm a 121x121cm, rozměr nesmí být menší a měla by co nejvíce odpovídat požadovanému rozměru
- musí splňovat normy: ČSN EN ISO 11607-1, ČSN EN ISO 11607-2, ČSN EN 868-2

3.část: Wrap netk.text. 120x120cm 75g/m²

- 100% polypropylen
- min. 3-vrstvový materiál – SMS struktura (Spunbond-Meltblown-Spunbond)
- účinná bariéra proti bakteriím a tekutinám (Meltblown), vysoká pevnost a trvanlivost materiálu (Spunbond)
- bezprašnost, nehořlavý
- vysoká pevnost materiálu pro transport a skladování operačních sít nad 10kg
- antistatické vlastnosti
- základní materiál není recyklovaný
- hmotnost min.60g/m², gramáž nesmí být menší
- určen pro sterilizační proces – pára
- minimální rozměry 120x120cm, rozměr nesmí být menší a měla by co nejvíce odpovídat požadovanému rozměru
- musí splňovat normy: ČSN EN ISO 11607-1, ČSN EN ISO 11607-2, ČSN EN 868-2

4.část: Papír krep. 750x750mm

Papír krep. 135x135cm

- krepový papír min.60g/m², gramáž nesmí být menší
- minimální rozměry 75x75cm a 137x137cm, rozměr nesmí být menší a měla by co nejvíce odpovídat požadovanému rozměru
- musí splňovat normy: ČSN EN ISO 11607-1, ČSN EN ISO 11607-2, ČSN EN 868-2

5.část: Papír proWrap SMX2 100x100cm 47g/m²

Papír proWrap SMX2 120x120cm 47g/m²

- hmotnost min.47g/m², gramáž nesmí být menší
- minimální rozměry 100x100cm a 120x120cm, rozměr nesmí být menší a měla by co nejvíce odpovídat požadovanému rozměru
- musí splňovat normy: ČSN EN ISO 11607-1, ČSN EN ISO 11607-2, ČSN EN 868-2

6.část a 7.část: Sáčky pl. + sáčky skl. a Role pl. + role skl.

- kombinované sáčky a role s procesovým testem-indikátorem, který nesmí být mezi fóliemi
- procesový test-indikátor natištěn v intervalu max. 155mm, plocha procesového testu-indikátoru 1cm²
- procesový test-indikátor musí být snadno interpretovatelná změna
- sáčky a role – papír medicínální min. 60g/m², gramáž nesmí být menší
- průhledná stěna
- 3-násobný svár
- čistý peel efekt
- rozměry nesmí být menší a měly by co nejvíce odpovídat požadavkům
- musí splňovat normy: ČSN EN ISO 11607-1, ČSN EN ISO 11607-2, ČSN EN 868-2

8.část: Sáček zátěžový pl. + Role zátěžová

- kombinované sáčky zátěžové, s procesovým testem-indikátorem, který nesmí být mezi fóliemi
- procesový test-indikátor natištěn v intervalu max. 155mm, plocha procesového testu-indikátoru 1cm²
- procesový test-indikátor musí být snadno interpretovatelná změna
- 3-násobný svár
- vysoce kvalitní netkaná textilie min. 60g/m², gramáž nesmí být menší
- tepelná resistantní plastická fólie z polyesteru a polypropylenu
- vhodné pro parní sterilizaci do 134°C
- opatřené procesovým indikátorem
- vysoká odolnost proti protrhnutí
- vysoká ochranná bakteriální bariéra
- vysoká parní propustnost
- voděodolnost, netoxičnost, nedráždivost
- čistý peel efekt
- rozměry nesmí být menší a měly by co nejvíce odpovídat požadavkům
- musí splňovat normy: ČSN EN ISO 11607-1, ČSN EN ISO 11607-2, ČSN EN 868-2

9.část: Sáček pl. Tyvek + Role pl. Tyvek

- kombinované sáčky a role s procesovým indikátorem
- jasná barevná změna indikátoru po vystavení ster. Média

- v kombinaci s průhlednou fólií z materiálů PET a CPP (polyester a polypropylen) a materiálu zvaného „TYVEK“
- materiál musí poskytovat dokonalou antimikrobiální ochranu
- čistý peel efekt
- 3-násobný svár
- rozměry nesmí být menší a měly by co nejvíce odpovídat požadavkům
- musí splňovat normy: ČSN EN ISO 11607-1, ČSN EN ISO 11607-2, ČSN EN 868-2
- Tyvek obal na plazmu: ČSN EN 868-6

10.část: Des – Check test do myčky nástrojů s indikátorem bez držáku

- test do myček nástrojů bez držáku
- musí splňovat normu ČSN EN ISO 15883-5
- indikátor tepelné dezinfekce 90°C/5 minut
- typ 6

11.část: Test do myčky nástrojů, dutinový

- test do myček nástrojů dutinový na laparoskopický mycí stojan E705/2
- musí splňovat normu: ČSN EN ISO 15883-5

12.část: Test sterilizace pára, dutinový, procesový, samolep. proužek třída 2, vč. tělíska 7min/134st.

- ve variantě vč. tělíska
- PCD tělísko s volitelným HPR 90 ve variantě pro délku sterilizace 7minut při 134°C
- musí splňovat: ISO 11140-1

13.část: Test sterilizace pára, Bowiedick test, samolepící proužek třída 2, vč. tělíska 3,5min/134st.

- ve variantě vč. tělíska
- tělísko pro délku sterilizace 3,5min. při 134°C
- musí splňovat: ISO 11140-3

14.část: Kontejnerový kulatý filtr do víka s procesovým indikátorem páry

- průměr 190mm s otvorem uprostřed a jazýčkem
- musí splňovat normu: ČSN EN 868-2

15.část: Absorpční papír do kontejneru 50x60cm

- rozměr nesmí být menší a měl by co nejvíce odpovídat požadavkům

16.část: Kontejnerové plastové plomby pro sterilizaci páry bez indikátoru

- délka provlékací části do zámku kontejneru minimálně 50mm

17.část: Plomba papírová kontejnerová s indikátorem páry

- barva: bílá
- formát v rozmezí: 117 – 125mm x 38 - 45mm
- typ 1
- musí splňovat: ISO 11140-1

18.část: Lepící páska s indikátorem pro parní sterilizaci 19mmx50m

- rozměr by měl co nejvíce odpovídat požadavkům, tolerance šířky +-2mm
- typ 1
- musí splňovat: ISO 11140-1

19.část: Lepicí páska bez indikátoru pro parní sterilizaci 18mmx50m

- rozměr by měl co nejvíce odpovídat požadavkům, tolerance šířky +-2mm
- typ 1
- musí splňovat: ISO 11140-1

20.část: Lepicí páska s indikátorem pro plazmovou sterilizaci 19mmx50m

- rozměr by měl co nejvíce odpovídat požadavkům, tolerance šířky +-2mm
- typ 1
- musí splňovat: ISO 11140-1

21.část: Test procesu sterilizace pro parní sterilizaci, chemický s indikátorem

- test procesu sterilizace chemický pro parní sterilizaci, proužkový
- typ 4
- musí splňovat: ISO 11140-1

22.část: Test procesu sterilizace pro parní sterilizaci, chemický s indikátorem

- test procesu sterilizace chemický pro parní sterilizaci, proužkový
- typ 6
- musí splňovat: ISO 11140-1

23.část: Indikátor procesový plazmový

- Test procesu sterilizace pro plazmovou sterilizaci, proužkový
- typ 4
- musí splňovat: ISO 11140-1

Předpokládaný objem:

	JMN	množství/JMN 36 měsíců
1.část		
Papír bal. Wrap 100x100cm 33g/m ²	ks	22 500
Papír bal. Wrap 120x120cm 33g/m ²	ks	4 500
2.část		
Papír bal. Wrap 100x100cm 55g/m ²	ks	6 600
Papír bal. Wrap 120x120cm 57g/m ²	ks	4 200
3.část		
Wrap netk.text. 120x120cm 75g/m ²	ks	2 160
4.část		
Papír krep. 750X750mm	ks	15 750
Papír krep. 135x135cm	ks	3 600
5.část		
Papír proWrap SMX2 100x100cm 47g/m ²	ks	1 800
Papír proWrap SMX2 120x120cm 47g/m ²	ks	2 520
6.část		
Sáček pl. 50x250mm	ks	30 000

Sáček pl. 75x200mm	ks	22 500
Sáček pl. 75x270mm	ks	42 000
Sáček pl. 75x300mm	ks	12 000
Sáček pl. 75x350mm	ks	12 000
Sáček pl. 100x270mm	ks	37 500
Sáček pl. 100x300mm	ks	12 000
Sáček pl. 100x400mm	ks	10 500
Sáček pl. 150x200mm	ks	18 000
Sáček pl. 150x300mm	ks	18 000
Sáček pl. 200x420mm	ks	7 200
Sáček pl. 320x500mm	ks	7 500
Sáček skl. 100x50x300mm	ks	27 000
Sáček skl. 150x50x280mm	ks	14 700
Sáček skl. 150x50x380mm	ks	18 900
Sáček skl. 200x50x500mm	ks	9 000
Sáček skl. 75x30x300mm	ks	15 000
Sáček skl. 200x50x400mm	ks	1 800
Sáček skl. 320x60x500mm	ks	3 000
7.část		
Role pl. 50x200m	ks	21
Role pl. 75x200m	ks	9
Role pl. 100x200m	ks	9
Role pl. 150x200m	ks	24
Role pl. 200x200m	ks	15
Role pl. 300x200m	ks	3
Role pl. 420x70m ULTRA	ks	9
Role pl. 520x70m ULTRA	ks	3
Role skl. 100x40x100m	ks	18
Role skl. 150x50x100m	ks	63
Role skl. 300x60x100m	ks	3
8.část		
Sáček zátěžový pl. 210x420mm	ks	1 800
Sáček zátěžový pl. 320x500mm	ks	9 900
Sáček zátěžový pl. 420x600mm	ks	5 400
Sáček zátěžový pl. 490x640mm	ks	10 800
Sáček zátěžový pl. 490x750mm	ks	4 500
Role zátěžová 500x100m	ks	6

Role zátěžová 300x100m	ks	33
Role zátěžová 210x100m	ks	42
9.část		
Sáček pl. Tyvek 75x210mm	ks	3 000
Sáček pl. Tyvek 100x280mm	ks	3 000
Sáček pl. Tyvek 150x320mm	ks	3 000
Sáček pl. Tyvek 200x420mm	ks	1 050
Sáček pl. Tyvek 250x500mm	ks	1 050
Role pl. Tyvek 75mmx70m	ks	9
Role pl. Tyvek 150mmx70m	ks	6
Role pl. Tyvek 200mmx70m	ks	3
Role pl. Tyvek 300mmx70m	ks	3
Role pl. Tyvek 500mmx70m	ks	3
Role pl. Tyvek 100mmx100m	ks	6
10.část		
Test do myčky nástrojů s indikátorem bez držáku (DES CHECK)	ks	3 900
11.část		
Test do myčky nástrojů, dutinový	ks	75
12.část		
Test sterilizace pára, dutinový, procesový, samolepící proužek, třída 2, vč. tělíška 7min/134st.	ks	14 400
13.část		
Test sterilizace pára, Bowdick test, samolepící proužek, třída 2, vč. Tělíška 3,5min./121st.	ks	3 750
14.část		
Kontejnerový kulatý filtr do víka s procesovým indikátorem páry	ks	1 500
15.část		
Absorpční papír do kontejneru 50x60cm	ks	12 000
16.část		
Kontejnerové plastové plomby pro sterilizaci páry bez indikátoru	ks	27 000
17.část		
Plomba papírová kontejnerová 117x38mm s indikátorem páry	bal	3
18.část		
Lepící páska s indikátorem pro parní sterilizaci 19mmx50m	ks	132
19.část		
Lepící páska bez indikátoru pro parní sterilizaci 18mmx50m	ks	327
20.část		

Lepicí páska s indikátorem pro plazmovou sterilizaci 19mmx50m	ks	12
21.část		
Test procesu sterilizace pro parní sterilizaci, chemický s indikátorem	bal	117
22.část		
Indikátor procesový chemický parní tř.6	bal	18
23.část		
Indikátor procesový chemický plazmový tř.4	ks	1 500

Rozměry a velikosti jednotlivých materiálů v uvedené tabulce, jsou rozměry doporučené, a jsou plně vyhovující stávajícím potřebám zadavatele.

Výše uvedeného množství je předpokládáné a bylo stanoveno na základě spotřeby za předcházející období jednoho roku. Zadavatel si vyhrazuje právo neodebírat či překročit toto předpokládáné množství s ohledem na požadovanou spotřebu.

Otevírání jednotlivých obalů umožňuje systém „peel-back“.

Obaly jsou z papíru a průhledné fólie.

Na obalech musí být uveden symbol certifikace vč. čísla „CE...“, obchodní název, symbol sterility, expirace, šarže, REF, **popis výrobku vč. rozměru v českém jazyce**. Pokud nebudou uvedené všechny požadované piktogramy a popisy v českém jazyce, vzorky budou vyloučeny!

Spotřební zdravotnický materiál musí splňovat všechny příslušné předepsané normy z pohledu kvality a musí být v souladu s platnou legislativou v této oblasti, zejména se zákonem č.375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, v platném znění.

3. Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek

Doba plnění na dobu určitou 36 měsíců, a to s účinností od podepsání smlouvy.

Splatnost faktury 30 dnů od data doručení zboží zadavateli.

Spolu se zbožím budou kupujícímu předány dodací list, daňový doklad – faktura.

4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Účastník stanoví nabídkovou cenu v krycím listu (Příloha č.1). Nabídková cena bude stanovena v české měně v členění: jednotková nabídková cena bez DPH, výše DPH a cena celkem bez DPH a cena celkem vč.DPH jako součin jednotkových nabídkových cen za jednotlivé položky a předpokládáného množství dle specifikace uvedené v čl.2 této zadávací dokumentace. Tyto ceny budou předmětem hodnocení nabídek.

Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací a dalšími dokumenty obsahujícími vymezení předmětu veřejné zakázky.

Cena bude konečná a nepřekročitelná, musí obsahovat veškeré náklady účastníka nezbytné k realizaci předmětu plnění veřejné zakázky v místě plnění, navýšení je možné pouze o míru inflace.

5. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídka účastníka bude podána prostřednictvím elektronického nástroje dostupného na internetové adrese https://msk.ezak.cz/profile_display_7.html.

Jiná forma podání nabídky, než elektronická, je zakázána. Pokud bude nabídka doručena v listinné podobě, nebude tato nabídka hodnocena. Zadavatel bezodkladně vyrozumí účastníka o tom, že jeho nabídka nebyla podána v souladu se zadávací dokumentací.

Lhůta pro podání nabídky v elektronické podobě v elektronickém nástroji E-ZAK: **7.10.2025 do 10:15 hodin.**

Bližší podrobnosti a podmínky nezbytné k užití elektronického nástroje jsou součástí výzvy k podání nabídky.

Účastník prostřednictvím tohoto elektronického nástroje předloží zadavateli údaje a dokumenty specifikované následovně:

1. Nabídka bude vložena účastníkem v elektronické formě v Krycím listu (příloha č.1), který vloží do elektronického nástroje E-ZAK. Uchazeč přitom postupuje podle dispozic zadavatele, uvedených v dokumentaci elektronicky vedeného zadávacího řízení. **Účastník vloží do elektronického nástroje ve lhůtě pro podání nabídek své ceny k jednotlivým částem. Účastník může svou cenovou nabídku vložit ke všem částem veřejné zakázky, nebo pouze k vybrané části veřejné zakázky.**
2. Účastník do elektronického nástroje připojí návrh Rámcové kupní smlouvy, jež bude zpracován v souladu s požadavky zadavatele na obchodní podmínky této zadávací dokumentace. **Návrh Rámcové kupní smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka.**
3. Účastník vloží návrh Rámcové kupní smlouvy do elektronického nástroje ve formátu *pdf (podepsaná smlouva statutárním zástupcem účastníka) a rovněž ve formátu *doc.
4. Účastník do elektronického nástroje připojí doklady (katalogové listy, technický list-popis, parametry,... v ČJ), jimiž účastník splňuje požadovanou kvalifikaci a vyplněné přílohy.
5. Účastník do elektronického nástroje připojí ostatní dokumenty, které ve vztahu k veřejné zakázce považuje za důležité.
6. Veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníky, poskytované dokumenty a informace budou v jazyce českém. Vzhledem k tomu, že je veřejná zakázka realizována s využitím elektronického nástroje E-ZAK, je v prostředí tohoto elektronického nástroje vytvořen prostředek pro podávání žádosti o dodatečné informace i jejich vypořádání zadavatelem. Tato forma komunikace umožní nejrychlejší a nejjednodušší zpracování případných dotazů i jejich doručení k účastníkům. Zadavatel zároveň upozorňuje, že v rámci realizace této veřejné zakázky má v úmyslu adresovat korespondenci zájemcům, resp. účastníkům na kontaktní emailovou adresu uvedenou v rámci registrace do elektronického nástroje E-ZAK. Přístup do elektronického nástroje E-ZAK bude po celou dobu realizace veřejné zakázky.
7. Zadavatel si vyhrazuje právo, že rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uveřejní na profilu zadavatele; v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení účastníka i rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

6. Požadavky na varianty

Zadavatel vybere nejvhodnější nabídku podanou na jednotlivé části veřejné zakázky.

Zadavatel připouští dílčí plnění.

Zadavatel nepožaduje zpracování variant.

7. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Zadavatel požaduje předložit:

- Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a to v kopii. Doklady nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.
- Účastník předloží doklady prokazující shodu veškerého nabízeného materiálu tj. Prohlášení o shodě (pro CE) vydaný příslušným orgánem s překladem do českého jazyka a ve vztahu k CE certifikátu. Doklad musí obsahovat číslo certifikátu vystaveného notifikovanou osobou a číslo notifikované osoby, která vystavila certifikát, a to ke každé položce předmětu plnění. Spotřební zdravotnický materiál musí být označen značkou shody dle § 13 zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o znění a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče.
- Návodů na použití v českém jazyce k jednotlivým položkám, které jsou předmětem veřejné zakázky.
- Zadavatel požaduje předložit současně s nabídkou předložení vzorků účastníkem nabízeného materiálu dle přílohy č.3, k posouzení nabízených vzorků a hodnocení nabídek, v rámci ekonomické výhodnosti nabídek. Vzorky budou zřetelně a čitelně označeny názvem dle jednotlivých položek tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, který vzorek dodavatel předloží. Vzorky budou v krabici vč. vyplněného seznamu poskytovaných vzorků příloha č.3. Krabice bude označena účastníkem, názvem veřejné zakázky a nápisem:

„NEOTVÍRAT Dodávka jednorázového zdravotnického materiálu – VZORKY“.

- ◆ **Lhůta pro dodání vzorků v rámci jedné dodávky nejpozději do 6.10.2025 do 13:00 hodin, na centrální sklady zásobování p. Martině Mackové nebo p. Petře Horákové**

8. Jiné požadavky pro plnění veřejné zakázky

Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky účastníka. V případě rozporů je rozhodující písemný návrh smlouvy.

9. Způsob hodnocení nabídek

Hodnoceny budou pouze nabídky, které splňují požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky.

Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek je ekonomická výhodnost nabídky.

Celkové hodnocení bude provedeno na základě součtu výsledných hodnot dílčích kritérií u jednotlivých nabídek.

Hodnoticí kritérium pro jednotlivé části:

Kritérium č.1	Celková nabídková cena dané položky vč.DPH	Váha kritéria 70%
Kritérium č.2	Technické, jakostní a funkční vlastnosti	Váha kritéria 30%

Hodnocení dílčího kritéria č.1:

Předmětem hodnocení bude celková nabídková cena za splnění příslušné části veřejné zakázky.

Každá nabídka získá body v poměru k nejnižší nabídce, jak je uvedeno v následujícím vzorci. Při hodnocení nabídkové ceny bude rozhodná její výše vč. DPH.

Po přepočtu může účastník za dané kritérium získat max. 70% váhy.

$$\begin{array}{l} \text{Bodové hodnocení} \\ \text{ceny} \\ \text{(kritérium č.1)} \end{array} = \frac{\text{nejnižší nabídková cena}}{\text{hodnocená nabídka}} \times 100$$

Hodnocení dílčího kritéria č.2:

Účastník předloží vzorky nabízených jednotlivých položek. Bodové hodnoty získané od účastníka za hodnocené parametry se následně přepočítá dle uvedeného vzorce. Tímto se získá výsledná hodnota přidělená jednotlivým položkám v tomto dílčím kritériu. Po přepočtu může účastník za dané kritérium získat max. 30% váhy.

$$\begin{array}{l} \text{Bodové hodnocení} \\ \text{(kritérium č.2)} \end{array} = \frac{\text{počet bodů hodnoceného uchazeče}}{\text{maximální počet získaných bodů}} \times 100$$

Zadavatel bude v rámci dílčích kritérií pro jednotlivé části hodnotit parametry - subkritéria:

Hodnotící subkritéria kvality	body	Bližší popis
Splnění základních technických parametrů, funkční vlastnosti nabízeného materiálu	max. 20 bodů	Materiál, zda splňuje nastavené technické požadavky dle odst.č.2, úspěšné indikace

10. Ostatní ujednání

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku malého rozsahu kdykoliv zrušit bez udání důvodu.

Zadavatel nehradí účastníkům náklady vzniklé z účasti v řízení.

Vzorky budou vráceny pouze v případě, že nebudou testovány v rámci hodnocení nabídek. V opačném případě zadavatel po ukončení zadávacího řízení (uzavření smlouvy) uhradí jednotlivým účastníkům hodnotu poskytnutých vzorků, avšak v maximální výši nabídnuté ceny stanovené v příloze č.1 krycím listu.


Nesplnění podmínek zadání či neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení a vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení.

Ukončením výběrového řízení a oznámením výsledku nevznikne automaticky smluvní vztah.

Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech předložených nabídek.

Podrobné instrukce elektronického nástroje naleznete v uživatelské příručce pod odkazem:
<https://msk.ezak.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf>

Ve Frýdku-Místku září 2025



Ing. Tomáš Stejskal, MBA, LL.M.
ředitel Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.

Příloha:

1. Krycí list nabídky
2. Návrh Rámcové kupní smlouvy
- 2.1 Příloha ke Smlouvě
3. Seznam vzorků
4. Elektronický nástroj EZAK – Uživatelská příručka pro dodavatele