



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

Název veřejné zakázky:	Výpůjčka automatického analyzátoru moči včetně dodávky reagensů
Druh zadávacího řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky:	dodávky
Adresa profilu zadavatele:	https://msk.ezak.cz/profile_display_8html
Evidenční číslo zadavatele:	TRI/Buj/2025/13/moč. analyzátor
EZAK:	P25V00000108

Název zadavatele:	Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Kaštanová 268, Dolní Lištná, 739 61 Třinec
Zastoupen:	Bc. Jaroslav Brzyszkowski, ředitel
IČO:	00534242
DIČ:	CZ00534242

V souladu s ustanovením čl. 2.5 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentace ke shora označené veřejné zakázce.

Dne 23. 9. 2025 byla zadavateli doručena prostřednictvím elektronického nástroje žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz:

„V příloze č.5 ZD - Technická specifikace je v Tabulce splnění technických podmínek „Výpůjčka automatického analyzátoru moči včetně dodávky reagensů“ uveden požadavek na Pojízdny stůl pod analyzátor.

Žádáme tímto o upřesnění požadavku na pojízdný stůl na analyzátor -

- 1) Předpokládá zadavatel umístění obou požadovaných analyzátorů na jeden pojízdný stůl? Nebo má být každý analyzátor umístěn samostatně na vlastním pojízdném stole?*
- 2) Jaké jsou rozměrové možné maximální rozměry pojízdného stolu / stolů? (šířka/hloubka/výška)“*

Odpověď:

Zadavatel požaduje dva samostatné pojízdné stoly na kolečkách – jeden pro hlavní analyzátor, druhý pro analyzátor záložní.

Rozměry stolů zadavatel určuje následovně: očekávaná výška bude odpovídat přibližně výšce běžného pracovního stolu, tzn. cca 75 až 80 cm, hloubka 75 až 80 cm; maximální délka stolů 250 cm - délka odpovídající velikosti nabízených analyzátorů, potřebné pracovní plochy kolem nich a prostoru pro PC, pokud jej bude vyžadovat záložní analyzátor.

Hlavní analyzátor bude mít vespod umístěné pracovní roztoky a odpady, u záložního analyzátoru prostor pod deskou stolu volný za účelem umístění pracovní židle.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do **9. 10. 2025, 7:00 hodin.**

Třinec, 25. 9. 2025

v zast. 

Ing. Radovan Horák

Ing. Lucie Bujáková
referent veřejných zakázek