

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/linka
Macková/5120

Frýdek-Místek
29.9.2025

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k zadávacím podmínkám

„Dodávka jednorázového zdravotnického materiálu“
P/004/SKL/25

Vážení uchazeči,

Dne 25.9.2025 jsme obdrželi písemnou žádost k vysvětlení k zadávacím podmínkám, tímto Vám sdělujeme stanovisko zadavatele:

Dotaz č. 1:

Dovolujeme si požádat zadavatele o vysvětlení ZD.

V části 2 je uveden požadavek na velikost balónku o objemu 5 ml.

Bude prosím zadavatel akceptovat pro menší velikosti 8 a 10 velikost balónku 3 ml?


Dále prosíme o informaci, zda bude zadavatel u části 3 akceptovat Tiemann špičku s jedním očkem.

Odpověď č. 1:

Zadavatel u části 2 bude akceptovat u menších velikostí 8 a 10 velikost balónku 3ml.

Zadavatel u části 3 nebude akceptovat Tiemann špičku s jedním očkem.

S pozdravem



Martina Macková
Nemocnice ve Frýdku – Místku, p.o.